

S.C. Interaziendale Acquisti Beni e Servizi

Responsabile f.f.: Dott. Claudio CALVANO

Telefono: 0171/450254 – 450251

Fax: 0171/1865271

E-mail: acquisti@aslcn1.it

Prot. 96657 /P

Cuneo, 17/08/2018

Spett.le Ditta

CHIARIMENTI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 15 APPARECCHI PER ANESTESIA PER LE NECESSITA' DELL'A.S.L. CN1 GARA n. 7115349 CIG n. 7527318B4F

DOMANDA:

In riferimento alla colonna delle caratteristiche essenziali riportate nell'allegato "Allegato_A_Scheda tecnica e questionario", ed in particolare alla riga 78 si legge "completo ciascuno di 2 vaporizzatori (1 per Sevorane e 1 per Desflurane)"; con riferimento a ciò chiediamo se i vaporizzatori indicati devono essere quotati/compresi in offerta o se si tratta di refuso.

RISPOSTA:

Si conferma che i vaporizzatori devono risultare compresi in offerta

DOMANDA

In riferimento alla colonna delle caratteristiche essenziali riportate nell'allegato "Allegato_A_Scheda tecnica e questionario", ed in particolare alle righe 79-80, si parla di prese ausiliarie per O2 e per Aria, in riferimento a ciò chiediamo che venga meglio esplicitata questa funzione richiesta.

RISPOSTA:

L'apparecchiatura deve possedere almeno una presa O2 e Aria secondarie (per il collegamento ad esempio di bombole di emergenza)

DOMANDA

In riferimento alla colonna delle caratteristiche essenziali riportate nell'allegato "Allegato_A_Scheda tecnica e questionario", ed in particolare dalle righe 69 alla 73 si parla di interfacciabilità dei monitor ,presenti in AO, coi i sistemi di anestesia oggetto della gara; in riferimento a ciò chiediamo maggiori chiarimenti sulla natura dell'interfacciamento richiesto.

RISPOSTA:

L'apparecchiatura di anestesia deve poter integrare fisicamente e meccanicamente i monitor dell'azienda indicati in scheda tecnica, per permetterne l'alloggiamento in modo stabile al fine di garantire la sicurezza nella movimentazione e nella operativi

IL RUP