

S.C. Interaziendale Acquisti Beni e Servizi

Responsabile F.F.: Dott. Claudio Calvano

Telefono: 0171/450668 0174/677676-702

Fax: 0171/1865271

E-mail: acquisti@aslc1.it

ID. N. 5884987 del 09/04/2019

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE PER LE NECESSITA' DEI P.O. DELL'A.S.L. CN1. NR. GARA 7213987 – CIG VARIVerbale della Commissione Giudicatrice

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTI del mese di FEBBRAIO dalle ore 9.00 alle ore 16.00 nei locali della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi dell'A.S.L. CN1, ubicati in Cuneo – Via Carlo Boggio, 12 e il giorno NOVE del mese di APRILE dalle ore 09.30 alle ore 11.00 nei locali della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi dell'A.S.L. CN1, ubicati presso il P.O. di Mondovì (Cn) – si riunisce in seconda seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione n. 1909 del 29/11/2018.

Sono presenti:

- Sig.ra FUMERO Laura – Coordinatore Gestionale Infermiere blocco operatorio P.O. Savigliano/Saluzzo;
- Sig.ra GHIGLIA Luciana – Coordinatore infermiere Area Specialistica Cio A.S.L.CN1;
- Sig.ra GONELLA Elena – Coordinatore Gestionale Infermiere Blocco Operatorio P.O. Mondovì/Ceva.

La dott.ssa Gemma Franco – Funzionario S.C.I. Acquisti Beni e Servizi svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

La Sig.ra GHIGLIA Luciana svolge il ruolo di Presidente della Commissione Giudicatrice.

Si prende atto del verbale della precedente seduta della Commissione Giudicatrice in data 07/01/2019.

Si ridà lettura del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dei chiarimenti pervenuti con le rispettive risposte fornite dalla Stazione Appaltante.

Si prende atto dei criteri previsti dal Disciplinare di gara per l'attribuzione dei punteggi e si prende atto altresì che il Disciplinare di gara prevede una soglia minima di sbarramento pari al punteggio massimo complessivo di 36 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Si rende noto che la ditta KERN ITALIA è stata esclusa dal prosieguo della gara in quanto non ha fornito la campionatura in tempo utile, come da nota, agli atti della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi, prot. n. 0008673/P del 22.01.2019.

In seguito alle prove effettuate e all'analisi della documentazione tecnica presentata dalle ditte in gara, la Commissione Giudicatrice concorda sull'attribuzione dei coefficienti discrezionali, quantitativi e tabellari, per ciascun criterio previsto dal disciplinare di gara come di seguito specificato:

LOTTO 1 SISTEMI BIOLOGICI PER L'USO IN STERILIZZATRICI A VAPORE – INDICATORI BIOLOGICI				BS MEDICAL SRL			I TEMA SRL			ID & CO SRL		
			Punteggio massimo attribuibile	Coefficiente attribuito			Coefficiente attribuito			Coefficiente attribuito		
Criterio di valutazione	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T
Tempo di incubazione (Valore limite ammesso per assegnazione coefficiente quantitativo ≤ 24 h)		50			1			1			1	
Facilità di rimozione dell'etichetta e ri-adesività	20			0,75			0,75			0,75		
Per quanto riguarda la facilità di rimozione e ri-adesività i prodotti sono risultati equivalenti e il tempo di incubazione è ≤ 24 h per tutte le ditte .												

LOTTO 2 ETICHETTE BI-ADESIVE				BS MEDICAL SRL			I TEMA SRL			ID & CO SRL			MEDIX ITALIA SRL			NOVAMEDISAN ITALIA SRL			S.I.P.O. S.R.L.		
			Punteggio massimo attribuibile	Coefficiente attribuito			Coefficiente attribuito			Coefficiente attribuito			Coefficiente attribuito			Coefficiente attribuito			Coefficiente attribuito		
Criterio di valutazione	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T
Intensità di colore di viraggio	25			0			0,25			0,25			1			0			0,25		
Leggibilità dei dati stampati in etichetta	25			0,50			0,25			0			1			0,25			0		
BI-adesività	20			0,25			0,50			0,25			1			0,25			0,25		

Il prodotto della ditta BS MEDICAL ha un'intensità del colore di viraggio non uniforme quindi insufficiente; discreta leggibilità e sufficiente la BI-adesività. Il prodotto della ditta I TEMA risulta sufficiente per l'intensità di colore; la leggibilità è sufficiente ma indaginoso impostare i dati sulla etichettatrice; Bi - adesività discreta. Il prodotto della ditta ID & CO non presenta una chiara leggibilità dei colori di viraggio; i dati sull'etichetta non sono chiari in particolare la data di confezionamento e di scadenza ed è indaginoso impostare i dati sulla etichettatrice; la BI-adesività è sufficiente. Il prodotto della ditta MEDIX risponde in modo ottimale alle esigenze. Il prodotto della ditta NOVAMEDISAN presenta un colore di viraggio troppo chiaro; la leggibilità è sufficiente in quanto i dati sono in caratteri piccoli ed è indaginoso impostare i dati sull'etichettatrice; la BI-adesività è sufficiente. Il prodotto presentato dalla ditta S.I.P.O. presenta una intensità di colore di viraggio sufficiente; la leggibilità è insufficiente in quanto le date vengono in parte sovrastampate sui dati dell'etichetta; sufficiente bi-adesività.

LOTTO 3 ETICHETTE BI-ADESIVE IN TYWEK PER GAS PLASMA				BS MEDICAL SRL			I TEMA SRL			ID & CO SRL			MEDIX ITALIA SRL			S.I.P.O. S.R.L.		
				Punteggio massimo attribuibile			Coefficiente attribuito			Coefficiente attribuito			Coefficiente attribuito			Coefficiente attribuito		
Critério di valutazione	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T
Intensità di colore di viraggio	25			0			0,25			0			1			0		
Leggibilità dei dati stampati in etichetta	25			0,25			0			0			1			0		
BI-adesività	20			0,25			0,25			0,25			1			0,25		

Il prodotto della ditta BS MEDICAL ha un intensità del colore di viraggio non uniforme quindi insufficiente; sufficiente leggibilità e sufficiente la BI-adesività. Il prodotto della ditta I TEMA risulta sufficiente per l'intensità di colore; la leggibilità è insufficiente in quanto la data di scadenza risulta in parte fuori dal margine ed è indaginoso impostare i dati sulla etichettatrice; Bi - adesività sufficiente. Il prodotto della ditta ID & CO non presenta una chiara leggibilità dei colori di viraggio; i dati sull'etichetta non sono chiari in particolare la data di confezionamento, inoltre la data di scadenza è sovrascritta su altri dati (linea di viraggio) ed è indaginoso impostare i dati sulla etichettatrice; la BI-adesività è sufficiente. Il prodotto della ditta MEDIX risponde in modo ottimale alle esigenze. Il prodotto presentato dalla ditta S.I.P.O. presenta una intensità di colore di viraggio insufficiente; la leggibilità è insufficiente in quanto le date vengono in parte sovrastampate sui dati dell'etichetta ed è molto difficoltosa l'impostazione dei dati sull'etichettatrice; sufficiente bi-adesività.

LOTTO 4 SISTEMA INDICATORE DI CONTROLLO DEL CICLO CON DISPOSITIVO DI PROVA (PCD) PER STERILIZZAZIONE A VAPORE				MEDIX ITALIA SRL			NOVAMEDISAN ITALIA SRL		
				Punteggio massimo attribuibile			Coefficiente attribuito		
Critério di valutazione	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T
Facilità di interpretazione del viraggio	20			1			1		
Facilità di utilizzo	15			1			0		
Adesività	15			1			1		
Numero di cicli del PCD	10			1			0		
Certificazione di un ente terzo			5			5			5
dispositivi diversi in grado di evidenziare criticità superiori			5			5			0

Nelle risposte ai chiarimenti pervenuti si era evidenziato che non si sarebbe tenuto conto della Certificazione di un ente terzo, quindi si attribuisce il punteggio massimo ad entrambe le ditte. Per quanto riguarda il numero di cicli del PCD la ditta MEDIX ha dichiarato che i dispositivi PCD se usati correttamente possono essere impiegati per un numero illimitato di cicli. La ditta NOVAMEDISAN ha dichiarato 400 cicli quindi non sufficiente. Entrambi i prodotti hanno simili caratteristiche per quanto riguarda la facilità di interpretazione del viraggio. L'etichetta della ditta NOVAMEDISAN risulta di dimensioni troppo grandi per l'attuale sistema di archiviazione, il che comporterebbe la sostituzione di tutti i registri in uso con aggravio di spesa; il prodotto MEDIX risponde in modo ottimale alle esigenze. L'adesività è ottima in entrambi i prodotti. La ditta MEDIX presenta ulteriori due tipi di dispositivo per carichi più critici.

LOTTO 5 TNT (TESSUTO NON TESSUTO) – FOGLI PER STERILIZZAZIONE				I TEMA SRL			ID & CO SRL			MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL		
	Punteggio massimo attribuibile			Coefficiente attribuito			Coefficiente attribuito			Coefficiente attribuito		
Criterio di valutazione	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T
impermeabilità all'acqua	20			1			1			0,25		
grammatura (Valore limite ammesso per assegnazione coefficiente quantitativo ≥ 55 gr/m2)		25			0			0,833			1	
resistenza meccanica e buona conformabilità e drappeggiabilità	25			0,75			1			0,5		
Per quanti riguarda l'impermeabilità sono risultati ottimi i prodotti delle ditte I TEMA E ID & CO mentre il prodotto offerto dalla ditta MEDLINE è risultato sufficiente in quanto durante le prove a pieno carico la carta si è presentata un po' bagnata. Le grammature dichiarate sono le seguenti: 55 ditta I TEMA, 60 ditta ID & CO e 61 ditta MEDLINE. I prodotti I TEMA e ID & CO presentano tessuti resistenti con ottima conformabilità e molto maneggevoli nel confezionamento del pacco; il prodotto ID & CO presenta in più rispetto agli altri prodotti lo stampo del REF del lotto e la scadenza sul tessuto utile per l'utilizzo in sicurezza. Il tessuto della ditta MEDLINE è malleabile di facile imballaggio con una discreta resistenza.												

LOTTO 6 CARTA ASSORBENTE IN FOGLI				BS MEDICAL SRL			I TEMA SRL		
	Punteggio massimo attribuibile			Coefficiente attribuito			Coefficiente attribuito		
Criterio di valutazione	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T
impermeabilità all'acqua	20			1			1		
assenza di rilascio di fibre	25			1			1		
resistenza meccanica e buona conformabilità e drappeggiabilità	25			1			1		
I prodotti sono simili e soddisfano in modo ottimale le esigenze									

LOTTO 7 TEST DI PROVA/VERIFICA EFFICACIA DEL LAVAGGIO				I TEMA SRL			ID & CO SRL			MEDIX ITALIA SRL			NOVAMEDISAN ITALIA SRL		
				Punteggio massimo attribuibile			Coefficiente attribuito			Coefficiente attribuito			Coefficiente attribuito		
Criterio di valutazione				D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T
Facilità di interpretazione del viraggio				20						0,25			1		
Facilità di utilizzo				20						0,5			1		
Adesività				15						0			1		
Certificazione di un ente terzo						5						5			5
La campionatura della ditta I TEMA non è pervenuta quindi deve essere esclusa. Per analogia a quanto indicato per il lotto 4 non si valuta il criterio relativo alla certificazione di un ente terzo. Per quanto riguarda la facilità di utilizzo il prodotto MEDIX ITALIA risponde in modo ottimale alle esigenze mentre i prodotti offerti dalle ditte ID & CO e NOVAMEDISAN risultano discreti in quanto non ottimali per l'archiviazione. Il prodotto MEDIX ITALIA presenta ottime caratteristiche di facilità di interpretazione del viraggio ed è adesivo. Il prodotto ID & CO presenta sufficiente facilità di interpretazione del viraggio e non è adesivo. Il prodotto NOVAMEDISAN è di non chiara interpretazione del viraggio quindi insufficiente e non è adesivo.															
LOTTO 8 TEST DI IDENTIFICAZIONE DELLE PROTEINE RESIDUE SU VARIE SUPERFICI							BS MEDICAL SRL			I TEMA SRL			ID & CO SRL		
							Punteggio massimo attribuibile			Coefficiente attribuito			Coefficiente attribuito		
Criterio di valutazione							D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T
Facilità di interpretazione del risultato							35			1			1		
Facilità di utilizzo del sistema di rilevazione							35			1			0		
Tutti i prodotti presentano un'ottima interpretazione del risultato. Il prodotto BS MEDICAL è dotato di etichette da compilare adesive per la tracciabilità mentre gli altri due prodotti non hanno tale possibilità.															

Per ciascun criterio e per ciascuna Ditta offerente viene, a questo punto, moltiplicato il coefficiente attribuito per il punteggio massimo attribuibile, come di seguito indicato:

LOTTO 1 SISTEMI BIOLOGICI PER L'USO IN STERILIZZATRICI A VAPORE – INDICATORI BIOLOGICI				BS MEDICAL SRL			I TEMA SRL			ID & CO SRL		
	Punteggio massimo attribuibile			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito		
Criterio di valutazione	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T
Tempo di incubazione (Valore limite ammesso per assegnazione coefficiente quantitativo ≤ 24 h)		50			50			50			50	
Facilità di rimozione dell'etichetta e ri-adesività	20			15			15			15		
Totale punteggi				65			65			65		

LOTTO 2 ETICHETTE BI-ADESIVE				BS MEDICAL SRL			I TEMA SRL			ID & CO SRL			MEDIX ITALIA SRL			NOVAMEDISAN ITALIA SRL			S.I.P.O. S.R.L.		
	Punteggio massimo attribuibile			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito		
Criterio di valutazione	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T
Intensità di colore di viraggio	25			0			6,25			6,25			25			0			6,25		
Leggibilità dei dati stampati in etichetta	25			12,50			6,25			0			25			6,25			0		
BI-adesività	20			5,00			10,00			5,00			20			5,00			5,00		
Totale punteggi				17,50			22,50			11,25			70,00			11,25			11,25		

LOTTO 3 ETICHETTE BI-ADESIVE IN TYWEK PER GAS PLASMA				BS MEDICAL SRL			I TEMA SRL			ID & CO SRL			MEDIX ITALIA SRL			S.I.P.O. S.R.L.		
	Punteggio massimo attribuibile			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito		
Criterio di valutazione	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T
Intensità di colore di viraggio	25			0			6,25			0			25			0		
Leggibilità dei dati stampati in etichetta	25			6,25			0			0			25			0		
BI-adesività	20			5,00			5,00			5,00			20			5,00		
Punteggio totale				11,25			11,25			5,00			70,00			5,00		

LOTTO 4 SISTEMA INDICATORE DI CONTROLLO DEL CICLO CON DISPOSITIVO DI PROVA (PCD) PER STERILIZZAZIONE A VAPORE										MEDIX ITALIA SRL			NOVAMEDISAN ITALIA SRL		
										Punteggio massimo attribuibile			Punteggio attribuito		
Criterio di valutazione										D	Q	T	D	Q	T
Facilità di interpretazione del viraggio										20			20		
Facilità di utilizzo										15			15		
Adesività										15			15		
Numero di cicli del PCD										10			10		
Certificazione di un ente terzo												5			5
dispositivi diversi in grado di evidenziare criticità superiori												5			5
Punteggio totale													70,00		

LOTTO 5 TNT (TESSUTO NON TESSUTO) – FOGLI PER STERILIZZAZIONE				I TEMA SRL			ID & CO SRL			MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL		
	Punteggio massimo attribuibile			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito		
Criterio di valutazione	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T
impermeabilità all'acqua	20			20			20			5,00		
grammatura (Valore limite ammesso per assegnazione coefficiente quantitativo ≥ 55 gr/m ²)		25			0			20,825			25	
resistenza meccanica e buona conformabilità e	25			18,75			25			12,50		
Totale punteggio				38,75			65,825			42,50		

LOTTO 6 CARTA ASSORBENTE IN FOGLI				BS MEDICAL SRL			I TEMA SRL		
	Punteggio massimo attribuibile			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito		
Criterio di valutazione	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T
impermeabilità all'acqua	20			20			20		
assenza di rilascio di fibre	25			25			25		
resistenza meccanica e buona conformabilità e	25			25			25		
Totale punteggio				70			70		

LOTTO 7 TEST DI PROVA/VERIFICA EFFICACIA DEL LAVAGGIO				I TEMA SRL			ID & CO SRL			MEDIX ITALIA SRL			NOVAMEDISAN ITALIA SRL		
	Punteggio massimo attribuibile			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito		
Criterio di valutazione	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T
Facilità di interpretazione del viraggio	20			ESCLUSA			5			20			0		
Facilità di utilizzo	20						10			20			10		
Adesività	15						0			15			0		
Certificazione di un ente terzo			5						5			5			5
Totale punteggio							20			70			15		

LOTTO 8 TEST DI IDENTIFICAZIONE DELLE PROTEINE RESIDUE SU VARIE SUPERFICI				BS MEDICAL SRL			I TEMA SRL			ID & CO SRL		
	Punteggio massimo attribuibile			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito		
Criterio di valutazione	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T	D	Q	T
Facilità di interpretazione del risultato	35			35			35			35		
Facilità di utilizzo del sistema di rilevazione	35			35			0			0		
Totale punteggi				70			35			35		

Delle operazioni svolte si dà atto nel presente verbale che viene firmato dai componenti della Commissione Giudicatrice.

Il presente verbale viene affidato al Segretario per le operazioni di competenza e tenuto agli atti della SCI Acquisti beni e servizi.

Mondovì lì, 09/04/2019

Sig.ra GHIGLIA Luciana *f.to in originale*

Sig.ra FUMERO Laura *f.to in originale*

Sig.ra GONELLA Elena *f.to in originale*

Il segretario verbalizzante *f.to in originale*
Dott.ssa Gemma Franco