

LOTTO 24: SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA DEFINITIVA RIUTILIZZABILE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : ORTHOFIX

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
24	A	CORPO DEL FISSATORE ESTERNO	Ottimo - il prodotto risponde a tutti i requisiti richiesti	Distinto- strumentario funzionale	Eccellente - gamma di prodotti offerti completa	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
	B	FICHES NON RIVESTITE IN HA					
	C	MORSETTI DI BLOCCAGGIO COLLEGATI AL CORPO DEL FISSATORE					
			25,50	10,50	15,00	4,25	3,50

TOTALE 58,75

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 25: SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA TEMPORANEA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : Smith & Nephew


N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP. IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
25	A	VITI OSSEE	Non conforme ai requisiti essenziali in quanto i prodotti offerti presentano soltanto barre dal diametro di 6 e 10,5 mm, anziché barre con 3 dimensioni di diametro differenti (da 6, 9 e 12 mm), come richiesto dal Capitolato tecnico				
	B	MORSETTO ORIENTABILE DI CONNESSIONE BARRA-FICHES					
	C	BARRE					

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO






LOTTO 25: SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA TEMPORANEA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : Orthofix

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP. IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
25	A	VITI OSSEE					
	B	MORSETTO ORIENTABILE DI CONNESSIONE BARRA-FICHES	Ottimo - il prodotto risponde pienamente ai requisiti richiesti	Distinto - strumentario funzionale	Eccellente - gamma di prodotti offerti completa	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
	C	BARRE					
			25,50	10,50	15,00	4,25	3,50

TOTALE 58,75

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO







LOTTO 25: SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA TEMPORANEA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : Johnson & Johnson

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
25	A	VITI OSSEE	Ottimo -il prodotto risponde pienamente ai requisiti richiesti	Distinto- strumentario funzionale	Ottimo - ampia gamma di prodotti offerti	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
	B	MORSETTO ORIENTABILE DI CONNESSIONE BARRA-FICHES					
	C	BARRE					
			25,50	10,50	12,75	4,25	3,50

TOTALE 56,50

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI




DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 25: SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA TEMPORANEA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : Stryker

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP IMPIANTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE E TECNICA MAX 5 PUNTI
25	A	VITI OSSEE	Ottimo -il prodotto risponde pienamente ai requisiti richiesti	Distinto- strumentario funzionale	Ottimo - ampia gamma di prodotti offerti	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
	B	MORSETTO ORIENTABILE DI CONNESSIONE BARRA-FICHES					
	C	BARRE					
			25,50	10,50	12,75	4,25	3,50
TOTALE			56,50				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 25: SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA TEMPORANEA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : Zimmer Biomet

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP. IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
25	A	VITI OSSEE	Non conforme ai requisiti essenziali in quanto i prodotti offerti presentano soltanto barre dal diametro di 6 e 11 mm, anziché barre con 3 dimensioni di diametro differenti (da 6, 9 e 12 mm), come richiesto dal Capitolato tecnico				
	B	MORSETTO ORIENTABILE DI CONNESSIONE BARRA-FICHES					
	C	BARRE					

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO






LOTTO 25: SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA TEMPORANEA
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : Citieffe

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP. IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
25	A	VITI OSSEE	Non conforme ai requisiti essenziali in quanto i prodotti offerti presentano soltanto barre dal diametro di 12 mm, anziché barre con 3 dimensioni di diametro differenti (da 6, 9 e 12 mm), come richiesto dal Capitolato tecnico				
	B	MORSETTO ORIENTABILE DI CONNESSIONE BARRA-FICHES					
	C	BARRE					

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO





Erica Cosio

LOTTO 26: SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA DI BACINO
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : MIKAI

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP. IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
26	A	ARCHI DI CONNESSIONE*	Distinto- risponde in modo adeguato alle caratteristiche tecniche-meccaniche richieste	Distinto- strumento funzionale	Distinto- risponde in modo adeguato alle caratteristiche tecniche-meccaniche richieste	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
	B	STAFFE LATERALI*					
	C	VITI OSSEE *					
	D	KIT (specificare la composizione)					
			21,00	10,50	10,50	4,25	3,50

TOTALE 49,75

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 27: SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA DI POLSO RIUTILIZZABILE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : ORTHOFIX

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP. IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
27	A	VITI OSSEE* 70/20 mm - 80/35 mm coniche (o misura più vicina a tale dimensione)	Eccellente - il prodotto risponde pienamente a tutti i requisiti richiesti, incluso quello preferenziale	Eccellente-strumentario funzionale e completo	Eccellente - gamma di prodotti offerti completa	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Eccellente - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica ampia
	B	CORPO DEL FISSATORE ESTERNO ARTICOLATO* Misura standard					
	C	MORSETTI DI BLOCCAGGIO DELLE VITI COLLEGATE AL CORPO DEL FISSATORE*					
	D	KIT (specificare la composizione)	30,00	15,00	15,00	4,25	5,00
TOTALE			69,25				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 27: SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA DI POLSO RIUTILIZZABILE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : MIKAI

IMPIANTO TIPO			CRITERI VALUTAZIONE				
N. LOTTO	REF. COMP IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
27	A	VITI OSSEE* 70/20 mm - 80/35 mm coniche (o misura più vicina a tale dimensione)	Distinto - il prodotto risponde ai requisiti richiesti - no requisito preferenziale "non sterile"	Distinto- strumentario funzionale	Eccellente - gamma di prodotti offerti completa	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Buono - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica esigua
	B	CORPO DEL FISSATORE ESTERNO ARTICOLATO* Misura standard					
	C	MORSETTI DI BLOCCAGGIO DELLE VITI COLLEGATE AL CORPO DEL FISSATORE*					
	D	KIT (specificare la composizione)					
			21,00	10,50	15,00	4,25	2,75

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 28: SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA CIRCOLARE TIPO ILIZAROV
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: ORTHOFIX

IMPIANTO TIPO			CRITERI VALUTAZIONE				
N. LOTTO	REF. COMP IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
28	A	SEMICERCHIO RADIOTRASPARENTE 100 mm (diametro interno) o misura più vicina disponibile	Eccellente - il prodotto risponde pienamente a tutti i requisiti richiesti, incluso quello preferenziale	Distinto-strumentario funzionale	Eccellente - gamma di prodotti offerti completa	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
	B	ASTA FILETTATA					
	C	FILO A BAIONETTA CON E SENZA OLIVA 1,8 mm x 400 mm o misura più vicina disponibile					
	D	BULLONE FISSAFILO AD ALTA TENUTA CON SUPERFICI DI CONTATTO ZIGRINATE					
	E	BULLONE CONNESSIONE					
	F	DADO IN ACCIAIO					
			30,00	10,50	15,00	4,25	3,50

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 28: SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA CIRCOLARE TIPO ILIZAROV
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : MIKAI

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE E TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTI MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
28	A	SEMICERCHIO RADIOTRASPARENTE 100 mm (diametro interno) o misura più vicina disponibile	Buono - rispondenza ai requisiti richiesti no requisito preferenziale "non sterile"	Distinto- strumentario funzionale	Distinto - gamma di prodotti offerti adeguata	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Buono - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica esigua
	B	ASTA FILETTATA					
	C	FILO A BAIONETTA CON E SENZA OLIVA 1,8 mm x 400 mm o misura più vicina disponibile					
	D	BULLONE FISSAFILO AD ALTA TENUTA CON SUPERFICI DI CONTATTO ZIGRINATE					
	E	BULLONE CONNESSIONE					
	F	DADO IN ACCIAIO					
			16,50	10,50	10,50	4,25	3,50
TOTALE			45,25				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 28: SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA CIRCOLARE TIPO ILIZAROV
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : SMITH & NEPHEW

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP. IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE E TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE E TECNICA MAX 5 PUNTI
28	A	SEMICERCHIO RADIOTRASPARENTE 100 mm (diametro interno) o misura più vicina disponibile	Distinto - il prodotto risponde adeguatamente ai requisiti richiesti, incluso quello preferenziale	Distinto- strumentario funzionale	Distinto - gamma di prodotti offerti adeguata	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
	B	ASTA FILETTATA					
	C	FILO A BAIONETTA CON E SENZA OLIVA 1,8 mm x 400 mm o misura più vicina disponibile					
	D	BULLONE FISSAFILO AD ALTA TENUTA CON SUPERFICI DI CONTATTO ZIGRINATE					
	E	BULLONE CONNESSIONE					
	F	DADO IN ACCIAIO	21,00	10,50	10,50	4,25	3,50
TOTALE							49,75

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 29: CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : MIT ITALIA


				CRITERI VALUTAZIONE				
N. LOTTO	DESCRIZIONE OGGETTO DEL LOTTO	IMPIANTO TIPO						
		REF. COMP. IMPIANTO TO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
29	CHIODI CEFALOMIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA	A	CHiodo ENDOMIDOLLARE DIAMETRO DISTALE 10 MM E PROSSIMALE 16 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Distinto- il prodotto risponde alle caratteristiche tecniche- meccaniche richieste - no requisiti preferenziali	Buono - strumentario funzionale	Buono - buona gamma di prodotti offerti	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Buono - documentazione tecnica completa, letteratura scientifica esigua
		B	VITE CEFALICA LUNGHEZZA 90 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
		C	VITE CORTICALE PER BLOCCAGGIO DISTALE 30 MM LUNGHEZZA o misura vicina a tale dimensione.					
		21,00						

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO






LOTTO 29: CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : UBER ROS

CRITERI VALUTAZIONE								
IMPIANTO TIPO								
N. LOTTO	DESCRIZIONE OGGETTO DEL LOTTO	REF. COMP IMPIANTO TIPO						
		DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI	
29	CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA	A	CHIODO ENDOMIDOLLARE DIAMETRO DISTALE 10 MM E PROSSIMALE 16 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Distinto - Il prodotto risponde alle caratteristiche tecniche-meccaniche richieste - no requisiti preferenziali	Buono - strumentario funzionale	Buono - buona gamma di prodotti offerti	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Buono - documentazione tecnica completa, letteratura scientifica esigua
		B	VITE CEFALICA LUNGHEZZA 90 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
		C	VITE CORTICALE PER BLOCCAGGIO DISTALE 30 MM LUNGHEZZA o misura vicina a tale dimensione.					
			21,00	8,25	8,25	4,25	2,75	

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO






LOTTO 29: CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : SMITH & NEPHEW

CRITERI VALUTAZIONE								
IMPIANTO TIPO								
N. LOTTO	DESCRIZIONE OGGETTO DEL LOTTO	REF. COMP IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO NTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
		A	CHiodo ENDOMIDOLLARE DIAMETRO DISTALE 10 MM E PROSSIMALE 16 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Eccellente- risponde pienamente alle caratteristiche tecniche-meccaniche richieste, incluso il requisito preferenziale	Buono - strumentario funzionale	Eccellente - gamma di prodotti offerti completa	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
29	CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA	B	VITE CEFALICA LUNGHEZZA 90 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
		C	VITE CORTICALE PER BLOCCAGGIO DISTALE 30 MM LUNGHEZZA o misura vicina a tale dimensione.	30,00	8,25	15,00	4,25	3,50

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI


DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 29: CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : GRUPPO BIOIMPIANTI

		CRITERI VALUTAZIONE						
		IMPIANTO TIPO						
N. LOTTO	DESCRIZIONE OGGETTO DEL LOTTO	REF. COMP. IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1.	2.	3.	4.	5.
				CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
29	CHIODI CEFALOMIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA	A	CHIODO ENDOMIDOLLARE DIAMETRO DISTALE 10 MM E PROSSIMALE 16 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Ottimo - risponde ampiamente alle caratteristiche tecniche- meccaniche richieste - no requisito preferenziale (no sezione trapezoidale)	Ottimo - strumentario funzionale e con guida esterna per bloccaggio distale dei chiodi intermedi	Eccellente - gamma di prodotti offerti completa	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Buono - documentazione tecnica completa, letteratura scientifica esigua
		B	VITE CEFALICA LUNGHEZZA 90 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
		C	VITE CORTICALE PER BLOCCAGGIO DISTALE 30 MM LUNGHEZZA o misura vicina a tale dimensione.					
				25,50	12,75	15,00	4,25	2,75

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO






LOTTO 29: CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : ORTHOFIX

N. LOTTO	DESCRIZIONE OGGETTO DEL LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
		REF. COMP. IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
29	CHIODI CEFALOMIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA	A	CHIDO ENDOMIDOLLARE DIAMETRO DISTALE 10 MM E PROSSIMALE 16 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Distinto- il prodotto risponde alle caratteristiche tecniche- meccaniche richieste - no requisiti preferenziali	Buono - strumentario funzionale	Buono - buona gamma di prodotti offerti	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Buono - documentazione tecnica completa, letteratura scientifica esigua
		B	VITE CEFALICA LUNGHEZZA 90 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
		C	VITE CORTICALE PER BLOCCAGGIO DISTALE 30 MM LUNGHEZZA o misura vicina a tale dimensione.					
				21,00	8,25	8,25	4,25	2,75

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO






LOTTO 29: CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : LIMACORPORATE

CRITERI VALUTAZIONE								
IMPIANTO TIPO								
N. LOTTO	DESCRIZIONE OGGETTO DEL LOTTO	REF. COMP. IMPIANTO TO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
29	CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA	A	CHIODO ENDOMIDOLLARE DIAMETRO DISTALE 10 MM E PROSSIMALE 16 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Ottimo - risponde ampiamente alle caratteristiche tecniche-meccaniche richieste - no requisito preferenziale (no sezione trapezoidale)	Ottimo - strumentario funzionale e con guida esterna per bloccaggio distale dei chiodi intermedi	Eccellente - gamma di prodotti offerti completa	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Buono - documentazione tecnica completa, letteratura scientifica esigua
		B	VITE CEFALICA LUNGHEZZA 90 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
		C	VITE CORTICALE PER BLOCCAGGIO DISTALE 30 MM LUNGHEZZA o misura vicina a tale dimensione.					
				25,50	12,75	15,00	4,25	2,75

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO






LOTTO 29: CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: STRYKER

IMPIANTO TIPO			CRITERI VALUTAZIONE					
N. LOTTO	DESCRIZIONE OGGETTO DEL LOTTO	REF. COMP. IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE E TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
		A	CHiodo ENDOMIDOLLARE DIAMETRO DISTALE 10 MM E PROSSIMALE 16 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Ottimo- risponde ampiamente alle caratteristiche tecniche- meccaniche richieste - no requisiti preferenziali	Ottimo - strumentario funzionale e con guida esterna per bloccaggio distale dei chiodi intermedi	Eccellente - gamma di prodotti offerti completa	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Eccellente - documentazione tecnica e letteratura scientifica completa
29	CHIODI CEFALO- MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA	B	VITE CEFALICA LUNGHEZZA 90 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
		C	VITE CORTICALE PER BLOCCAGGIO DISTALE 30 MM LUNGHEZZA o misura vicina a tale dimensione.					
					25,50	12,75	15,00	4,25

TOTALE 62,50


LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 29: CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : JOHNSON & JOHNSON MED

		CRITERI VALUTAZIONE						
IMPIANTO TIPO								
N. LOTTO	DESCRIZIONE OGGETTO DEL LOTTO	REF. COMP IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
		A	CHIODO ENDOMIDOLLARE DIAMETRO DISTALE 10 MM E PROSSIMALE 16 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Distinto- il prodotto risponde alle caratteristiche tecniche-meccaniche richieste - no requisiti preferenziali	Ottimo - strumentario funzionale e con guida esterna per bloccaggio distale dei chiodi intermedi	Ottimo - ampia gamma di prodotti offerti	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
29	CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA	B	VITE CEFALICA LUNGHEZZA 90 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
		C	VITE CORTICALE PER BLOCCAGGIO DISTALE 30 MM LUNGHEZZA o misura vicina a tale dimensione.	21,00	12,75	12,75	4,25	3,50

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE


DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO






TOTALE 54,25

LOTTO 29: CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: INTRAUMA

N. LOTTO	DESCRIZIONE OGGETTO DEL LOTTO	IMPIANTO TIPO					CRITERI VALUTAZIONE				
		REF. COMP. IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI			
29	CHIODI CEFALOMIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA	A	CHIODO ENDOMIDOLLARE DIAMETRO DISTALE 10 MM E PROSSIMALE 16 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Eccellente - risponde pienamente alle caratteristiche tecniche-meccaniche richieste, incluso il requisito preferenziale	Ottimo - strumentario funzionale e con guida esterna per bloccaggio distale dei chiodi intermedi	Eccellente - gamma di prodotti offerti completa	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Buono - documentazione tecnica completa, letteratura scientifica esigua			
		B	VITE CEFALICA LUNGHEZZA 90 MM o misura più vicina a tale dimensione.								
		C	VITE CORTICALE PER BLOCCAGGIO DISTALE 30 MM LUNGHEZZA o misura vicina a tale dimensione.								
				30.00	12.75	15.00	4.25	2.75			

TOTALE 64,75

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO






LOTTO 29: CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: ZIMMER

CRITERI VALUTAZIONE								
IMPIANTO TIPO			1. CARATTERISTIC HE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. 'VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAME NTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIO NE TECNICA MAX 5 PUNTI	
N. LOT TO	DESCRIZIONE OGGETTO DEL LOTTO	REF. COMP	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	Distinto- il prodotto risponde alle caratteristiche tecniche- meccaniche richieste- no requisiti preferenziali	Buono - strumentario funzionale	Ottimo - ampia gamma di prodotti offerti	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
		IMPIA NTO TIPO	A CHiodo ENDOMIDOLLARE DIAMETRO DISTALE 10 MM E PROSSIMALE 16 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
29	CHIODI CEFALO- MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA							
				21,00	8,25	12,75	4,25	3,50

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO



ASJ.



Erica Cosio

LOTTO 29: CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: CITIEFFE

N. LOTTO	DESCRIZIONE OGGETTO DEL LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
		REF. COMP. IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
29	CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA	A	CHIODO ENDOMIDOLLARE DIAMETRO DISTALE 10 MM E PROSSIMALE 16 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Distinto- il prodotto risponde alle caratteristiche tecniche- meccaniche richieste - no requisiti preferenziali	Ottimo - strumentario funzionale e con guida esterna per bloccaggio distale dei chiodi intermedi	Ottimo - ampia gamma di prodotti offerti	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Discreto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica esclusivamente comparativa
		B	VITE CEFALICA LUNGHEZZA 90 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
		C	VITE CORTICALE PER BLOCCAGGIO DISTALE 30 MM LUNGHEZZA o misura vicina a tale dimensione.					
				21,00	12,75	12,75	4,25	2,00
TOTALE								52,75

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO






LOTTO 30 : CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A DOPPIA VITE CEFALICA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: MEDICEA

IMPIANTO TIPO			CRITERI VALUTAZIONE				
N. LOTTO	REF. COMP. IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE E TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
30	A	CHIODO ENDOMIDOLLARE DIAMETRO DISTALE 10 MM E PROSSIMALE 15 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Distinto-risponde ampiamente alle caratteristiche tecniche- meccaniche richieste - no requisiti preferenziali	Eccellente - strumentario funzionale e completo	Distinto- gamma adeguata	Eccellente - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
	B	VITE CEFALICA LUNGHEZZA 90 MM o misura vicina a tale dimensione					
	C	VITE CORTICALE PER BLOCCAGGIO DISTALE LUNGHEZZA 30 MM o misura vicina a tale dimensione.					
			21,00	15,00	10,50	5,00	3,50

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

DOTT. SSA ERICA COSIO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE






LOTTO 30 : CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A DOPPIA VITE CEFALICA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: SMITH & NEPHEW

IMPIANTO TIPO			CRITERI VALUTAZIONE				
N. LOT TO	REF. COMP. IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
30	A	CHIODO ENDOMIDOLLARE DIAMETRO DISTALE 10 MM E PROSSIMALE 15 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Discreto - sistema ibrido di bloccaggio prossimale della doppia vite cefalica - no requisito preferenziale	Eccellente - strumentario funzionale e completo	Ottimo - ampia gamma di prodotti offerti	Eccellente - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
	B	VITE CEFALICA LUNGHEZZA 90 MM o misura vicina a tale dimensione					
	C	VITE CORTICALE PER BLOCCAGGIO DISTALE LUNGHEZZA 30 MM o misura vicina a tale dimensione.					
			12.00	15.00	12.75	5.00	3.50

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DOCT. ALESSANDRO BARDELLI



DOCT. ANTONIO EGIDIO



DOCT. VICTOR ROSSO



DOCT. SSA ERICA COSIO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

LOTTO 30 : CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A DOPPIA VITE CEFALICA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: ORTHOFIX

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP. IMPIANTO TO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
30	A	CHIODO ENDOMIDOLLARE DIAMETRO DISTALE 10 MM E PROSSIMALE 15 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Buono - risponde alle caratteristiche tecniche-meccaniche richieste- no requisito preferenziale	Eccellente - strumentario funzionale e completo	Buono - l'offerta non include il diametro distale	Eccellente - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
	B	VITE CEFALICA LUNGHEZZA 90 MM o misura vicina a tale dimensione					
	C	VITE CORTICALE PER BLOCCAGGIO DISTALE LUNGHEZZA 30 MM o misura vicina a tale dimensione.					
			16,50	15,00	8,25	5,00	3,50
TOTALE			48,25				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DOTT. ALESSANDRO BARDELLI




DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



DOTT. SSA ERICA COSIO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

LOTTO 30 : CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A DOPPIA VITE CEFALICA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: ZIMMER BIOMET

N. LOT TO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP. IMPIANTO TO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
30	A	CHIODO ENDOMIDOLLARE DIAMETRO DISTALE 10 MM E PROSSIMALE 15 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Distinto- risponde in modo distinto alle caratteristiche tecniche meccaniche richieste - no requisito preferenziale	Eccellente - strumentario funzionale e completo	Eccellente - ampia gamma di prodotti offerti (3 diametri di chiodi)	Eccellente - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
	B	VITE CEFALICA LUNGHEZZA 90 MM o misura vicina a tale dimensione					
	C	VITE CORTICALE PER BLOCCAGGIO DISTALE LUNGHEZZA 30 MM o misura vicina a tale dimensione.					
			21,00	15,00	15,00	5,00	3,50
TOTALE			59,50				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

DOTT. SSA ERICA COSIO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



LOTTO 30 : CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A DOPPIA VITE CEFALICA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: CITIEFFE

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP. IMPIANTO O TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
30	A	CHIDO ENDOMIDOLLARE DIAMETRO DISTALE 10 MM E PROSSIMALE 15 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Eccellente - risponde in modo distinto alle caratteristiche tecniche-meccaniche richieste - si requisito preferenziale	Eccellente - strumentario funzionale e completo	Distinto - gamma adeguata (chiodi a un solo diametro, viti distali del chiodo intermedio guidate)	Eccellente - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
	B	VITE CEFALICA LUNGHEZZA 90 MM o misura vicina a tale dimensione					
	C	VITE CORTICALE PER BLOCCAGGIO DISTALE LUNGHEZZA 30 MM o misura vicina a tale dimensione.					
			30,00	15,00	10,50	5,00	3,50
TOTALE			64,00				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO




LOTTO 31: CHIODI ENDOMIDOLLARI DIAFISARI BLOCCATI PER FEMORE, TIBIA E Omero
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: SMITH & NEPHEW

REF. E DESCRIZIONE E SUB-LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
A CHIODI DIAFISARI BLOCCATI FEMORE	CHIODO ENDOMIDOLLARE FEMORALE 11X400 o misura più vicina a tale dimensione.	Eccellente - risponde a tutti i requisiti richiesti, inclusi quelli preferenziali	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Eccellente - gamma completa	Eccellente - piena rispondenza ai requisiti richiesti	Eccellente - completezza della documentazione tecnica e della letteratura scientifica
	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 50 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 35 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
	CHIODO ENDOMIDOLLARE TIBIALE 10 X 350 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
B CHIODI DIAFISARI BLOCCATI TIBIA	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 50 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 35 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione					
	CHIODO ENDOMIDOLLARE OMERALE 10X240 o misura più vicina a tale dimensione.					
C CHIODI DIAFISARI BLOCCATI Omero	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 40 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 30 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
		30,00	15,00	15,00	5,00	5,00
TOTALE		70				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 31: CHIODI ENDOMIDOLLARI DIAFISARI BLOCCATI PER FEMORE, TIBIA E OMERIO
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: ORTHOFIX

REF. E DESCRIZIONE SUB-LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
A CHIODI DIAFISARI BLOCCATI FEMORE	CHIODO ENDOMIDOLLARE FEMORALE 11X400 o misura più vicina a tale dimensione.	Distinto - risponde ai requisiti richiesti, è dotata di guida meccanica accurata, ma non presenta il requisito preferenziale del centraggio con principio elettromagnetico	Distinto - strumentario completo e funzionale con guida meccanica per le viti di bloccaggio distale	Eccellente - gamma completa	Eccellente - piena rispondenza ai requisiti richiesti	Distinto - completezza della documentazione tecnica, letteratura scientifica adeguata
	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 50 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 35 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
B CHIODI DIAFISARI BLOCCATI TIBIA	CHIODO ENDOMIDOLLARE TIBIALE 10 X 350 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 50 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 35 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione					
C CHIODI DIAFISARI BLOCCATI OMERIO	CHIODO ENDOMIDOLLARE OMERALE 10X240 o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 40 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 30 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
		21,00	10,50	15,00	5,00	3,50
TOTALE		55,00				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 31: CHIODI ENDOMIDOLLARI DIAFISARI BLOCCATI PER FEMORE, TIBIA E OMERIO
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: STRYKER

REF. E DESCRIZIONE SUB-LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
A CHIODI DIAFISARI BLOCCATI FEMORE	CHIODO ENDOMIDOLLARE FEMORALE 11X400 o misura più vicina a tale dimensione.	Buono - non presenta il requisito preferenziale del centraggio con principio elettromagnetico, né la guida meccanica per le viti apicali	Discreto - strumentario funzionale, assenza di guida per il bloccaggio delle viti distali	Eccellente - gamma completa	Eccellente - piena rispondenza ai requisiti richiesti	Eccellente - completezza della documentazione tecnica e della letteratura scientifica
	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 50 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 35 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
	CHIODO ENDOMIDOLLARE TIBIALE 10 X 350 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
B CHIODI DIAFISARI BLOCCATI TIBIA	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 50 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 35 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione					
	CHIODO ENDOMIDOLLARE OMERALE 10X240 o misura più vicina a tale dimensione.					
C CHIODI DIAFISARI BLOCCATI OMIERO	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 40 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 30 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
		16,50	6,00	15,00	5,00	5,00
TOTALE		47,50				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI




DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO




LOTTO 31: CHIODI ENDOMIDOLLARI DIAFISARI BLOCCATI PER FEMORE, TIBIA E OMER

SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA

DITTA: JOHNSON & JOHNSON

REF. E DESCRIZIONE SUB-LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
A CHIODI DIAFISARI BLOCCATI FEMORE	CHIODO ENDOMIDOLLARE FEMORALE 11X400 o misura più vicina a tale dimensione.	Buono - non presenta il requisito preferenziale del centraggio con principio elettromagnetico, né la guida meccanica per le viti apicali	Discreto - strumentario funzionale, assenza di guida per il bloccaggio delle viti distali	Eccellente - gamma completa	Eccellente - piena rispondenza ai requisiti richiesti	Eccellente - completezza della documentazione tecnica e della letteratura scientifica
	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 50 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 35 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
B CHIODI DIAFISARI BLOCCATI TIBIA	CHIODO ENDOMIDOLLARE TIBIALE 10 X 350 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 50 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 35 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione					
C CHIODI DIAFISARI BLOCCATI OMER	CHIODO ENDOMIDOLLARE OMERALE 10X240 o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 40 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 30 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
		16,50	6,00	15,00	5,00	5,00
TOTALE		47,50				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 31: CHIODI ENDOMIDOLLARI DIAFISARI BLOCCATI PER FEMORE, TIBIA E OMERIO
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: ZIMMER BIOMET

REF. E DESCRIZIONE SUB-LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
A CHIODI DIAFISARI BLOCCATI FEMORE	CHIODO ENDOMIDOLLARE FEMORALE 11X400 o misura più vicina a tale dimensione.	Buono - non presenta il requisito preferenziale del centraggio con principio elettromagnetico, né la guida meccanica per le viti apicali	Discreto - strumentario funzionale, assenza di guida per il bloccaggio delle viti distali	Eccellente - gamma completa	Eccellente - piena rispondenza ai requisiti richiesti	Ottimo - completezza della documentazione tecnica, letteratura scientifica ampia
	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 50 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 35 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
B CHIODI DIAFISARI BLOCCATI TIBIA	CHIODO ENDOMIDOLLARE TIBIALE 10 X 350 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 50 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 35 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione					
C CHIODI DIAFISARI BLOCCATI OMERIO	CHIODO ENDOMIDOLLARE OMERALE 10X240 o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 40 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 30 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
		16,50	6,00	15,00	5,00	4,25
TOTALE		46,75				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 31: CHIODI ENDOMIDOLLARI DIAFISARI BLOCCATI PER FEMORE, TIBIA E OMERIO
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: CITIEFFE

REF. E DESCRIZIONE SUB-LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
A CHIODI DIAFISARI BLOCCATI FEMORE	CHIODO ENDOMIDOLLARE FEMORALE 11X400 o misura più vicina a tale dimensione.	Distinto - non presenta il requisito preferenziale del centraggio con principio elettromagnetico, guida meccanica per le viti apicali indaginosa	Buono - strumentario funzionale, guida di bloccaggio solo per femore e omero	Eccellente - gamma completa		Discreto - completezza della documentazione tecnica, letteratura scientifica comparativa
	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 50 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 35 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
B CHIODI DIAFISARI BLOCCATI TIBIA	CHIODO ENDOMIDOLLARE TIBIALE 10 X 350 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 50 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 35 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione					
C CHIODI DIAFISARI BLOCCATI OMERIO	CHIODO ENDOMIDOLLARE OMERALE 10X240 o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 40 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 30 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
TOTALE		21,00	8,25	15,00	5,00	2,00

TOTALE 51,25

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO

Erica Cosio

LOTTO 32: CHIODI ENDOMIDOLLARI PER OMERO PROSSIMALE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: MIT ITALIA

CRITERI VALUTAZIONE					
DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
CHIODO ENDOMIDOLLARE OMERALE 10 X 150 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Non conforme in quanto le caratteristiche della lunghezza del chiodo non rispecchiano quanto indicato nel Capitolato tecnico				
VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 35 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 25 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO

Erica Cosio

LOTTO 32: CHIODI ENDOMIDOLLARI PER OMERO PROSSIMALE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: SMITH & NEPHEW

CRITERI VALUTAZIONE					
DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAME NTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
CHIDO ENDOMIDOLLARE OMERALE 10 X 150 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Ottimo- risponde pienamente alle caratteristiche tecniche- meccaniche richieste	Eccellente- strumentario funzionale, bloccaggio del chido distale e prossimale guidato	Eccellente - gamma completa	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Buono - documentazione tecnica completa, letteratura scientifica non specifica
VITI DI BLOCCAGGIO					
PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 35 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 25 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.	25,50	15,00	15,00	4,25	2,75
TOTALE					62,50

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 32: CHIODI ENDOMIDOLLARI PER OMERO PROSSIMALE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: ORTHOFIX

CRITERI VALUTAZIONE					
DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAME NTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
CHIODO ENDOMIDOLLARE OMERALE 10 X 150 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 35 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Distinto - curvatura del chiodo molto accentuata	Eccellente - strumentario funzionale, bloccaggio del chiodo distale e prossimale guidato	Eccellente - gamma completa	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Sufficiente - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica assente
VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 25 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
	21,00	15,00	15,00	4,25	1,25
TOTALE 56,50					

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO

Erica Cosio

LOTTO 32: CHIODI ENDOMIDOLLARI PER OMERO PROSSIMALE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: LIMACORPORATE

CRITERI VALUTAZIONE					
DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAME NTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
CHIODO ENDOMIDOLLARE OMERALE 10 X 150 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Buono- buona rispondenza ai requisiti richiesti (curvatura e diametri differiscono da quanto indicato nel capitolato)	Distinto- strumentario funzionale	Eccellente -gamma completa	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Sufficiente - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica scarsa
VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 35 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 25 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
	16,50	10,50	15,00	4,25	2,00
TOTALE	48,25				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 32: CHIODI ENDOMIDOLLARI PER OMERO PROSSIMALE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: CLINIKA

CRITERI VALUTAZIONE					
DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAME NTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
CHIODO ENDOMIDOLLARE OMERALE 10 X 150 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche tecniche- meccaniche richieste	Eccellente- strumentario funzionale, bloccaggio del chiodo distale e prossimale guidato	Eccellente - gamma completa	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Eccellente - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica ampia e pertinente
VITI DI BLOCCAGGIO					
PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 35 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 25 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
	25,50	15,00	15,00	4,25	5,00
TOTALE 64,75					

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT.SSA ERICA COSIO



LOTTO 32: CHIODI ENDOMIDOLLARI PER OMERO PROSSIMALE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: STRYKER

CRITERI VALUTAZIONE					
DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAME NTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
CHiodo ENDOMIDOLLARE OMERALE 10 X 150 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Buono- il prodotto risponde ai requisiti richiesti, ma non è presente il centraggio guidato delle viti distali	Distinto- strumentario funzionale	Distinto - gamma adeguata	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica ampia
VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 35 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 25 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
	16,50	10,50	10,50	4,25	3,50

TOTALE 45,25

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO.



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 32: CHIODI ENDOMIDOLLARI PER OMERO PROSSIMALE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: JOHNSON & JOHNSON

CRITERI VALUTAZIONE					
DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAME NTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
CHIODO ENDOMIDOLLARE OMERALE 10 X 150 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Buono - il prodotto risponde ai requisiti richiesti, ma non è presente il centraggio guidato delle viti distali	Distinto - strumentario funzionale	Eccellente - gamma completa	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Ottimo - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica ampia
VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 35 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 25 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
	16,50	10,50	15,00	4,25	4,25
TOTALE 50,50					

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO






LOTTO 32: CHIODI ENDOMIDOLLARI PER OMERO PROSSIMALE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: ZIMMER BIOMET

CRITERI VALUTAZIONE					
DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. MATERIALE MAX 15 PUNTI VARIETA'	4. CONFEZIONAMEN TO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
CHiodo ENDOMIDOLLARE OMERALE 10 X 150 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Discreto - il chiodo proposto è retto	Distinto- strumentario funzionale	Distinto - adeguata gamma di prodotti offerti	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 35 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 25 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
	12.00	10.50	10.50	4.25	3.50

TOTALE 40,75

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO






LOTTO 32: CHIODI ENDOMIDOLLARI PER OMERO PROSSIMALE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: CITIEFFE

CRITERI VALUTAZIONE					
DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
CHIODO ENDOMIDOLLARE OMERALE 10 X 150 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 35 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Ottimo- ottima rispondenza alle caratteristiche tecniche- meccaniche richieste	Eccellente- strumentario funzionale, bloccaggio del chiodo distale e prossimale guidato	Ottimo - ampia gamma di prodotti offerti	Distinto - adeguata rispondenza alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 25 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.	25,50	15,00	12,75	3,50	3,50
TOTALE	60,25				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 33: CHIODI RETROGRADI PER DIAFISI OMERALE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: JOHNSON & JOHNSON

CRITERI VALUTAZIONE					
DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAME NTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
CHiodo ENDOMIDOLLARE RETROGRADO OMERALE 10 X 150 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Buono- il prodotto risponde ai requisiti richiesti, ma non è presente il centraggio guidato delle viti distali	Distinto- strumentario funzionale	Eccellente - ampia gamma di prodotti offerti	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Eccellente - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica ampia
VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 25 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
	16,50	10,50	15,00	4,25	5,00
TOTALE 51,25					

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI




DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 33: CHIODI RETROGRADI PER DIAFISI OMERALE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: ZIMMER BIOMET

CRITERI VALUTAZIONE					
DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAME NTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
CHIODO ENDOMIDOLLARE RETROGRADO OMERALE 10 X 150 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Buono- il prodotto risponde ai requisiti richiesti, ma non è presente il centraggio guidato delle viti distali	Distinto- strumentario funzionale	Eccellente - ampia gamma di prodotti offerti	Ottimo - ottima rispondenza alle caratteristiche richieste	Sufficiente - documentazione tecnica completa, letteratura scientifica assente
VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 25 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
	16,50	10,50	15,00	4,25	1,25
TOTALE					47,50

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO


IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO

Erica Cosio

LOTTO 34: CHIODI ENDOMIDOLLARI PER ARTRODESI DI RETROPIEDE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: WRIGHT MEDICAL

CRITERI VALUTAZIONE					
DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
CHIODO ENDOMIDOLLARE RETROGRADO 10 X 250 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 30 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Eccellente - risponde a tutti i requisiti richiesti, inclusi quelli preferenziali	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Eccellente - gamma completa	Eccellente - piena rispondenza ai requisiti richiesti	Eccellente - completezza della documentazione tecnica e della letteratura scientifica
VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 75 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
	30,00	15,00	15,00	5,00	5,00
TOTALE					70,00

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 34: CHIODI ENDOMIDOLLARI PER ARTRODESI DI RETROPIEDE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: SMITH & NEPHEW


CRITERI VALUTAZIONE					
DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAME NTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
CHIODO ENDOMIDOLLARE RETROGRADO 10 X 250 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Non conforme in quanto il prodotto non presenta la versione destra - sinistra, come richiesto dal Capitolato tecnico				
VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 30 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 75 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO






LOTTO 34: CHIODI ENDOMIDOLLARI PER ARTRODESI DI RETROPIEDE

SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA

DITTA: ORTHOFIX


CRITERI VALUTAZIONE					
DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
CHIDO ENDOMIDOLLARE RETROGRADO 10 X 250 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Non conforme in quanto il prodotto non presenta la versione destra - sinistra, come richiesto dal Capitolato tecnico				
VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 30 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 75 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					


LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 34: CHIODI ENDOMIDOLLARI PER ARTRODESI DI RETROPIEDE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: JOHNSON & JOHNSON

CRITERI VALUTAZIONE					
DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAME NTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
CHIDO ENDOMIDOLLARE RETROGRADO 10 X 250 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Non conforme per mancanza della possibilità di dare compressione al focolaio di artrodesi, con meccanismo di "richiamo" attraverso il chido stesso, come richiesto dal Capitolato tecnico				
VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 30 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 75 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO


IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO

LOTTO 34: CHIODI ENDOMIDOLLARI PER ARTRODESI DI RETROPIEDE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: STRYKER

CRITERI VALUTAZIONE					
DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAME NTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
CHIDO ENDOMIDOLLARE RETROGRADO 10 X 250 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Eccellente - risponde a tutti i requisiti richiesti, inclusi quelli preferenziali	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Eccellente - gamma completa	Eccellente - piena rispondenza ai requisiti richiesti	Distinto - documentazione tecnica completa, letteratura scientifica adeguata
VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 30 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 75 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
	30,00	15,00	15,00	5,00	3,50

TOTALE 68,50

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 34: CHIODI ENDOMIDOLLARI PER ARTRODESI DI RETROPIEDE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: ZIMMER BIOMET

CRITERI VALUTAZIONE					
DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAME NTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
CHIDO ENDOMIDOLLARE RETROGRADO 10 X 250 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Non conforme in quanto il prodotto non presenta la versione destra - sinistra, come richiesto dal Capitolato tecnico				
VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 30 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 75 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 34: CHIODI ENDOMIDOLLARI PER ARTRODESI DI RETROPIEDE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: CITIEFFE

CRITERI VALUTAZIONE					
DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAME NTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
CHIODO ENDOMIDOLLARE RETROGRADO 10 X 250 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Non conforme in quanto il prodotto non presenta la versione destra - sinistra, come richiesto dal Capitolato tecnico				
VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 30 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 75 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO

Erica Cosio

[Signature]

[Signature]

[Signature]

LOTTO 35: SISTEMA CHIODI RADIOTRASPARENTI IN FIBRA DI CARBONIO
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: UNIMEDICAL BIOTECH

REF. E DESCRIZIONE SUB-LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENT O MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
A CHIODI OMERO PROSSIMALE	CHIODO ENDOMIDOLLARE OMERALE PROSSIMALE 8 X 150 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Distinto - risponde ai requisiti richiesti, ad eccezione di quello preferenziale	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Eccellente - gamma completa	Eccellente - piena rispondenza ai requisiti richiesti	Buono - documentazione tecnica completa e documentazione scientifica scarsa
	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 35 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 25 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
B CHIODI FEMORALI DIAFISARI	DIAFISARIO 10 X 360 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 40 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 35 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
C CHIODI TIBIALI DIAFISARI	CHIODO ENDOMIDOLLARE TIBIALE DIAFISARIO 10 X 320 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 50 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 35 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.					
		21,00	15,00	15,00	5,00	2,75
TOTALE		58,75				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI




DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 36: VITI CANNULATE IN TITANIO PICCOLI MEDI E GRANDI FRAMMENTI
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: ARTHREX

REF. E DESCRIZIONE SUB-LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE E TECNICA MAX 5 PUNTI
A VITI CANNULATE MINI E PICCOLI FRAMMENTI	VITE CANNULATE titanio D. 2,5 MM circa Lunghezza 30 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.	Distinto - risponde ai requisiti richiesti - requisito preferenziale solo per alcuni prodotti	Distinto - strumentario funzionale	Buono - incompletezza della gamma per i grandi frammenti e per i medi frammenti	Eccellente - risponde pienamente ai requisiti	Eccellente - documentazione tecnica e letteratura scientifica completa
	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A					
B VITI CANNULATE MEDI FRAMMENTI	VITE CANNULATE titanio D. 4,5 MM circa Lunghezza 45 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.					
	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A					
C VITI CANNULATE GRANDI FRAMMENTI	VITE CANNULATE titanio D. 6,5 MM circa Lunghezza 90 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.					
	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A					
		21,00	10,50	8,25	5,00	5,00

TOTALE 49,75

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO


Erica Cosio

LOTTO 36: VITI CANNULATE IN TITANIO PICCOLI MEDI E GRANDI FRAMMENTI
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: GRUPPO BIOIMPIANTI

REF. E DESCRIZIONE E SUB-LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE E TECNICA MAX 5 PUNTI
A VITI CANNULATE MINI E PICCOLI FRAMMENTI	VITE CANNULATE titanio D. 2,5 MM circa Lunghezza 30 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.	Eccellente - risponde ai requisiti richiesti - si requisito preferenziale "non sterile"	Distinto - strumentario funzionale	Distinto - adeguatezza della gamma	Eccellente - risponde pienamente ai requisiti	Eccellente - documentazione tecnica e letteratura scientifica completa
	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A					
	VITE CANNULATE titanio D. 4,5 MM circa Lunghezza 45 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.					
B VITI CANNULATE MEDI FRAMMENTI	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A					
C VITI CANNULATE GRANDI FRAMMENTI	VITE CANNULATE titanio D. 6,5 MM circa Lunghezza 90 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.					
	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A					
		30,00	10,50	10,50	5,00	5,00

TOTALE 61,00

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 36: VITI CANNULATE IN TITANIO PICCOLI MEDI E GRANDI FRAMMENTI
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: LIMACORPORATE

REF. E DESCRIZIONE SUB-LOTTO		CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE E TECNICA MAX 5 PUNTI
A VITI CANNULATE MINI E PICCOLI FRAMMENTI	VITE CANNULATA titanio D. 2,5 MM circa Lunghezza 30 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.	Distinto - risponde ai requisiti richiesti - no requisito preferenziale "non sterile"	Distinto - strumentario funzionale	Distinto - adeguatezza della gamma	Eccellente - risponde pienamente ai requisiti	Eccellente - documentazione tecnica e letteratura scientifica completa
	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A					
	VITE CANNULATA titanio D. 4,5 MM circa Lunghezza 45 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.					
B VITI CANNULATE MEDI FRAMMENTI	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A					
C VITI CANNULATE GRANDI FRAMMENTI	VITE CANNULATA titanio D. 6,5 MM circa Lunghezza 90 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.					
	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A					
		21,00	10,50	10,50	5,00	5,00

TOTALE 52,00

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO

Erica Cosio

LOTTO 36: VITI CANNULATE IN TITANIO PICCOLI MEDI E GRANDI FRAMMENTI
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: JOHNSON & JOHNSON

REF. E DESCRIZIONE E SUB- LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAME NTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZION E TECNICA MAX 5 PUNTI
A VITI CANNULATE MINI E PICCOLI FRAMMENTI	VITE CANNULATA titanio D. 2,5 MM circa lunghezza 30 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.	Distinto - risponde ai requisiti richiesti - requisito preferenziale solo per alcuni prodotti.	Distinto - strumentario funzionale	Distinto - adeguatezza della gamma	Eccellente - risponde pienamente ai requisiti	Eccellente - documentazione tecnica e letteratura scientifica completa
	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A					
B VITI CANNULATE MEDI FRAMMENTI	VITE CANNULATA titanio D. 4,5 MM circa lunghezza 45 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.					
	RONDELLA per vite punto A.					
C VITI CANNULATE GRANDI FRAMMENTI	FILO GUIDA per vite punto A					
	VITE CANNULATA titanio D. 6,5 MM circa lunghezza 90 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.					
	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A	21,00	10,50	10,50	5,00	5,00
TOTALE		52,00				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO


DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO

LOTTO 36: VITI CANNULATE IN TITANIO PICCOLI MEDI E GRANDI FRAMMENTI
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: STRYKER

REF. E DESCRIZIONE SUB-LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE E TECNICA MAX 5 PUNTI
A VITI CANNULATE MINI E PICCOLI FRAMMENTI	VITE CANNULATE titanio D. 2,5 MM circa Lunghezza 30 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.	Distinto - risponde ai requisiti richiesti- no requisito preferenziale "no sterile"	Distinto - strumentario funzionale	Distinto - adeguatezza della gamma	Eccellente - risponde pienamente ai requisiti	Eccellente - documentazione tecnica e letteratura scientifica completa
	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A					
	VITE CANNULATE titanio D. 4,5 MM circa Lunghezza 45 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.					
B VITI CANNULATE MEDI FRAMMENTI	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A					
C VITI CANNULATE GRANDI FRAMMENTI	VITE CANNULATE titanio D. 6,5 MM circa Lunghezza 90 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.					
	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A					
		21,00	10,50	10,50	5,00	5,00
TOTALE		52,00				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 36: VITI CANNULATE IN TITANIO PICCOLI MEDI E GRANDI FRAMMENTI
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: INTRAUMA

REF. E DESCRIZIONE SUB-LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE E TECNICA MAX 5 PUNTI
A VITI CANNULATE MINI E PICCOLI FRAMMENTI	VITE CANNULATE titanio D. 2,5 MM circa lunghezza 30 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.	Eccellente - risponde ai requisiti richiesti - si requisito preferenziale "non sterile"	Distinto - strumentario funzionale	Distinto - adeguatezza della gamma	Eccellente - risponde pienamente ai requisiti	Eccellente - documentazione tecnica e letteratura scientifica completa
	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A					
B VITI CANNULATE MEDI FRAMMENTI	VITE CANNULATE titanio D. 4,5 MM circa lunghezza 45 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.					
	RONDELLA per vite punto A.					
C VITI CANNULATE GRANDI FRAMMENTI	FILO GUIDA per vite punto A					
	VITE CANNULATE titanio D. 6,5 MM circa lunghezza 90 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.					
	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A	30,00	10,50	10,50	5,00	5,00
TOTALE						61

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 36: VITI CANNULATE IN TITANIO PICCOLI MEDI E GRANDI FRAMMENTI
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: ZIMMER

REF. E DESCRIZIONE SUB-LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE E TECNICA MAX 5 PUNTI
A VITI CANNULATE MINI E PICCOLI FRAMMENTI	VITE CANNULATA titanio D. 2,5 MM circa Lunghezza 30 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.	Eccellente - risponde ai requisiti richiesti - si requisito preferenziale "non sterile"	Distinto - strumentario funzionale	Eccellente - risponde pienamente ai requisiti	Eccellente - risponde pienamente ai requisiti	Eccellente - documentazione tecnica e letteratura scientifica completa
	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A					
	VITE CANNULATA titanio D. 4,5 MM circa Lunghezza 45 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.					
B VITI CANNULATE MEDI FRAMMENTI	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A					
C VITI CANNULATE GRANDI FRAMMENTI	VITE CANNULATA titanio D. 6,5 MM circa Lunghezza 90 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.					
	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A					
		30,00	10,50	15,00	5,00	5,00
TOTALE		65,50				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO




LOTTO 36: VITI CANNULATE IN TITANIO PICCOLI MEDI E GRANDI FRAMMENTI
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA: CITIEFFE

REF. E DESCRIZIONE SUB-LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
A VITI CANNULATE MINI E PICCOLI FRAMMENTI	VITE CANNULATA titanio D. 2,5 MM circa Lunghezza 30 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.	Distinto - risponde ai requisiti richiesti - no requisito preferenziale "non sterile"	Distinto - strumentario funzionale	Eccellente - gamma completa	Eccellente - risponde pienamente ai requisiti	Eccellente - documentazione tecnica e letteratura scientifica completa
	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A					
	VITE CANNULATA titanio D. 4,5 MM circa Lunghezza 45 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.					
B VITI CANNULATE MEDI FRAMMENTI	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A					
C VITI CANNULATE GRANDI FRAMMENTI	VITE CANNULATA titanio D. 6,5 MM circa Lunghezza 90 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.					
	RONDELLA per vite punto A.					
	FILO GUIDA per vite punto A					
		21,00	10,50	15,00	5,00	5,00

TOTALE 56,50

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT.SSA ERICA COSIO

Erica Cosio

**LOTTO 37 : VITI CONICHE SENZA TESTA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : MIT ITALIA**

N. LOTT O	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMEN TO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
37	VITE CONICA titanio SENZA TESTA D. 3,5 MM circa Lunghezza 30 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.	Non conforme in quanto la vite Magnezix non è conica e non è a filetto completo				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO



**LOTTO 37 : VITI CONICHE SENZA TESTA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : ARTHREX ITALIA**

		CRITERI VALUTAZIONE				
N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
37	VITE CONICA titanio SENZA TESTA D. 3,5 MM circa Lunghezza 30 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.	Distinto - risponde adeguatamente ai requisiti richiesti	Distinto - strumentario funzionale	Distinto - adeguatezza della gamma	Eccellente - risponde pienamente ai requisiti	Sufficiente - documentazione tecnica completa, letteratura scientifica assente
		21,00	10,50	10,50	5,00	1,25

TOTALE 48,25

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DOTT. SSA ERICA COSIO




LOTTO 37 : VITI CONICHE SENZA TESTA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : UBER ROS

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
37	VITE CONICA titanio SENZA TESTA D. 3,5 MM circa Lunghezza 30 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.	Distinto - risponde adeguatamente ai requisiti richiesti	Distinto - strumentario funzionale	Distinto - adeguatezza della gamma	Eccellente - risponde pienamente ai requisiti	Insufficiente - documentazione tecnica scarsa e letteratura scientifica assente
		21,00	10,50	10,50	5,00	0,00

TOTALE 47,00

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 37 : VITI CONICHE SENZA TESTA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : CLINIKA

		CRITERI VALUTAZIONE				
N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
37	VITE CONICA titanio SENZA TESTA D. 3,5 MM circa Lunghezza 30 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.	Eccellente- risponde in maniera eccellente alle caratteristiche richieste	Distinto - strumentario funzionale	Eccellente- massima completezza della gamma	Eccellente- risponde in maniera eccellente alle caratteristiche richieste	Eccellente - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica ampia
		30,00	10,50	15,00	5,00	5,00

TOTALE 65,50

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT.SSA ERICA COSIO



LOTTO 37 : VITI CONICHE SENZA TESTA
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : ZIMMER BIOMET

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
37	VITE CONICA titanio SENZA TESTA D. 3,5 MM circa Lunghezza 30 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione.	Ottimo - ottima rispondenza ai requisiti richiesti	Distinto - strumentario funzionale	Distinto - adeguatezza della gamma	Eccellente - risponde pienamente ai requisiti	Eccellente - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica ampia
		25,50	10,50	10,50	5,00	5,00
TOTALE		56,50				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT.SSA ERICA COSIO






LOTTO 38 : VITI CANNULATE PER OSTEOSINTESI SCAFOIDE CARPALE, METACARPI, FALANGI
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : WRIGHT MEDICAL ITALY

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE E TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
38	VITE D. 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Eccellente - risponde a tutti i requisiti richiesti, inclusi quelli preferenziali	Eccellente - strumento completo e funzionale	Distinto - gamma adeguata	Eccellente - piena rispondenza ai requisiti richiesti	Sufficiente - documentazione tecnica completa ma assenza di letteratura scientifica
		30,00	15,00	10,50	5,00	1,25

TOTALE 61,75

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO







LOTTO 38 : VITI CANNULATE PER OSTEOSINTESI SCAFOIDE CARPALE, METACARPI, FALANGI
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : MYRMEX INNOVATION

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTIC HE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZION E TECNICA MAX 5 PUNTI
38	VITE D. 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Eccellente - risponde a tutti i requisiti richiesti, inclusi quelli preferenziali	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Distinto - gamma ampia	Eccellente - piena rispondenza ai requisiti richiesti	Discreto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica non specificata
		30,00	15,00	10,50	5,00	2,00

TOTALE 62,50

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 38 : VITI CANNULATE PER OSTEOSINTESI SCAFOIDE CARPALE, METACARPI, FALANGI
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : ARTHREX ITALIA

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
38	VITE D. 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Non conforme: mancanza del requisito essenziale previsto dal Capitolato tecnico del "filetto distale con possibilità di diversa lunghezza per permettere la sintesi anche dei frammenti più piccoli"				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 38 : VITI CANNULATE PER OSTEOSINTESI SCAFOIDE CARPALE, METACARPI, FALANGI
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : HOFER MEDICAL ITALIA

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZION E TECNICA MAX 5 PUNTI
38	VITE D. 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Non conforme: mancanza del requisito essenziale previsto dal Capitolato tecnico del "filetto distale con possibilità di diversa lunghezza per permettere la sintesi anche dei frammenti più piccoli"				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO




LOTTO 38 : VITI CANNULATE PER OSTEOSINTESI SCAFOIDE CARPALE, METACARPI, FALANGI
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : LIMACORPORATE

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
38	VITE D. 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Eccellente - risponde a tutti i requisiti richiesti, inclusi quelli preferenziali	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Ottimo - gamma ampia	Eccellente - piena rispondenza ai requisiti richiesti	Discreto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica esigua
		30,00	15,00	12,75	5,00	2,00

TOTALE 64,75

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 38 : VITI CANNULATE PER OSTEOSINTESI SCAFOIDE CARPALE, METACARPI, FALANGI
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : JOHNSON & JOHNSON MED

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
38	VITE D. 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Eccellente - risponde a tutti i requisiti richiesti, inclusi quelli preferenziali	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Distinto - gamma adeguata	Eccellente - piena rispondenza ai requisiti richiesti	Eccellente - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica ampia
		30,00	15,00	10,50	5,00	5,00

TOTALE 65,50

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO






LOTTO 38 : VITI CANNULATE PER OSTEOSINTESI SCAFOIDE CARPALE, METACARPI, FALANGI
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : MIKAI

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAME NTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
38	VITE D. 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Ottimo - risponde ai requisiti richiesti, incluso quello preferenziale della possibilità di utilizzo anche senza perforazione. No requisito preferenziale "non sterile"	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Eccellente - gamma molto ampia	Eccellente - piena rispondenza ai requisiti richiesti	Eccellente - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica ampia
		25,50	15,00	15,00	5,00	5,00

TOTALE 65,5

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO






LOTTO 38 : VITI CANNULATE PER OSTEOSINTESI SCAFOIDE CARPALE, METACARPI, FALANGI
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : STRYKER ITALIA

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
38	VITE D. 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Non conforme per mancanza del requisito essenziale previsto dal Capitolato tecnico del "filetto distale con possibilità di diversa lunghezza per permettere la sintesi anche dei frammenti più piccoli"				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO






LOTTO 38 : VITI CANNULATE PER OSTEOSINTESI SCAFOIDE CARPALE, METACARPI, FALANGI
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : INTRAUMA

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
38	VITE D. 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Ottimo - risponde ai requisiti richiesti, incluso quello preferenziale "non sterile". No requisito preferenziale della possibilità di utilizzo anche senza perforazione	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Eccellente - gamma molto ampia	Eccellente - piena rispondenza ai requisiti richiesti	Sufficiente - documentazione tecnica completa ma assenza di letteratura scientifica
		25,50	15,00	15,00	5,00	1,25

TOTALE 61,75

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO






LOTTO 38 : VITI CANNULATE PER OSTEOSINTESI SCAFOIDE CARPALE, METACARPI, FALANGI
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : ZIMMER BIOMET

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
38	VITE D. 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Non conforme: mancanza del requisito essenziale previsto dal Capitolato tecnico del "filetto distale con possibilità di diversa lunghezza per permettere la sintesi anche dei frammenti più piccoli"				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI




DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 39 : VITI DOPPIO FILETTO IN TITANIO PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : BIOTIM

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP. IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
39	A	VITE CANNULATA A DOPPIO FILETTO D 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Buono - risponde alle caratteristiche richieste - no requisito preferenziale "non sterile"	Distinto - strumentario funzionale	Distinto - adeguata gamma di viti e diametri	Eccellente- risponde in maniera eccellente alle caratteristiche richieste	Sufficiente - documentazione tecnica completa, letteratura scientifica scarsa
	B	FILO GUIDA MISURA idonea al mezzo di sintesi di cui sopra					
			16,50	10,50	10,50	5,00	1,25
TOTALE							43,75

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 39 : VITI DOPPIO FILETTO IN TITANIO PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : WRIGHT MEDICAL ITALY

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
39	A	VITE CANNULATA A DOPPIO FILETTO D 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Buono - assenza dei requisiti preferenziali	Eccellente - strumentario completo	Sufficiente - gamma ridotta	Eccellente - risponde in maniera eccellente alle caratteristiche richieste	Discreto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica esigua
	B	FILO GUIDA MISURA idonea al mezzo di sintesi di cui sopra					
			16,50	15,00	3,75	5,00	2,00

TOTALE 42,25

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO


Erica Cosio

**LOTTO 39 : VITI DOPPIO FILETTO IN TITANIO PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA**

DITTA : NEWPHARM

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP. IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE E TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
39	A	VITE CANNULATA A DOPPIO FILETTO D 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Eccellente - risponde adeguatamente alle caratteristiche richieste- si requisito preferenziale "non sterile"	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Eccellente - massima completezza della gamma	Eccellente- risponde in maniera eccellente alle caratteristiche richieste	Discreto - documentazione tecnica completa, letteratura scientifica esigua
	B	FILO GUIDA MISURA idonea al mezzo di sintesi di cui sopra					
			30,00	15,00	15,00	5,00	2,00
TOTALE							67,00

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 39 : VITI DOPPIO FILETTO IN TITANIO PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : MYRMEX INNOVATION

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMPONENTO IMPIANTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE E TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
39	A	VITE CANNULATA A DOPPIO FILETTO D 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Eccellente - risponde pienamente alle caratteristiche richieste- si requisito preferenziale "non sterile"	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Eccellente - massima completezza della gamma	Eccellente- risponde in maniera eccellente alle caratteristiche richieste	Discreto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica esigua
	B	FILO GUIDA MISURA idonea al mezzo di sintesi di cui sopra					
			30,00	15,00	15,00	5,00	2,00

TOTALE 67

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

LOTTO 39 : VITI DOPPIO FILETTO IN TITANIO PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : ARTHREX ITALIA


N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP. IMPIANTO / NTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO O MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
39	A	VITE CANNULATA A DOPPIO FILETTO D 2 MM	Eccellente - risponde pienamente alle caratteristiche richieste- si requisito preferenziale "non sterile"	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Distinto - adeguatezza della gamma	Eccellente- risponde in maniera eccellente alle caratteristiche richieste	Sufficiente - documentazione tecnica completa, letteratura scientifica scarsa
		LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.					
	B	FILO GUIDA MISURA idonea al mezzo di sintesi di cui sopra					
			30,00	15,00	10,50	5,00	1,25
TOTALE							61,75

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO







LOTTO 39 : VITI DOPPIO FILETTO IN TITANIO PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : HOFER MEDICAL ITALIA

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP. IMPIANTO / NTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE E TECNICA MAX 5 PUNTI
39	A	VITE CANNULATA A DOPPIO FILETTO D 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Buono - assenza dei requisiti preferenziali	Eccellente - strumentario completo	Sufficiente - gamma ridotta	Eccellente - risponde in maniera eccellente alle caratteristiche richieste	Discreto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica esigua
		FILO GUIDA MISURA idonea al mezzo di sintesi di cui sopra					
	B		16,50	15,00	3,75	5,00	2,00
TOTALE			42,25				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI




DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 39 : VITI DOPPIO FILETTO IN TITANIO PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : LIMACORPORATE

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP. IMPIANTO / TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
39	A	VITE CANNULATA A DOPPIO FILETTO D 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Buono - assenza dei requisiti preferenziali	Eccellente - strumentario completo	Sufficiente - mancanza di diametri vicini a quelli richiesti	Eccellente - risponde in maniera eccellente alle caratteristiche richieste	Discreto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica esigua
		FILO GUIDA MISURA idonea al mezzo di sintesi di cui sopra					
	B		16,50	15,00	3,75	5,00	2,00
TOTALE							42,25

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 39 : VITI DOPPIO FILETTO IN TITANIO PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : JOHNSON & JOHNSON MED

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMPONENTO IMPIANTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
39	A	VITE CANNULATA A DOPPIO FILETTO D 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Ottimo - risponde adeguatamente alle caratteristiche richieste- no requisito preferenziale "non sterile"	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Distinto - adeguatezza della gamma	Eccellente- risponde in maniera eccellente alle caratteristiche richieste	Buono - documentazione tecnica completa, letteratura scientifica varia
	B	FILLO GUIDA MISURA idonea al mezzo di sintesi di cui sopra					
			25,50	15,00	10,50	5,00	2,75
TOTALE							58,75

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO






LOTTO 39 : VITI DOPPIO FILETTO IN TITANIO PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA

DITTA : MIKAI

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMPONENTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE E TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
39	A	VITE CANNULATA A DOPPIO FILETTO D 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Ottimo - risponde adeguatamente alle caratteristiche richieste- no requisito preferenziale "non sterile"	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Distinto - adeguatezza della gamma	Eccellente- risponde in maniera eccellente alle caratteristiche richieste	Buono - documentazione tecnica completa, letteratura scientifica varia
		FILO GUIDA MISURA idonea al mezzo di sintesi di cui sopra					
	B		25,50	15,00	10,50	5,00	2,75
TOTALE							58,75

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO

LOTTO 39 : VITI DOPPIO FILETTO IN TITANIO PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : STRYKER ITALIA

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMPONENTO IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE E TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
39	A	VITE CANNULATA A DOPPIO FILETTO D 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Eccellente - risponde adeguatamente alle caratteristiche richieste- si	Distinto - strumentario funzionale	Distinto - adeguatezza della gamma	Eccellente- risponde in maniera eccellente alle caratteristiche richieste	Eccellente - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica pertinente
	B	FILO GUIDA MISURA idonea al mezzo di sintesi di cui sopra	requisito preferenziale "non sterile"				
			30,00	10,50	10,50	5,00	5,00
TOTALE							61,00

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO




DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 39 : VITI DOPPIO FILETTO IN TITANIO PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : ZIMMER BIOMET

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP. IMPIANTO / NTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. MATERIALE MAX 15 PUNTI VARIETA'	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
39	A	VITE CANNULATA A DOPPIO FILETTO D 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Eccellente - risponde adeguatamente alle caratteristiche richieste- si requisito preferenziale "non sterile"	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Distinto - adeguatezza della gamma	Eccellente- risponde in maniera eccellente alle caratteristiche richieste	Sufficiente - documentazione tecnica completa, letteratura scientifica scarsa
	B	FILO GUIDA MISURA idonea al mezzo di sintesi di cui sopra					
			30,00	15,00	10,50	5,00	1,25
TOTALE							61,75


LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI


DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 39 : VITI DOPPIO FILETTO IN TITANIO PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : INTRAUMA

N. LOTTO	IMPIANTO TIPO		CRITERI VALUTAZIONE				
	REF. COMP. IMPIANTO TIPO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
39	A	VITE CANNULATA A DOPPIO FILETTO D 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Ottimo - risponde in modo ottimale alle caratteristiche richieste - no requisito preferenziale "non sterile"	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Eccellente - massima completezza della gamma	Eccellente - risponde in maniera eccellente alle caratteristiche richieste	Discreto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica esigua
	B	FILO GUIDA MISURA idonea al mezzo di sintesi di cui sopra					
			25,50	12,75	15,00	5,00	2,00
TOTALE			60,25				


LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO






LOTTO 40 : VITI DOPPIO FILETTO RIASSORBIBILI PER CHIRURGIA DEL PIEDE

SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA

DITTA: LIMACORPORATE

CRITERI VALUTAZIONE					
DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAME NTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
VITE CANNULATA A DOPPIO FILETTO D 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Buono -buona rispondenza alle caratteristiche richieste	Distinto - strumentario funzionale	Eccellente - completezza gamma	Eccellente- risponde in maniera eccellente alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
FILO GUIDA MISURA idonea al mezzo di sintesi di cui sopra	16,50	10,50	15,00	5,00	3,50

TOTALE 50,50

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DOTT. SSA ERICA COSIO




LOTTO 41 : ENDORTESI EXTRASENOTARSICA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : BIOTIM

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
41	ENDORTESI DIAMETRO 6,5 MM E LUNGH. 30 MM o misura più vicina a tali dimensioni.	Distinto - risponde a tutti i requisiti essenziali, ma non al requisito preferenziale (non sterile)	Eccellente - strumentario funzionale e completo	Eccellente - gamma misure superiore a quella richiesta	Distinto - propone solo confezione sterile	Sufficiente - documentazione tecnica completa, assenza di letteratura scientifica
		21,00	15,00	15,00	3,50	1,25

TOTALE 55,75

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 41 : ENDORTESI EXTRASENOTARSICA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : ORTHOFIX

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
41	ENDORTESI DIAMETRO 6,5 MM E LUNGH. 30 MM o misura più vicina a tali dimensioni.	Non conforme in quanto la vite non ha la punta autofillettante, né auto perforante, come richiesto dal Capitolato tecnico				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 41 : ENDORTESI EXTRASENOTARSICA
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : LIMACORPORATE

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMEN TO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
41	ENDORTESI DIAMETRO 6,5 MM E LUNGH. 30 MM o misura più vicina a tali dimensioni.	Non conforme in quanto la vite non ha la punta autoperforante, come richiesto dal Capitolato tecnico				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO

Erica Cosio

LOTTO 41 : ENDORTESI EXTRASENOTARSICA
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : CITIEFFE

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
41	ENDORTESI DIAMETRO 6,5 MM E LUNGH. 30 MM o misura più vicina a tali dimensioni.	Non conforme in quanto la vite non ha la punta autoperforante, come richiesto dal Capitolato tecnico				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 42 : ENDORTESI ENDOSENOTARSICA
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : HD HOSPITAL DEVICE

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
42	ENDORTESI D. 10 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Non conforme in quanto la vite non presenta una forma conica come richiesto dal Capitolato				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 42 : ENDORTESI ENDOSENOTARSICA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : BIOTIM

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
42	ENDORTESI D. 10 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Ottimo - il prodotto risponde pienamente alle caratteristiche richieste, - no requisito preferenziale "non sterile"	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Eccellente - Gamma completa	Eccellente -risponde pienamente alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
		25,50	15,00	15,00	5,00	3,50
TOTALE		64,00				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT.SSA ERICA COSIO



LOTTO 42 : ENDORTESI ENDOSENOTARSICA
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : WRIGHT MEDICAL ITALY

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
42	ENDORTESI D. 10 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Eccellente - il prodotto risponde pienamente alle caratteristiche richieste - si requisito preferenziale "non sterile"	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Distinto - Gamma dei prodotti offerti adeguata	Eccellente -risponde pienamente alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
		30,00	15,00	10,50	5,00	3,50
TOTALE		64,00				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 42 : ENDORTESI ENDOSENOTARSICA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : NEWPHARM

		CRITERI VALUTAZIONE				
N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
42	ENDORTESI D. 10 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Ottimo - il prodotto risponde pienamente alle caratteristiche richieste, - no requisito preferenziale "non sterile"	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Distinto - Gamma dei prodotti offerti adeguata	Eccellente -risponde pienamente alle caratteristiche richieste	Sufficiente - Documentazione tecnica completa, letteratura scientifica assente
		30,00	15,00	10,50	5,00	1,25
TOTALE		61,75				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI




DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 42 : ENDORTESI ENDOSENOTARSICA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : ARTHREX

		CRITERI VALUTAZIONE				
N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
42	ENDORTESI D. 10 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Ottimo - il prodotto risponde pienamente alle caratteristiche richieste - no requisito preferenziale "non sterile"	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Distinto - Gamma dei prodotti offerti adeguata	Eccellente -risponde pienamente alle caratteristiche richieste	Sufficiente - Documentazione tecnica completa - letteratura scientifica assente
		25,50	15,00	10,50	5,00	1,25
		TOTALE		57,25		

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI




DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



**LOTTO 42 : ENDORTESI ENDOSENOTARSICA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA**

DITTA : ORTHOFIX

CRITERI VALUTAZIONE					
N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENT O MAX 5 PUNTI
42	ENDORTESI D. 10 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Non conforme in quanto il prodotto non risponde ai requisiti richiesti, trattandosi di vite extrasenotarsica e quindi con le caratteristiche previste per il lotto 41			

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 42 : ENDORTESI ENDOSENOTARSICA
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : BIMAR

N. LOTT O	CRITERI VALUTAZIONE					
	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENT O MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
42	ENDORTESI D. 10 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Non conforme in quanto è stata proposta una vite ad espansione, in difformità rispetto a quanto richiesto nel Capitolato tecnico				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO
Erica Cosio

LOTTO 43 : CAMBRE PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : BIOTIM

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
43	CAMBRA dimensione a scelta.	Buono - il prodotto risponde ai requisiti essenziali richiesti - no requisito preferenziale "non sterile"	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Sufficiente - gamma di prodotti offerti esigua	Eccellente - risponde pienamente alle caratteristiche richieste	Sufficiente - documentazione tecnica completa, letteratura scientifica assente
		16,50	15,00	3,75	5,00	1,25
TOTALE						41,50

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 43 : CAMBRE PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : WRIGHT MEDICAL ITALY

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
43	CAMBRA dimensione a scelta.	Ottimo -ottima rispondenza ai requisiti richiesti - si requisito preferenziale "non sterile"	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Discreto - gamma di prodotti offerti funzionale	Eccellente - risponde pienamente alle caratteristiche richieste	Buono - documentazione tecnica completa, esigua letteratura scientifica
		25,50	15,00	6,00	5,00	2,75
TOTALE		54,25				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO


DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO

LOTTO 43 : CAMBRE PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : LIMACORPORATE

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
43	CAMBRA dimensione a scelta.	Buono - il prodotto risponde ai requisiti essenziali richiesti - no requisito preferenziale "non sterile"	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Ottimo - ampia gamma di prodotti offerti	Eccellente - risponde pienamente alle caratteristiche richieste	Ottimo - documentazione tecnica completa e ampia letteratura scientifica
		16,50	15,00	12,75	5,00	4,25
TOTALE		53,50				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI




DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 43 : CAMBRE PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : JOHNSON & JOHNSON

CRITERI VALUTAZIONE						
N. LOTTO	1. DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
43	CAMBRA dimensione a scelta.	Ottimo - il prodotto risponde pienamente alle caratteristiche richieste - no requisito preferenziale "non sterile"	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Ottimo - Gamma dei prodotti offerti ampia	Eccellente - risponde pienamente alle caratteristiche richieste	Ottimo - documentazione tecnica completa e ampia letteratura scientifica
		25,50	15,00	12,75	5,00	4,25
TOTALE		62,50				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 43 : CAMBRE PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : UNIMEDICAL BIOTECH

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
43	CAMBRA dimensione a scelta.	Non conforme in quanto il prodotto non risponde ai requisiti essenziali richiesti, essendo munito di dispositivo termico a memoria di forma				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 43 : CAMBRE PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : STRYKER ITALIA

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
43	CAMBRA dimensione a scelta.	Ottimo - il prodotto risponde pienamente alle caratteristiche richieste - no requisito preferenziale "non sterile"	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Ottimo - Gamma dei prodotti offerti ampia	Eccellente - risponde pienamente alle caratteristiche richieste	Ottimo - documentazione tecnica completa e ampia letteratura scientifica
		25,50	15,00	12,75	5,00	4,25
TOTALE		62,50				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 43 : CAMBRE PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA

DITTA : CITIEFFE

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
43	CAMBRA dimensione a scelta.	Discreto - il prodotto risponde ai requisiti essenziali richiesti - no requisito preferenziale "non sterile"	Eccellente - strumentario completo e funzionale	Sufficiente - gamma di prodotti offerti esigua	Eccellente - risponde pienamente alle caratteristiche richieste	Sufficiente - documentazione tecnica completa, letteratura scientifica assente
		12,00	15,00	3,75	5,00	1,25
TOTALE		37,00				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 46 : TENORRAFIA PERCUTANEA TENDINE ACHILLEO
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : ARTHREX

CRITERI VALUTAZIONE						
N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
46	AGO Lunghezza 15 cm (o misura più vicina a tale dimensione)*	Non conforme in quanto il prodotto offerto non è dotato dei requisiti essenziali richiesti (filo, ago, sistema di chiusura, arpione)				
	FILLO 0,9 mm di diametro x 36 cm (o misura più vicina a tale dimensione)*					
	SISTEMA DI SERRAGGIO*					
	ARPIONI Larghezza 7 mm (o misura più vicina a tale dimensione)*					


LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI




DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT.SSA ERICA COSIO



LOTTO 46 : TENORRAFIA PERCUTANEA TENDINE ACHILLEO
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : ORTHOFIX

CRITERI VALUTAZIONE						
N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
46	AGO Lunghezza 15 cm (o misura più vicina a tale dimensione)*	Non conforme in quanto il prodotto offerto non è dotato dei requisiti essenziali richiesti (filo, ago, sistema di chiusura, arpione)				
	FILLO 0,9 mm di diametro x 36 cm (o misura più vicina a tale dimensione)*					
	SISTEMA DI SERRAGGIO*					
	ARPIONI Larghezza 7 mm (o misura più vicina a tale dimensione)*					

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 46 : TENORRAFIA PERCUTANEA TENDINE ACHILLEO
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : INTRAUMA

		CRITERI VALUTAZIONE				
N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
46	AGO Lunghezza 15 cm (o misura più vicina a tale dimensione)*	Ottimo - il prodotto risponde ampiamente alle caratteristiche richieste	Ottimo - strumentario non necessario grazie alla semplicità di utilizzo del prodotto	Distinto - tipologia di prodotto esistente in misura unica	Distinto - risponde adeguatamente alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e adeguata letteratura scientifica
	FILLO 0,9 mm di diametro x 36 cm (o misura più vicina a tale dimensione)*					
	SISTEMA DI SERRAGGIO*					
	ARPIONI Larghezza 7 mm (o misura più vicina a tale dimensione)*	25,50	12,75	10,50	3,50	3,50
TOTALE		55,75				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO




DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DOTT.SSA ERICA COSIO




LOTTO 47 : FRESE E VITI PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : BIOTIM

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
47	FRESE LUNGHEZZA 30MM o misura più vicina a tale dimensione, una conica (wedge) e una retta (shannon)	Distinto- risponde alle caratteristiche richieste in maniera adeguata	Distinto - strumentario funzionale	Distinto - ampiezza della gamma adeguata	Eccellente- risponde in maniera eccellente alle caratteristiche richieste	Sufficiente - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica mancante
	VITI PER MINI-INVASIVA, LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione					
	BISTURI DEDICATO					
		21,00	10,50	10,50	5,00	1,25

TOTALE	48,25
--------	-------

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO

Biotim

LOTTO 47 : FRESE E VITI PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : WRIGHT MEDICAL ITALY

		CRITERI VALUTAZIONE				
N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
47	FRESE LUNGHEZZA 30MM o misura più vicina a tale dimensione, una conica (wedge) e una retta (shannon)	Distinto- risponde alle caratteristiche richieste in maniera adeguata	Distinto - strumentario funzionale	Distinto - ampiezza della gamma adeguata	Eccellente- risponde in maniera eccellente alle caratteristiche richieste	Sufficiente - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica mancante
	VITI PER MINI-INVASIVA, LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione					
	BISTURI DEDICATO					
		21,00	10,50	10,50	5,00	1,25
TOTALE						48,25

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE


DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 47 : FRESE E VITI PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : NEWPHARM

		CRITERI VALUTAZIONE				
N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
47	FRESE LUNGHEZZA 30MM o misura più vicina a tale dimensione, una conica (wedge) e una retta (shannon)	Distinto- risponde alle caratteristiche richieste in maniera adeguata	Distinto - strumentario funzionale	Distinto - ampiezza della gamma adeguata	Eccellente- risponde in maniera eccellente alle caratteristiche richieste	Sufficiente - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica mancante
	VITI PER MINI-INVASIVA, LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione					
	BISTURI DEDICATO					
		21,00	10,50	10,50	5,00	1,25
TOTALE						48,25

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 47 : FRESE E VITI PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : ARTHREX ITALIA

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
47	FRESE LUNGHEZZA 30MM o misura più vicina a tale dimensione, una conica (wedge) e una retta (shannon)	Non conforme in quanto lo strumentario non comprende il micromotore, come richiesto nel Capitolato tecnico tra i requisiti essenziali				
	VITI PER MINI-INVASIVA, LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione					
	BISTURI DEDICATO					

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI




DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 47 : FRESE E VITI PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : ORTHOFIX

		CRITERI VALUTAZIONE				
N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
47	FRESE LUNGHEZZA 30MM o misura più vicina a tale dimensione, una conica (wedge) e una retta (shannon)	Ottimo- risponde in modo ottimale alle caratteristiche richieste	Distinto - strumentario funzionale	Ottimo - vasta ampiezza della gamma	Eccellente- risponde in maniera eccellente alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
	VITI PER MINI-INVASIVA, LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione					
	BISTURI DEDICATO					
		25,50	10,50	12,75	5,00	3,50
TOTALE		57,25				

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



LOTTO 47 : FRESE E VITI PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEMA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : LIMACORPORATE

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
47	FRESE LUNGHEZZA 30MM o misura più vicina a tale dimensione, una conica (wedge) e una retta (shannon)	Non conforme in quanto lo strumentario non comprende il micromotore, come richiesto nel Capitolato tecnico tra i requisiti essenziali				
	VITI PER MINI-INVASIVA, LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione					
	BISTURI DEDICATO					

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI



DOTT. ANTONIO EGIDIO



DOTT. VICTOR ROSSO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO

Erica Cosio

LOTTO 47 : FRESE E VITI PER CHIRURGIA DEL PIEDE
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA
DITTA : INTRAUMA

N. LOTTO	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO / UTILIZZO TIPO	CRITERI VALUTAZIONE				
		1. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE MAX 30 PUNTI	2. COMPLETEZZA E FUNZIONALITA' STRUMENTARIO MAX 15 PUNTI	3. VARIETA' MATERIALE MAX 15 PUNTI	4. CONFEZIONAMENTO MAX 5 PUNTI	5. DOCUMENTAZIONE TECNICA MAX 5 PUNTI
47	FRESE LUNGHEZZA 30MM o misura più vicina a tale dimensione, una conica (wedge) e una retta (shannon)	Ottimo- risponde in modo ottimale alle caratteristiche richieste	Distinto - strumentario funzionale	Eccellente - massima completezza della gamma	Eccellente- risponde in maniera eccellente alle caratteristiche richieste	Distinto - documentazione tecnica completa e letteratura scientifica adeguata
	VITI PER MINI-INVASIVA, LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione					
	BISTURI DEDICATO					
		25,50	10,50	15,00	5,00	3,50

TOTALE	59,50
--------	-------

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 DOTT. ALESSANDRO BARDELLI

DOTT. ANTONIO EGIDIO

DOTT. VICTOR ROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 DOTT. SSA ERICA COSIO



