

Gara d'appalto a Procedura Aperta ai sensi del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di MATERIALE IMPIANTABILE PER OSTEOSINTESI DEGLI ARTI, TENOSINTESI DEL TENDINE DI ACHILLE, DISPOSITIVI PER CHIRURGIA VERTEBRALE E RELATIVO STRUMENTARIO ACCESSORIO occorrente alle aziende sanitarie: Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano; Azienda Sanitaria Locale CN2 di Alba e Bra; Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento N. 4.

VERBALE N. 6

Seduta riservata della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche

L'anno 2019, nel giorno 30 del mese di Ottobre, alle ore 9.00 presso la S.C.I Acquisti Beni e Servizi, dell'ASL CN1, in Boggio 12, 12100 Cuneo, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 729 del 17/04/2019 per la procedura di gara indetta con determinazione n. 1644 del 16/10/2018;

Si dà atto che sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice:

- Dott. Alessandro Bardelli, Dirigente Medico I livello Ortopedia e Traumatologia – ospedale S.S. Annunziata di Savigliano (CN);
- Dott. Victor Rosso, Direttore S.O.C. Ortopedia e Traumatologia – ospedale san Lazzaro di Bra (CN);
- Dott. Antonio Carmine Egidio, Dirigente Medico I livello Ortopedia e Traumatologia – ospedale S. Croce e Carle di Cuneo.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa Erica Cosio - S.S. Bandi di gara e contratti ASL CN1.

Richiamati i verbali n. 4 del 29 maggio 2019 e n. 5 del 23 ottobre 2019, si dà atto che, con note del 23/10/2019, il RUP ha provveduto alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera b), del d.lgs. 50/2016, indicando altresì le motivazioni poste a fondamento delle esclusioni risultanti dal Verbale n. 5 del 23 ottobre 2019, agli atti.

Con nota prot. 127232 del 25/10/2019, agli atti, la ditta Zimmer Biomet Italia Srl, nel contestare le motivazioni poste a fondamento dell'esclusione dell'offerta dalla medesima presentata per il lotto n. 5, ha chiesto la rivalutazione della medesima sulla base delle motivazioni adottate nella citata nota.

Alla luce di quanto sopra, in data 28.10.2019, è stata riconvocata la Commissione Giudicatrice per le valutazioni e le conseguenti determinazioni di competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Commissione Giudicatrice, nella predetta composizione, constatata la regolarità della propria costituzione e la presenza di tutti i suoi componenti e prende atto:

- di quanto verbalizzato nella precedente seduta, di cui al Verbale n. 5 del 23/10/2019, depositato agli atti;
- della nota prot. 127232 del 25/10/2019 della ditta Zimmer Biomet Italia Srl, depositata agli atti;

La Commissione Giudicatrice procede, quindi, ad esaminare i rilievi formulati dalla ditta Zimmer Biomet Italia Srl in merito alla non conformità dei prodotti offerti dalla medesima ditta nel lotto 5.

La Commissione prende atto che l'offerta in esame è stata giudicata non conforme al Capitolato Speciale per la seguente motivazione: "assenza di un elemento essenziale del sub lotto A: placche e viti per metacarpali/metatarsali - falangi a stabilità angolare con diametro da circa 1,0 mm a circa 2,7 mm (punto c)";

In merito a tale motivazione di esclusione, con la nota sopra citata, la ditta Zimmer Biomet Italia Srl ha rappresentato quanto segue:

"[...] come indicato nella lex specialis di gara da Voi riportata, la richiesta per lo specifico punto c, era infatti relativa alla disponibilità di "...falangi a stabilità angolare con diametro da circa 1,0 mm a circa 2,7 mm", senza perciò imporre un vincolo rispetto al numero e/o alle misure del diametro delle falangi a stabilità angolare, purchè compresi nei valori da indicati.

In tal senso l'offerta tecnica presentata dalla scrivente, risulta conforme alla prescrizione della lex specialis di gara, come riscontrabile nella documentazione tecnica presentata, alla quale si rimanda integralmente con specifico riferimento all'allegato "LOTTO 5_A1_SP" – SCHEDA A1 – SP Scheda senza prezzi di DETTAGLIO di TUTTI I PRODOTTI", ove risultano presenti tutti i prodotti richiesti ed in particolare le placche uls mini da 2,7 mm e le rispettive viti con vari diametri, ricompresi nell'arco di misure richiesto (da circa 1,0 mm a circa 2,7 mm).

Si segnala inoltre che, per mero errore materiale, nell'elenco prodotti presentato non risultano specificati ulteriori diametri delle viti (da 1,50 e 2,00 mm), ricompresi nelle caratteristiche di cui al punto c del Lotto 5, viceversa riscontrabili nei documenti "relazione tecnica zps mini – small – basic" e nella "Brochure ZPS", presentati in sede di gara.

Si richiede pertanto a codesto Spett.le Ente, di voler riammettere la scrivente Zimmer Biomet Italia srl al prosieguo della relativamente al Lotto n. 5 [...]"

La Commissione Giudicatrice, preso atto di quanto rappresentato dalla ditta Zimmer Biomet Italia Srl, esprime al riguardo quanto segue:

la verifica dei prodotti, delle schede tecniche e della ulteriore documentazione tecnica, alla luce delle considerazioni svolte dalla ditta Zimmer Biomet Italia srl, e la rilettura del Capitolato Speciale evidenziano che, pur non essendo suscettibili di valutazione i prodotti non specificatamente indicati nella scheda di dettaglio A1-SP, ostandovi il principio di immodificabilità dell'offerta tecnica, l'offerta in esame risulta comunque rispondente ai requisiti richiesti dal Capitolato Speciale per il lotto 5, sub-lotto A), punto c), in quanto ricomprende una vite di diametro 2,7 che rientra nel range previsto dal Capitolato Speciale.

Si provvede pertanto a riformulare la valutazione, come segue:

OFFERTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL – LOTTO 5	PUNTI MAX	PUNTI ASSEGNATI
Caratteristiche tecniche e meccaniche dei prodotti: presenza di caratteristiche indicate come preferibili e completezza del lotto, disegno dell'impianto, bassa invasività sui tessuti molli, versatilità dell'impianto con tecniche standard e/o mininvasive	30,00	25,50
Completezza e funzionalità dello strumentario: praticità, precisione, ergonomia, ridotto ingombro e semplicità d'uso dello strumentario, efficacia e semplificazione delle tecniche operatorie	15,00	15,00
Varietà del materiale: gamma delle misure e delle forme (oltre eventuale range richiesto)	15,00	6,00
Confezionamento: rispondenza alle caratteristiche richieste dal capitolato, con semplicità di apertura, garanzia di sterilità e riconoscibilità del prodotto	5,00	5,00
Documentazione Tecnica: completezza della documentazione tecnica ed evidenze scientifiche	5,00	5,00
TOTALE	70,00	56,50

Si riporta di seguito la sintesi aggiornata dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione Giudicatrice per le offerte del lotto n. 5:

5	DITTE	CARATT. TECNICHE	STRUMENTARIO	VARIETA' MATERIALE	CONFEZ.	DOC. TECNICA	TOTALE
	Smith & Nephew	25,50	15,00	12,75	5,00	5,00	63,25
	Johnson & Johnson	30,00	15,00	15,00	5,00	5,00	70,00
	Zimmer Biomet	25,50	15,00	6,00	5,00	5,00	56,50

Il presente verbale viene affidato al Segretario per le operazioni di competenza e tenuto agli atti di questa struttura.

Alle ore 12,30, la seduta viene sciolta. Delle operazioni si dà atto nel presente verbale che viene firmato dai componenti della Commissione Giudicatrice.

Cuneo, 30 ottobre 2019

Letto, confermato, sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice:

Dott. Alessandro Bardelli f.to in originale

Dott. Antonio Carmine Egidio f.to in originale

Dott. Victor Rosso f.to in originale

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Erica Cosio f.to in originale