

S.C. Interaziendale Acquisti Beni e Servizi

Responsabile f.f.: Dott. Claudio CALVANO

Telefono: 0171/450254 – 450251

Fax: 0171/1865271

E-mail: acquisti@aslcn1.it

Prot. 77105

Cuneo, 27/06/2019

CHIARIMENTI

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO CHIAVI IN MANO DI NR . 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA TOTAL BODY DA 1,5 TESLA DA DESTINARE ALLA S.C. RADIOLOGIA DEL P.O DI MONDOVI' COMPRENSIVO DI LAVORI PER ADEGUAMENTO LOCALI. GARA n. 7409997 CIG n. 7878544C2C

SI AVVISA CHE IN DATA 07/06/2019 E' STATO PUBBLICATO SULLA PIATTAFORMA SINTEL (DOCUMENTAZIONE DI GARA) E SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN CORRISPONDENZA DELLA GARA IN OGGETTO L'ALLEGATO L "TABELLA PUNTEGGI" RETTIFICATO.

DOMANDA 1 :

In riferimento all'allegato "A_1_Consolle refertazione" sezione "BOM monitor", si chiede di confermare che per ciascuna workstation configurata con monitor EIZO sia necessaria un'unica scheda video modello nVidia Quadro P400 in grado di pilotare i due monitor medicali EIZO RX360 e il monitor editoriale HP o Dell, e non due come indicato nell'allegato stesso.

RISPOSTA 1:

Si conferma che per ciascuna workstation dovranno essere installate n.2 schede video modello nVidia Quadro P400.

DOMANDA 2 :

Con riferimento a quanto indicato alle lettere f) e g) del Capitolo II) Caratteristiche del Tomografo a Risonanza Magnetica, chiediamo di confermare che il sistema operativo minimo Windows v 8.1 non sia un requisito di minima, pena esclusione. Chiediamo inoltre che siano consentiti anche sistemi operativi precedenti.

RISPOSTA 2:

Si conferma quanto richiesto nel "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale"; per la consolle di acquisizione /comando (capitolo II - punto f) e per la consolle di post-elaborazione (capitolo II - punto g), il sistema operativo se Windows deve essere almeno v. 8.1 o superiore.

DOMANDA 3 :

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede conferma che quanto richiesto al punto "(h) Consolle di refertazione" debba essere inteso come esclusivamente hardware composto da workstation e monitor, e che pertanto tali postazioni non debbano avere alcuna dotazione software clinica richiesta invece per la "(g) Consolle di post-elaborazione" .

RISPOSTA 3 :

Si conferma quanto indicato nel "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale"; le consolle di refertazione (capitolo II - punto h) devono essere fornite prive di software medico di refertazione, la consolle di post-elaborazione (capitolo II - punto g) deve essere dotata di proprio processore indipendente completo.

DOMANDA 4 :

Il Disciplinare di Gara, relativamente all'offerta tecnica al punto 10.7, richiede una "Relazione di Prestazione Energetica: valutazione dei sistemi proposti per il controllo e monitoraggio dei consumi. Valutazione del consumo medio annuo del sito. In merito a tale punto, al fine di produrre una stima circa il consumo energetico annuo della sala RM e dei relativi locali annessi, si richiede di indicare le condizioni al contorno per il calcolo. Più precisamente occorre indicare:

- Ore, giorni, mesi di funzionamento della sala RM
- Frequenza degli esami nell'arco della giornata
- Durata media dell'esame.
- Temperatura esterna minima (inverno) massima (estate) da considerare nei calcoli

Tali dati sono essenziali al fine di avere una base omogenea ed uniforme per confrontare in maniera oggettiva tutte le offerte tecniche.

RISPOSTA 4 :

Onde poter correttamente confrontare le relazioni di prestazione energetica, si impongono le seguenti condizioni al contorno:

- Ore di funzionamento giornaliere: 12 ore dal lun al ven. Sab 5 ore
- Giorni di funzionamento su base settimanale: 5 gg
- Mesi di funzionamento su base annua: 12 mesi
- Numero di esami su base giornaliera: 1 esame ogni 30 minuti
- Durata media effettiva dell'esame: 26 minuti
- Temperatura esterna minima (invernale): -10°C
- Temperatura esterna massima (estiva): 35°C

DOMANDA 5 :

Il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, all'articolo 3.03 Specifiche tecniche dei componenti edilizi, richiede rispetto alla verifica dei criteri ambientali minimi in merito alla disassemblabilità. Il progettista dovrà fornire l'elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio. Il peso totale dell'edificio, per essere un dato oggettivo, deve essere fornito dalla stazione appaltante in quanto impossibile da valutare in questa sede, non disponendo dei dati necessari. Si richiede a tale proposito se si possa considerare il dato sostanzialmente soddisfatto, in quanto trattasi di intervento puntuale di completamento di locali esistenti attualmente "al grezzo".

RISPOSTA 5 :

Per quanto riguarda l'articolo 3.03 lettera b) "Disassemblabilità", il testo del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale E' SOSTITUITO come di seguito indicato:

(b) Disassemblabilità

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, dovrà essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% dovrà essere costituito da materiali non strutturali.

Verifica: il progettista dovrà fornire l'elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati.

Si comunica inoltre che i termini per la presentazione delle offerte SONO POSTICIPATI ALLA DATA DEL :

ORE 16:00 DEL 31/07/2019

La procedura sarà pertanto dichiarata aperta il giorno 02/08/2019 dalle ore 10:00

IL RUP
(firmato in originale)