

**LOTTO N. 11 – LENTI DA MICROINCISIONE IDROFILE**  
**SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA DITTA - OPTIKA SRL**

<b>REQUISITI ESSENZIALI</b>	a. Lente intraoculare;
	b. pieghevole;
	c. monopezzo;
	d. idrofila;
	e. asferica;
	f. da microincisione;
	g. iniettabile;
	h. filtro UV;
	i. diottrie: range minimo da + 0 a + 30 D.;
<b>REQUISITI PREFERENZIALI</b>	a. quattro punti appoggio capsulare.

<b>GIUDIZI</b>	<b>COEFFICIENTI</b>
Ottimo	1
Distinto	0,75
Buono	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>GIUDIZIO</b>	<b>P.TI DISCREZIONA LI</b>	<b>P.TI TABELLARI</b>
Grado di rifinitura della iol, composizione del materiale e resistenza ai microtraumi di manipolazione e iniezione, ergonomia dei punti di appoggio	Ottimo, ottime caratteristiche con riferimento a tutti i criteri previsti	20,00	-
Centratura e stabilità nel sacco capsulare e caratteristiche idonee alla prevenzione della cataratta secondaria	Ottimo, ottime caratteristiche con riferimento a tutti i criteri previsti	10,00	-
Rapidità e regolarità di apertura della iol nel sacco capsulare	Ottimo, ottime caratteristiche con riferimento a tutti i criteri previsti	10,00	-
Facilità di ingaggio della lente nel passaggio (iniettore/cartridge)	Distinto, meccanismo di iniezione indaginoso	7,50	-
Range di poteri diottrici disponibili	Ottimo, range ampio e con elevata possibilità di precisione nel range refrattivo	10,00	-
Quattro punti appoggio capsulare	Requisito preferenziale non presente	-	0,00
Completezza documentazione scientifica	Insufficiente, documentazione scientifica assente	0,00	-

**TOTALE 57,50**

La commissione giudicatrice:

- Dott.ssa Sonia Tosi (f.to in originale)
- Dott. Raffaele Corsi (f.to in originale)
- Dott.ssa Emanuela Colesanti (f.to in originale)

Segretario verbalizzante  
Dott.ssa Erica Cosio  
(f.to in originale)