

LOTTO N. 8 - LENTI TORICHE
SCHEMA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA ESAVIS SRL

| | |
|--------------------------------|---|
| REQUISITI ESSENZIALI | a. lente intraoculare; |
| | b. pieghevole; |
| | c. monopezzo, monomateriale; |
| | d. acrilica; |
| | e. idrofoba e/o idrofila; |
| | f. da microincisione; |
| | g. iniettabile; |
| | h. taglio minimo 2.2/2.4; |
| | i. toriche; |
| | j. per la correzione dell'astigmatismo; |
| | k. diottrie: range minimo sfera da 0 a + 30 D., range minimo cilindro da + 1 a + 8 D. |
| REQUISITI PREFERENZIALI | nessuno |

| GIUDIZI | COEFFICIENTI |
|----------------|---------------------|
| Ottimo | 1 |
| Distinto | 0,75 |
| Buono | 0,5 |
| Sufficiente | 0,25 |
| Insufficiente | 0 |

| CRITERI DI VALUTAZIONE | GIUDIZIO | PUNTEGGIO |
|---|--|------------------|
| Caratteristiche tecniche e morfologiche della lente | Buono, diametro di incisione nei limiti dei requisiti essenziali richiesti | 12,50 |
| Caratteristiche ottiche | Ottimo, possibilità di correzione anche di range diottrici negativi | 25,00 |
| Range di poteri diottrici disponibili | Ottimo, range ampio e con elevata possibilità di precisione nel range refrattivo | 10,00 |
| Completezza documentazione scientifica | Insufficiente, documentazione scientifica assente | 0,00 |

TOTALE 47,50

La commissione giudicatrice:

- Dott.ssa Sonia Tosi (f.to in originale)
- Dott. Raffaele Corsi (f.to in originale)
- Dott.ssa Emanuela Colesanti (f.to in originale)

Segretario verbalizzante
Dott.ssa Erica Cosio
(f.to in originale)