

LOTTO N. 12 LENTI DA ROTTURA CAPSULARE
SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA ALCON ITALIA SPA

REQUISITI ESSENZIALI	a. lente intraoculare;
	b. 3 pezzi;
	c. acrilica;
	d. idrofoba, contenuto d'acqua inferiore all'1%;
	e. da microincisione;
	f. iniettabile;
	g. taglio da 2.2 a 3 mm;
	h. idonee all'impianto nel sacco/solco;
	i. filtro UV;
	j. diottrie: range minimo da -5 a + 30 D.;
	k. no precaricata.
REQUISITI PREFERENZIALI	nessuno

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Distinto	0,75
Buono	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Grado di rifinitura della iol, composizione del materiale e resistenza ai microtraumi di manipolazione e iniezione, ergonomia dei punti di appoggio	Esclusione per mancato invio dei chiarimenti richiesti richiesti con nota prot. 5427 P del 16/01/2020 trasmessa a mezzo PEC, in merito alla percentuale d'acqua	
Centratura e stabilità nel sacco capsulare e caratteristiche idonee alla prevenzione della cataratta secondaria		
Rapidità e regolarità di apertura della iol nel sacco capsulare		
Facilità di ingaggio della lente nel passaggio (iniettore/cartridge)		
Range di poteri diottrici disponibili		
Completezza documentazione scientifica		

La commissione giudicatrice:

- Dott.ssa Sonia Tosi (f.to in originale)
- Dott. Raffaele Corsi (f.to in originale)
- Dott.ssa Emanuela Colesanti (f.to in originale)

Segretario verbalizzante
Dott.ssa Erica Cosio
(f.to in originale)