

LOTTO N.7– LENTI MULTIFOCALI
SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA ALCON ITALIA SPA

REQUISITI ESSENZIALI	a. lente intraoculare;
	b. pieghevole;
	c. monopezzo, monomateriale;
	d. acrilica;
	e. idrofoba, contenuto d'acqua inferiore all'1%;
	f. da microincisione;
	g. iniettabile;
	h. taglio minimo 2.2/2.4;
	i. per la correzione della presbiopia;
	j. multifocali/trifocali o edof (extended depth of focus);
	k. diottrie: range minimo da + 10 a + 25 D. per il valore base.
REQUISITI PREFERENZIALI	nessuno

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Distinto	0,75
Buono	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche e morfologiche della lente	Ottimo, ottime caratteristiche con riferimento a tutti i criteri previsti	25,00
Caratteristiche ottiche	Ottimo, piena aderenza ai requisiti richiesti e specificazione dettagliata delle caratteristiche per la visione da vicino e all'intermedio	25,00
Range di poteri diottrici disponibili	Ottimo, range ampio e con elevata possibilità di precisione nel range refrattivo	10,00
Completezza documentazione scientifica	Ottimo, documentazione scientifica esaustiva e recente	10,00

TOTALE 70,00

La commissione giudicatrice:

- Dott.ssa Sonia Tosi (f.to in originale)
- Dott. Raffaele Corsi (f.to in originale)
- Dott.ssa Emanuela Colesanti (f.to in originale)

Segretario verbalizzante
Dott.ssa Erica Cosio
(f.to in originale)