

**LOTTO N. 8 - LENTI TORICHE**  
**SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA CARL ZEISS SPA**

<b>REQUISITI ESSENZIALI</b>	a. lente intraoculare;
	b. pieghevole;
	c. monopezzo, monomateriale;
	d. acrilica;
	e. idrofoba e/o idrofila;
	f. da microincisione;
	g. iniettabile;
	h. taglio minimo 2.2/2.4;
	i. toriche;
	j. per la correzione dell'astigmatismo;
	k. diottrie: range minimo sfera da 0 a + 30 D., range minimo cilindro da + 1 a + 8 D.
<b>REQUISITI PREFERENZIALI</b>	nessuno

<b>GIUDIZI</b>	<b>COEFFICIENTI</b>
Ottimo	1
Distinto	0,75
Buono	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Caratteristiche tecniche e morfologiche della lente	Ottimo, possibilità di effettuare incisioni al di sotto del taglio minimo richiesto e <i>no volting</i>	25,00
Caratteristiche ottiche	Ottimo, possibilità di correzione anche di range diottrici negativi	25,00
Range di poteri diottrici disponibili	Ottimo, range ampio e con elevata possibilità di precisione nel range refrattivo	10,00
Completezza documentazione scientifica	Insufficiente, documentazione scientifica assente	0,00

**TOTALE                      60,00**

La commissione giudicatrice:

- Dott.ssa Sonia Tosi (f.to in originale)
- Dott. Raffaele Corsi (f.to in originale)
- Dott.ssa Emanuela Colesanti (f.to in originale)

Segretario verbalizzante  
Dott.ssa Erica Cosio  
(f.to in originale)