

LOTTO N. 2 LENTI ASFERICHE IDROFOBE EPARINATE PRECARICATE
SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA CARL ZEISS SPA

REQUISITI ESSENZIALI	a. lente intraoculare;
	b. pieghevole;
	c. monopezzo;
	d. acrilica;
	e. idrofoba con superficie eparinata, contenuto d'acqua non superiore al 0,3 %;
	f. asferica;
	g. iniettabile;
	h. taglio minimo 2.2/2.4;
	i. filtro UV;
	j. diottrie: range minimo da + 4 a + 34 D.;
	k. precaricata.
REQUISITI PREFERENZIALI	nessuno

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Distinto	0,75
Buono	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Grado di rifinitura della iol, composizione del materiale e resistenza ai microtraumi di manipolazione e iniezione, ergonomia dei punti di appoggio	Buono, buona rispondenza ai requisiti richiesti	10,00
Centratura e stabilità nel sacco capsulare e caratteristiche idonee alla prevenzione della cataratta secondaria	Ottimo, ottime caratteristiche con riferimento a tutti i criteri previsti	10,00
Rapidità e regolarità di apertura della iol nel sacco capsulare	Ottimo, ottime caratteristiche con riferimento a tutti i criteri previsti	10,00
Facilità di ingaggio della lente nel passaggio (iniettore/cartridge)	Buono, scorrevolezza limitata a causa delle dimensioni della lente	5,00
Range di poteri diottrici disponibili	Distinto, adeguata ampiezza della gamma offerta	7,50
Completezza documentazione scientifica	Sufficiente, documentazione scientifica generica	2,50

TOTALE 45,00

La commissione giudicatrice:

- Dott.ssa Sonia Tosi (f.to in originale)
- Dott. Raffaele Corsi (f.to in originale)
- Dott.ssa Emanuela Colesanti (f.to in originale)

Segretario verbalizzante
Dott.ssa Erica Cosio
(f.to in originale)