

LOTTO N. 8 - LENTI TORICHE
SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA EMMECI 4 SRL

REQUISITI ESSENZIALI	a. lente intraoculare;
	b. pieghevole;
	c. monopezzo, monomateriale;
	d. acrilica;
	e. idrofoba e/o idrofila;
	f. da microincisione;
	g. iniettabile;
	h. taglio minimo 2.2/2.4;
	i. toriche;
	j. per la correzione dell'astigmatismo;
	k. diottrie: range minimo sfera da 0 a + 30 D., range minimo cilindro da + 1 a + 8 D.
REQUISITI PREFERENZIALI	nessuno

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Distinto	0,75
Buono	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche e morfologiche della lente	Distinto, adeguate caratteristiche tecniche e morfologiche, si <i>volting</i>	18,75
Caratteristiche ottiche	Ottimo, possibilità di correzione anche di range diottrici negativi	25,00
Range di poteri diottrici disponibili	Distinto, adeguata ampiezza della gamma offerta	7,50
Completezza documentazione scientifica	Ottimo, documentazione scientifica esaustiva e recente	10,00

TOTALE 61,25

La commissione giudicatrice:

- Dott.ssa Sonia Tosi (f.to in originale)
- Dott. Raffaele Corsi (f.to in originale)
- Dott.ssa Emanuela Colesanti (f.to in originale)

Segretario verbalizzante
Dott.ssa Erica Cosio
(f.to in originale)