

LOTTO N. 1 LENTI ASFERICHE BIANCHE IDROFOBE PRECARICATE
SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA CARL ZEISS SPA

REQUISITI ESSENZIALI	a. Lente intraoculare;
	b. pieghevole;
	c. monopezzo;
	d. acrilica;
	e. idrofoba contenuto d'acqua inferiore all'1%;
	f. asferica, preferibilmente anteriore;
	g. da microincisione anse disallineate dal piano dell'ottica;
	h. iniettabile;
	i. taglio minimo 2.2/2.4;
	j. filtro UV;
	k. no cromoforo giallo;
	l. diottrie: range minimo da +6 a +30 D.;
	m. precaricata.
REQUISITI PREFERENZIALI	nessuno

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Distinto	0,75
Buono	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Grado di rifinitura della iol, composizione del materiale e resistenza ai microtraumi di manipolazione e iniezione, ergonomia dei punti di appoggio	Offerta non conforme in quanto risponde alle caratteristiche specifiche richieste per il lotto 2 (lente idrofoba con superficie eparinata)	
Centratura e stabilità nel sacco capsulare e caratteristiche idonee alla prevenzione della cataratta secondaria		
Rapidità e regolarità di apertura della iol nel sacco capsulare		
Facilità di ingaggio della lente nel passaggio (iniettore/cartridge)		
Range di poteri diottrici disponibili		
Completezza documentazione scientifica		

La commissione giudicatrice:

- Dott.ssa Sonia Tosi (f.to in originale)
- Dott. Raffaele Corsi (f.to in originale)
- Dott.ssa Emanuela Colesanti (f.to in originale)

Segretario verbalizzante
Dott.ssa Erica Cosio
(f.to in originale)