

**LOTTO N. 8 - LENTI TORICHE**  
**SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA OPTIKA SRL**

<b>REQUISITI ESSENZIALI</b>	a. lente intraoculare;
	b. pieghevole;
	c. monopezzo, monomateriale;
	d. acrilica;
	e. idrofoba e/o idrofila;
	f. da microincisione;
	g. iniettabile;
	h. taglio minimo 2.2/2.4;
	i. toriche;
	j. per la correzione dell'astigmatismo;
	k. diottrie: range minimo sfera da 0 a + 30 D., range minimo cilindro da + 1 a + 8 D.
<b>REQUISITI PREFERENZIALI</b>	nessuno

<b>GIUDIZI</b>	<b>COEFFICIENTI</b>
Ottimo	1
Distinto	0,75
Buono	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Caratteristiche tecniche e morfologiche della lente	Distinto, adeguate caratteristiche tecniche e morfologiche, si <i>volting</i>	18,75
Caratteristiche ottiche	Ottimo, possibilità di correzione anche di range diottrici negativi	25,00
Range di poteri diottrici disponibili	Sufficiente, parte della gamma offerta è disponibile solo su specifica ordinazione	2,50
Completezza documentazione scientifica	Insufficiente, documentazione scientifica assente	0,00

**TOTALE                    46,25**

La commissione giudicatrice:

- Dott.ssa Sonia Tosi (f.to in originale)
- Dott. Raffaele Corsi (f.to in originale)
- Dott.ssa Emanuela Colesanti (f.to in originale)

Segretario verbalizzante  
Dott.ssa Erica Cosio  
(f.to in originale)