

LOTTO N. 4 LENTI 3 PEZZI GIALLE
SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA EMMECI 4 SRL

REQUISITI ESSENZIALI	a. Lente intraoculare;
	b. pieghevole;
	c. 3 pezzi;
	d. acrilica;
	e. idrofoba contenuto d'acqua inferiore all'1%;
	f. asferica;
	g. da microincisione;
	h. iniettabile;
	i. taglio minimo 2.4/2.5;
	j. filtro UV;
	k. con cromoforo giallo;
	l. diottrie: range minimo da + 6 a + 30 D.
REQUISITI PREFERENZIALI	nessuno

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Distinto	0,75
Buono	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Grado di rifinitura della iol, composizione del materiale e resistenza ai microtraumi di manipolazione e iniezione, ergonomia dei punti di appoggio	Ottimo, ottime caratteristiche con riferimento a tutti i criteri previsti	20,00
Centratura e stabilità nel sacco capsulare e caratteristiche idonee alla prevenzione della cataratta secondaria	Ottimo, ottime caratteristiche con riferimento a tutti i criteri previsti	10,00
Rapidità e regolarità di apertura della iol nel sacco capsulare	Ottimo, ottime caratteristiche con riferimento a tutti i criteri previsti	10,00
Facilità di ingaggio della lente nel passaggio (iniettore/cartridge)	Ottimo, ottime caratteristiche con riferimento a tutti i criteri previsti	10,00
Range di poteri diottrici disponibili	Distinto, adeguata ampiezza della gamma offerta	7,50
Completezza documentazione scientifica	Sufficiente, documentazione scientifica generica	2,50

TOTALE 60,00

La commissione giudicatrice:

- Dott.ssa Sonia Tosi (f.to in originale)
- Dott. Raffaele Corsi (f.to in originale)
- Dott.ssa Emanuela Colesanti (f.to in originale)

Segretario verbalizzante
Dott.ssa Erica Cosio
(f.to in originale)