

LOTTO N. 13 LENTI CON ESTENSIONE VISIVA ALL'INTERMEDIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA CARL ZEISS SPA

REQUISITI ESSENZIALI	a. lente intraoculare;
	b. acrilica idrofoba;
	c. da microincisione;
	d. iniettabile;
	e. lunghezza circa 13 mm, piatto ottico circa 6 mm;
	f. filtro UV;
	g. diottrie: range minimo da +6 a + 30D.;
	h. bordo posteriore per la prevenzione della cataratta
	i. con ottica idonea alla correzione della distanza intermedia.
REQUISITI PREFERENZIALI	nessuno

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Distinto	0,75
Buono	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Grado di rifinitura della iol, composizione del materiale e resistenza ai microtraumi di manipolazione e iniezione, ergonomia dei punti di appoggio	Offerta non conforme in quanto lente monofocale, priva del requisito essenziale dell'ottica idonea alla correzione della distanza intermedia	
Centratura e stabilità nel sacco capsulare e caratteristiche idonee alla prevenzione della cataratta secondaria		
Rapidità e regolarità di apertura della iol nel sacco capsulare		
Facilità di ingaggio della lente nel passaggio (iniettore/cartridge)		
Range di poteri diottrici disponibili		
Completezza documentazione scientifica		

La commissione giudicatrice:

- Dott.ssa Sonia Tosi (f.to in originale)
- Dott. Raffaele Corsi (f.to in originale)
- Dott.ssa Emanuela Colesanti (f.to in originale)

Segretario verbalizzante
Dott.ssa Erica Cosio
(f.to in originale)