

**LOTTO N. 1 LENTI ASFERICHE BIANCHE IDROFOBE PRECARICATE**  
**SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA EMMECI 4 SRL**

<b>REQUISITI ESSENZIALI</b>	a. Lente intraoculare;
	b. pieghevole;
	c. monopezzo;
	d. acrilica;
	e. idrofoba contenuto d'acqua inferiore all'1%;
	f. asferica, preferibilmente anteriore;
	g. da microincisione anse disallineate dal piano dell'ottica;
	h. iniettabile;
	i. taglio minimo 2.2/2.4;
	j. filtro UV;
	k. no cromoforo giallo;
	l. diottrie: range minimo da +6 a +30 D.;
	m. precaricata.
<b>REQUISITI PREFERENZIALI</b>	nessuno

<b>GIUDIZI</b>	<b>COEFFICIENTI</b>
Ottimo	1
Distinto	0,75
Buono	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Grado di rifinitura della iol, composizione del materiale e resistenza ai microtraumi di manipolazione e iniezione, ergonomia dei punti di appoggio	Distinto, presenza di microtraumi da iniezione	15,00
Centratura e stabilità nel sacco capsulare e caratteristiche idonee alla prevenzione della cataratta secondaria	Ottimo, ottime caratteristiche con riferimento a tutti i criteri previsti	10,00
Rapidità e regolarità di apertura della iol nel sacco capsulare	Ottimo, ottime caratteristiche con riferimento a tutti i criteri previsti	10,00
Facilità di ingaggio della lente nel passaggio (iniettore/cartridge)	Distinto, presenza di microtraumi da iniezione	7,50
Range di poteri diottrici disponibili	Ottimo, range ampio e con elevata possibilità di precisione nel range refrattivo	10,00
Completezza documentazione scientifica	Sufficiente, documentazione scientifica generica	2,50

**TOTALE 55,00**

La commissione giudicatrice:

- Dott.ssa Sonia Tosi (f.to in originale)
- Dott. Raffaele Corsi (f.to in originale)
- Dott.ssa Emanuela Colesanti (f.to in originale)

Segretario verbalizzante  
Dott.ssa Erica Cosio  
(f.to in originale)