

LOTTO N. 13 LENTI CON ESTENSIONE VISIVA ALL'INTERMEDIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA AMO ITALY SRL

REQUISITI ESSENZIALI	a. lente intraoculare;
	b. acrilica idrofoba;
	c. da microincisione;
	d. iniettabile;
	e. lunghezza circa 13 mm, piatto ottico circa 6 mm;
	f. filtro UV;
	g. diottrie: range minimo da +6 a + 30D.;
	h. bordo posteriore per la prevenzione della cataratta
	i. con ottica idonea alla correzione della distanza intermedia.
REQUISITI PREFERENZIALI	nessuno

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Distinto	0,75
Buono	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Grado di rifinitura della iol, composizione del materiale e resistenza ai microtraumi di manipolazione e iniezione, ergonomia dei punti di appoggio	Ottimo, ottime caratteristiche con riferimento a tutti i criteri previsti	20,00
Centratura e stabilità nel sacco capsulare e caratteristiche idonee alla prevenzione della cataratta secondaria	Ottimo, ottime caratteristiche con riferimento a tutti i criteri previsti	10,00
Rapidità e regolarità di apertura della iol nel sacco capsulare	Ottimo, ottime caratteristiche con riferimento a tutti i criteri previsti	10,00
Facilità di ingaggio della lente nel passaggio (iniettore/cartridge)	Ottimo, ottime caratteristiche con riferimento a tutti i criteri previsti	10,00
Range di poteri diottrici disponibili	Ottimo, range ampio e con elevata possibilità di precisione nel range refrattivo	10,00
Completezza documentazione scientifica	Insufficiente, documentazione scientifica assente	0,00

TOTALE 60,00

La commissione giudicatrice:

- Dott.ssa Sonia Tosi (f.to in originale)
- Dott. Raffaele Corsi (f.to in originale)
- Dott.ssa Emanuela Colesanti (f.to in originale)

Segretario verbalizzante
Dott.ssa Erica Cosio
(f.to in originale)