

**ASL CN1**  
Azienda Sanitaria Locale  
di Cuneo, Alghero e Savigliano

**Sede legale ASL CN1**

Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)

P.IVA 01128930045

T. 0171.450111 - F. 0171.1865270

protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

### **SC Interaziendale Acquisti Beni e Servizi**

Responsabile: Dott. f.f. Claudio Calvano

Telefono: 0171/450663 – 0172/719167

Fax: 0171/1865271

E-mail: acquisti@aslcn1.it

Prot. n. 0120856/P/LM/aa

Cuneo li, 11/10/2019

Spett.le

**OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PRELIEVO CON VUOTO PREDETERMINATO, COMPLETI DI AGHI E SET DI PRELIEVO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA (D.Lgs. 19/2014), PER LE NECESSITA' DELL'AO S.CROCE E CARLE DI CUNEO, ASL CN1 E ASL CN2 – (Rif. GARA N. 7522093 – CIG N. 80152433C4). CHIARIMENTI**

#### **Quesito 1:**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - Pagina 5 punto 4**

Viene riportato quanto segue: "la chiusura deve essere perforabile, con tappo riposizionabile ... ommissis"

Si chiede conferma che le caratteristiche indicate per la chiusura sono da intendersi a corredo delle caratteristiche richieste per le provette del sistema chiuso con vuoto predeterminato di cui al punto 2.

#### **Risposta:**

*Si conferma che le caratteristiche di cui al punto 4 sono richieste esclusivamente per le provette a sistema chiuso con vuoto predeterminato.*

#### **Quesito 2:**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - Pagina 5 punto 9**

La scrivente porta all'attenzione del Collegio Tecnico che per le provette a riempimento totale di cui alle voci 5, 30 e 31 non dispone di provette con tacca di riempimento in etichetta. Si chiede di potere presentare offerta con provette recanti una indicazione di riempimento diversa dalla tacca di livello e in ogni caso conformi a quanto previsto dalla normativa di legge 98/79/EC e s.m.i. relativa ai diagnostici in vitro e marchio CE, al fine di favorire la più ampia partecipazione.

#### **Risposta:**

*Si precisa che, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, in relazione alle specifiche di cui al punto 9 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, per le voci 5, 30 e 31, saranno accettate provette con indicazioni di riempimento diverse dalla tacca di livello e che le etichette delle provette offerte dovranno essere conformi alla normativa di legge 98/79/EC e s.m.i.. L'indicatore di riempimento è mandatorio solo per le provette destinate all'esecuzione di test coagulativi come esplicitamente previsto al requisito 10 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, al fine di verificare l'idoneità del campione, in quanto il mancato rispetto del rapporto anticoagulante/sangue raccolto inficia l'accuratezza del risultato analitico.*

#### **Quesito 3:**


**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - Pagina 6 punto 14**

"I dispositivi medici (aghi e set di prelievo) dovranno essere dotati di un meccanismo di sicurezza integrato passivo nel dispositivo di prelievo ... ommissis"

A conoscenza della scrivente non esistono in commercio aghi e set di prelievo "passivi" ovvero dotati di un meccanismo di sicurezza innescabile indipendentemente dalla volontà dell'operatore.

Si chiede pertanto di confermare che il termine passivo sia un refuso.

#### **Risposta:**



**A.S.L. CN1**  
Azienda Sanitaria Locale  
di Cuneo, Mondovì e Dogliani

**Sede legale ASL CN1**  
Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)  
P.IVA 01128930045  
T. 0171.450111 - F. 0171.1865270  
protocollo@asl.cn1.legalmailPA.it

*Si conferma che il termine "passivo" è da considerarsi un rifiuto, e come tale non richiesto a corredo dei dispositivi offerti.*

**Quesito 4:**

Alla voce 9 dell'elenco prodotti - Allegato A viene riportata la dicitura in "additivo": "Litio Eparina silice micronizzata e gel separatore di plasma".

Si chiede di confermare che la dicitura silice micronizzata è da considerarsi un rifiuto, quindi come non apposta.

**Risposta:**

*Si conferma che la dicitura "silice micronizzata" è da considerarsi un rifiuto, e come tale non richiesto come "additivo" per la provetta alla voce 9 dell'elenco prodotti.*

IL RUP  
Dott. Lorenzo Mortari

