

SC Interaziendale Acquisti Beni e Servizi
Direttore f.f.: Dott. Claudio Calvano
Telefono: 0171/450251-450254
Fax: 0171/1865271
E-mail: acquisti@aslcn1.it

Prot. n. 29075 /P

Cuneo, 09/03/2020

FORNITURA, SUDDIVISA IN NR. 3 LOTTI, DI DEFIBRILLATORI OCCORRENTI A STRUTTURE SANITARIE VARIE – ASLCN1 PER UN PERIODO DI 24 MESI.

CHIARIMENTI

1) DOMANDA

"**Lotto 2**la specifica tecnica di cui alla riga n. 28 della scheda tecnica di cui al lotto 2 (ovvero "ECG a 12 derivazioni"), possa essere considerata come caratteristica preferenziale, mentre il requisito minimo possa essere soddisfatto con dispositivi in grado di monitorare l'ECG con un numero inferiore di derivazioni (es.: 3 o 5)....."

RISPOSTA

*Al fine di garantire la più ampia partecipazione si accoglie la richiesta. Per il lotto nr. 2 **si ritengono accettabili e pertanto soddisfano i requisiti minimi defibrillatori che consentano la rilevazione e il monitoraggio ECG con almeno 5 derivazioni.***

2) DOMANDA

".....si richiede se nella compilazione dell'Allegato A (scheda tecnica) ed dell'Allegato 7 (offerta economica) occorra indicare i codici relativi agli accessori.."

RISPOSTA

Si conferma che i modelli debbono contenere quanto richiesto nella documentazione di gara.

3) DOMANDA

"**Lotto 2**allegato A del lotto 2 - si chiede di precisare se i defibrillatori richiesti devono essere dotati in fase d'offerta, oppure se le opzioni SPo2, EtCo2 e NIBP sono da considerarsi come possibili implementazioni future mentre l'offerta base include ECG 12 derivazioni, PACE MAKER, modalità manuale e semiautomatica e cardioversione sincronizzata..."

RISPOSTA

Si confermano le indicazioni della scheda tecnica Allegato A-lotto 2: è da considerarsi caratteristica essenziale per il defibrillatore la mera possibilità di implementazione per monitoraggio dei parametri SpO2, etCO2 e NIBP.

Si rimanda alla domanda e al chiarimento nr. 1 (ECG 5 derivazioni)

4)DOMANDA

“**Lotto 2**.....in relazione alla richiesta di monitoraggio dell’ECG a 12 derivazioni, considerato che generalmente il monitoraggio ECG viene effettuato su un numero di derivazioni inferiore (con cavo a 5/6 o 3 elettrodi) mentre le 12 derivazioni (con cavo a 10elettrodi) vengono rilevate per l’analisi diagnostica del tracciato ECG e considerata la cifra posta a base d’asta, fine di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità, si chiede conferma che verranno accettati defibrillatori che consentono la rilevazione ed il monitoraggio ECG di fino a 8 derivazioni...”.

RISPOSTA

Si rimanda alla domanda e al chiarimento nr. 1

5) DOMANDA

“**Lotto 2**si chiede conferma che la rilevazione della IBP sia da considerarsi un’opzione non obbligatoria..”

RISPOSTA

Si conferma.

**II RUP
Dott. Claudio Calvano**