

LOTTO 1	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO DAE per le Sedi Sanitarie dell'ASL CN1						3B			PROGETTI			SEDA			STRYKER			ZOLL			NOTE	
Criterio di valutazione	N	quesito/sottocriterio di valutazione	Valore limite ammesso per assegnazione coefficiente quantitativo		D	Q	T			PUNTEGGI			PUNTEGGI			PUNTEGGI			PUNTEGGI				PUNTEGGI
	1.6	Tempo di carica a 150 J (in secondi)	≤	Il tempo maggiore avrà punteggio 0		4				2			4			1			2,00			0	3B: 8 secondi - PROGETTI: 6 secondi - SEDA: 9 secondi - STRYKER: 8 secondi - ZOLL: 10 secondi
	1.8	Peso (solo apparecchiatura, accessori esclusi)	≤	Il peso maggiore avrà il punteggio 0		4				2,73			1,64			1,09			4,00			0	3B: 1,6 - PROGETTI : 2,2 - SEDA: 2,5 STRYKER: 0,9 - ZOLL: 3,1
	1.10	Durata batteria (anni)	≥	4		12				0			12			0			0,00			12	3B= 4 ANNI - PROGETTI: 5 ANNI - SEDA: 4 ANNI- STRYKER: 4 ANNI ZOLL: 5 ANNI
Assistenza Tecnica	2.1	Durata della garanzia (in mesi) (limite minimo)	≥	24		5				5			1,67			3,33			5,00			4,17	3B: 96 MESI - PROGETTI: 48 MESI - SEDA: 72 MESI- STRYKER: 96 MESI - ZOLL: 84 MESI
	2.2	Reperibilità garantita delle parti di ricambio (in anni) (limite minimo)	≥	10		3				0			0			0			0,00			0	TUTTE 10 ANNI
	2.3	Organizzazione e modalità del servizio di manutenzione e assistenza tecnica Full Risk nel periodo di garanzia			4			Buono	3	Buono	3	Buono	3	Buono	3,00	Buono	3	L'organizzazione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica è ritenuta equivalente e buona per tutte le Ditte partecipanti					
	2.4	Modello di report tecnico utilizzato per la manutenzione			3			Ottimo	3	Ottimo	3	Ottimo	3	Ottimo	3,00	Ottimo	3						
Caratteristiche di praticità (in seguito a prova pratica)	4.1	Ingombro, trasportabilità e facilità di sanificazione			15			Ottimo	15	Buono	11,25	Buono	11,25	Buono	11,25	Buono	11,25	Buono	11,25			Viene valutatao ottimo il prodotto della ditta 3B in quanto maggiormente compatto e di piccole dimensioni. Buoni i restanti prodotti offerti.	
Caratteristiche di prestazione (in seguito a prova pratica)	5.1	Ergonomia e modalità interfaccia, semplicità di utilizzo			20			Ottimo	20	Buono	15	Buono	15	Ottimo	20	Buono	15					I prodotti proposti dalle Ditte 3B e Ditta Stryker risultano dalla prova pratica di piu' facile utilizzo. Voce chiara ed udibile.	
							TOTALE PUNTEGGIO		50,73	TOTALE PUNTEGGIO		51,56	TOTALE PUNTEGGIO		37,67	TOTALE PUNTEGGIO		48,25	TOTALE PUNTEGGIO		48,42		