

LOTTO 3	DEFIBRILLATORE / MONITOR MANUALE E SEMIAUTOMATICO per le Sedi Sanitarie dell'ASL CN1							3B			GADOMED			SEDA			SOEM			TECNOMED			NOTE
Criterio di valutazione	N	quesito/sottocriterio di valutazione	Valore limite ammesso per assegnazione coefficiente quantitativo	D	Q	T			Punteggi			Punteggi			Punteggi			Punteggi			Punteggi		
Caratteristiche Tecniche	1.1	Elenco allarmi disponibili		2			Ottimo		2	Ottimo		2	Ottimo		2	Ottimo		2	Ottimo		2	Valutazione ottima per tutti di dispositivi offerti	
	1.2	Parametri monitorabili aggiuntivi (non richiesti nelle specifiche minime)		2			Minimale		0,5	Ottimo		2	Ottimo		2	Ottimo		2	Discreto		1	3B= Non presenta il parametro della pressione invasiva TECNOMED: il parametro della pressione invasiva richiede un modulo opzionale aggiuntivo	
	1.3	Numero di curve visualizzabili contemporaneamente (limite minimo)	≥	1		1			1			1			1			1			1	Tutte le Ditte presentano 12 curve visualizzabili	
	1.4	Dimensioni in pollici dello schermo (limite minimo)	≥	8		3						3			3			3			Tutti i prodotti offerti presentano schermo di 8,4 pollici		
	1.5	N° tracce stampate in contemporanea	≥	1		2						1,33			2			1,33			1,33	Ditta Gadomed: 4 tracce mentre le restanti ditte nr .3 tracce	
	1.6	Tempo di carica a 150 J (in secondi)	≤	Il tempo maggiore avrà punteggio 0		2						0			2			0			2	Ditte Gadomed , SOEM e TECNOMED si ricaricano in 3 secondi, per i restanti prodotti offerti la ricarica è prevista in 5 secondi.	
	1.7	Tipo di monitor touch				1						0			0			0			0		
	1.8	Peso (completo di accessori)	≤	Il peso maggiore avrà il punteggio 0		3						2,41			2,08			3			1,2	0	
	1.9	Calibrazione batteria (numero di volte all'anno)	≤	2		2						2			2			2			0	Punteggi 2 = non necessaria la calibrazione - Punteggi 0= calibrazione una volta al mese	
	1.10	Autonomia batteria con monitoraggio continuo (minuti)	≥	60		3						1,33			3			1,33			1	0,72	Ditta 3b: 300 Gadomed: 600 SEDA: 300 SOEM : 240 TECNOMED: 190
Assistenza Tecnica	2.1	Durata della garanzia (in mesi) (limite minimo)	≥	24		5				0			0			2,5			5			5	3B E GADOMED 24 mesi SEDA 36 mesi SOEM E TECNOMED 48 mesi
	2.2	Reperibilità garantita delle parti di ricambio (in anni) (limite minimo)	≥	10		2				0			0			0			2			0	SOEM 12 ANNI LE ALTRE DITTE 10 ANNI
	2.3	Organizzazione e modalità del servizio di manutenzione e assistenza tecnica Full Risk nel periodo di garanzia			3			ottimo		3	discreto		1,5	ottimo		3	ottimo		2	minimale		0,75	Tempi garantiti di intervento di manutenzione delle Ditte Gadomed e Tecnomed sono maggiori rispetto alle Ditte concorrenti (rispettivamente 16 e 72 ore)
	2.4	Modello di report tecnico utilizzato per la manutenzione			2			ottimo		2	ottimo		2	ottimo		2	ottimo		2	Ottimo		2	
Formazione	3.1	Programma dell'attività formativa del personale			5			ottimo		5	ottimo		5	ottimo		5	ottimo		5	ottimo		5	
	3.2	Rilascio di attestato formativo individuale per ogni partecipante				2				2			2			2			2			2	
	3.3	Massimo numero di sessioni formative in giornate diverse	≥	3		2				0			0			0,8			2			0	Ditte Tecnomed e 3B: non indicano un nr. di sessioni per applicazione formula; Ditta GADOMED: nr 3 sessioni - Ditta SEDA NR .5 SESSIONI - Ditta SOEM nr.8 sessioni
Caratteristiche di praticità (in seguito a prova pratica)	4.1	Ingombro, trasportabilità e facilità di sanificazione			14			Buono		10,5	Discreto		7	Buono		10,5	Ottimo		14	Mininale		3,5	Ditta GADOMED: maniglia piccola , cavi piastra liberi con facilità di aggancio durante il trasporto. Tecnomed : dalla prova pratica il prodotto offerto risulta pesante e pertanto difficile da trasportare e meno maneggevole. Presenza di spigoli e fessure che rendono piu' difficile la sanificazione. Buoni ed equivalenti i prodotti proposti da SEDA e 3B. Ottimo il giudizio per l'apparecchio proposto dalla ditta SOEM in quanto presenta una particolare facilità di sanificazione , liscio senza presenza di sporgenze.
	5.1	Ergonomia interfaccia, semplicità dei comandi, regolazioni / visualizzazioni e durata, completezza e chiarezza dell'autotest			14			Discreto		7	Buono		10,5	Buono		10,5	Ottimo		14	Discreto		7	Ditta Tecnomed : da prova pratica risulta voce poco udibile. Interfaccia obsoleta e complessa. Ditta 3B: non peremette la carica dalle manopole. Interfaccia poco intuitiva. Ditta GADOMED: nell'interfaccia a monitor spento non ha segnale di stand by /funzionamneto normale. Ditta SOEM: alla prova pratica risulta un interfaccia particularement accessibile e di facile utilizzo.
							TOTALE PUNTEGGIO	43,07	TOTALE PUNTEGGIO	47,08	TOTALE PUNTEGGIO	51,96	TOTALE PUNTEGGIO	61,53	TOTALE PUNTEGGIO	36,3							