

LOTTO 2	DEFIBRILLATORE MANUALE E SEMIAUTOMATICO per le Sedi Sanitarie dell'ASL CN1						3B			GADOMED			SEDA			SOEM			TECNOMED			VIGLIA			NOTE
Criterio di valutazione	N	quesito/sottocriterio di valutazione	Valore limite ammesso per assegnazione coefficiente quantitativo	D	Q	T			PUNTEGGI			PUNTEGGI			PUNTEGGI			PUNTEGGI			PUNTEGGI			PUNTEGGI	
Caratteristiche Tecniche	1.1	Elenco allarmi disponibili			2			Ottimo	2	Ottimo		2	Ottimo		2	Ottimo		2	Ottimo		2	Ottimo		2	Valutazione ottima per tutti di dispositivi offerti
	1.2	Parametri monitorabili aggiuntivi (non richiesti nelle specifiche minime)			2			Ottimo	2	Ottimo		2	Ottimo		2	Buono		1,5	Ottimo		2	Buono		1,5	Ditta Viglia e Ditta SOEM: non presentano le 12 derivazioni, la valutazione è buona.
	1.3	Numero di curve visualizzabili contemporaneamente (limite minimo)	≥	1					1			1			1			0,27			1			0,27	Ditta SOEM e VIGLIA. Presentano 4 curve visualizzabili, mnetre le altre Ditte ne presentano 12.
	1.4	Dimensioni in pollici dello schermo (limite minimo)	≥	6,5					3			3			3			0			3			0,79	Ditta Viglia : 7 pollici - Ditta Soem : 6.5 pollici. Le restanti Ditte propongono 8,4 pollici
	1.5	N° tracce stampate in contemporanea	≥	1					1,33			2			1,33			0,67			1,33			1,33	La diitta Gadomed 4 tracce- 3B-SEDA -TECNOMED e VIGLIA 3 tracce -SOEM 2 tracce
	1.6	Tempo di carica a 150 J (in secondi)	≤	Il tempo maggiore avrà punteggio 0					0,67			2			0,67			2			2			0	Gadomed , SOEM e Tecnomed = 3 secondi 3B e SEDA : 5 secondi - Viglia 6
	1.7	Tipo di monitor touch							0			0			0			0			0			1	
	1.8	Peso (solo apparecchiatura, accessori esclusi)	≤	Il peso maggiore avrà il punteggio 0					2,41			2,08			3			2,19			0			2,9	Il punteggio è stato attribuito in base al peso indicato nella scheda tecnica
	1.9	Calibrazione batteria (numero di volte all'anno)	≤	2					2			2			2			2			0			2	Ditta Tecnomed : richiede nr .2 calibrazioni/anno
	1.10	Autonomia batteria con monitoraggio continuo (minuti)	≥	60					1,71			1,71			1,71			1,71			0,93			3	3B-GADOMED-SEDA - SOEM: 300 minuti - TECNOMED: 190 minuti - VIGLIA: 480 minuti
Assistenza Tecnica	2.1	Durata della garanzia (in mesi) (limite minimo)	≥	24					0			0			2,5			5			5			5	Ditta SEDA 36 - SOEM- TECNOMED -VIGLIA 48 3B -GADOMED 24
	2.2	Reperibilità garantita delle parti di ricambio (in anni) (limite minimo)	≥	10					0			0			0			1			0			2	Ditta SOEM 12 anni - Ditta VIGLIA 14 anni -le restanti Ditte 10 anni
	2.3	Organizzazione e modalità del servizio di manutenzione e assistenza tecnica Full Risk nel periodo di garanzia			3			ottimo	3	discreto		1,5	ottimo		3	ottimo		3	minimale		0,75	ottimo		3	Le ditte Gadomed e Tecnomed propongono tempi maggiori di intervento : 16 ore GADOMED- 72 ORE TECNOMED .
	2.4	Modello di report tecnico utilizzato per la manutenzione			2			ottimo	2	ottimo		2	ottimo		2	ottimo		2	Ottimo		2	buono		1,5	
Formazione	3.1	Programma dell'attività formativa del personale			5			ottimo	5	ottimo		5	ottimo		5	ottimo		5	ottimo		5	ottimo		5	Equivalente quanto proposto dalle Ditte offerenti
	3.2	Rilascio di attestato formativo individuale per ogni partecipante							2			2			2			2			2			2	
	3.3	Massimo numero di sessioni formative in giornate diverse	≥	3					0			0			0,8			2			0			1,2	Ditte Tecnomed e 3B e GADOMED, non indicano un nr. di sessioni per applicazione formula; Ditta GADOMED: nr 3 sessioni - Ditta SEDA NR .5 SESSIONI - Ditta SOEM nr.8 sessioni -Ditta Viglia 6 sessioni
Caratteristiche di praticità (in seguito a prova pratica)	4.1	Ingombro, trasportabilità e facilità di sanificazione			14			buono	10,5	discreto		7	buono		10,5	ottimo		14	minimale		3,5	ottimo		14	Valutati comparativamente nella prova pratica i prodotti proposti si esprimono le valutazioni indicate. I prodotti proposti dalle Ditte Soem e Viglia risultano + compatti, maneggevole . Superfici lisce. Il prodotto offerto dalla ditta Tecnomed risulta con um'interfaccia obsoleta e complessa, molto pesante, con molti spigoli e fessure che ne pregiudicano la pulizia
Caratteristiche di prestazione (in seguito a prova pratica)	5.1	Ergonomia interfaccia, semplicità dei comandi, regolazioni / visualizzazioni e durata, completezza e chiarezza dell'autotest			14			discreto	7	buono		10,5	buono		10,5	ottimo		14	discreto		7	ottimo		14	Valutati comparativamente nella prova pratica i prodotti proposti si esprimono le valutazioni indicate. I prodotti proposti dalle Ditte Viglia e Soem offrono modelli di immediato e facile utilizzo
							TOTALE PUNTEGGI	45,62	TOTALE PUNTEGGI	45,79	TOTALE PUNTEGGI	53,01	TOTALE PUNTEGGI	60,34	TOTALE PUNTEGGI	37,51	TOTALE PUNTEGGI	62,49							