

SC Interaziendale Acquisti Beni e Servizi

Direttore f.f.: Dott. Claudio Calvano

Telefono: 0171/450254 - 0171/450251

Fax: 0171/1865271

E-mail: acquisti@aslc1.it

ID n. 7448735

Cuneo , 05/02/2021

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN OPERA DI N. 1 DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DIGITALE DIRETTA PRESSO IL DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI SAVIGLIANO - GARA n. 7795360 CIG n. 833804653A- VERBALE DI APERTURA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA.

PREMESSO

- che con Determinazione del Direttore S.C. Interaziendale Acquisti Beni e Servizi nr. 916 del 24/06/2020 veniva indetta gara a procedura aperta per la fornitura in opera di nr .1 Diagnostica radiologica digitale diretta;
- che la suddetta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma denominata SINTEL;
- che il giorno 21/08/2020 il seggio di gara espletava, in seduta riservata , la prima fase della gara così come previsto dall'art. 19 del Disciplinare di Gara (apertura delle buste telematiche contenente la "Documentazione amministrativa", per ciascuna delle ditte offerenti, e verifica della presenza e conformità della documentazione presentata).come da verbale id nr. 7028741, agli atti d'ufficio, di pari data;
- che tutte le Ditte che hanno presentato offerta e di seguito indicate risultano ammesse al prosieguo della gara:
 - Ditta GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A
 - Ditta CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l. in RTI con 3B S.R.L. e GR IMPIANTI S.R.L.
- con determinazione nr° 1462 del 01/10/2020 si nominava la Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016;
- il giorno 19/11/2020 , la Commissione Giudicatrice coadiuvata dal seggio di gara procedeva, operando sulla piattaforma SINTEL, all'apertura della busta telematica contenente la Documentazione Tecnica, come da verbale ID Nr. 7252223 di pari data, agli atti d'ufficio;
- Preso atto che tutte le ditte presentavano la documentazione tecnica richiesta.
- Atteso che la Commissione giudicatrice, in sedute riservate, con verbali agli atti della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi in data 19.11.2020 e 19/01/2021 , provvedeva all'esame delle offerte tecniche e successivamente all'attribuzione dei punteggi qualità, secondo le indicazioni del Disciplinare di Gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 05.02.2021 alle ore 10.00 presso l'A.S.L. CN1, nei locali della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi ubicati in Cuneo – Via Carlo Boggio nr. 12 – si procede all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche

E' presente il Seggio di Gara nelle persone di :

- ✓ Dott.ssa Roberta Garis – Funzionario S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
- ✓ Sig.ra Rosmara Daniele – Funzionario S.C.I. Acquisti Beni e Servizi

Sono presenti , per via telematica attraverso la piattaforma Timwork, i componenti della Commissione Giudicatrice:

- ✓ Dr. Enrico ARMANDO – Dirigente Medico S.C. Radiologia del P.O di Savigliano
- ✓ Sig.ra Tiziana BOZZONE -Coord. Dip.Diagnostica per Immagini ASLCN1
- ✓ Dott. Massimiliano PORZIO – S.S. Fisica Sanitaria
- ✓ Ing. Claudio RIBERI - S.C. Servizio Tecnico
- ✓ Ing. Alberto SANTANGELO -S.C. Servizio Tecnico – Settore Ingegneria Clinica

Si prende atto dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice e risultanti dai relativi verbali:

		GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l. a Socio Unico
1.1	Caratteristiche del complesso radiogeno (tecnologia, velocità di rotazione e capacità di dissipazione termica dell'anodo, macchie focali, collimatore)	4	3
2.1	Caratteristiche del generatore (valori di corrente, tensione e potenza erogata)	3	3
3.1	Caratteristiche del tavolo porta-paziente (materiale, lunghezza, portata, altezza minima, movimentazioni, struttura, accessori)	14	10,5
4.1	Funzionalità software diagnostici, elaborazione immagini disponibili, tecniche anatomiche disponibili e programmabili	4,5	6
5.1	Sistemi di riduzione e di ottimizzazione della dose erogata al paziente	9	9
6.1	Caratteristiche, area utile di radiotrasparenza, movimentazioni, ergonomia	2	2
6.2	Teleradiografo: tecnologia e caratteristiche pannello di digitalizzazione fisso, griglia antidiffusione	4	4
7.1	Tecnologia e caratteristiche pannello di digitalizzazione wireless	4	4
8.1	Soluzione installativa adottata, con particolare riferimento all'ergonomia, funzionalità di utilizzo da parte degli operatori nelle varie situazioni e casistiche tipiche di una sala radiologica di pronto soccorso	8	8
9.1	Organizzazione e modalità del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk nel periodo di garanzia	4	4

10.1	Programma dell'attività formativa del personale	4	4
11.1	Progetto di installazione, qualità dell'intervento, organizzazione del cantiere, modalità adottate per la riduzione dell'impatto sull'attività di routine dell'ospedale, cronoprogramma e contenimento tempi complessivi di installazione	8	6

I punteggi qualità complessivi risultano pertanto:

TOTALE PUNTEGGIO QUALITA' Ditta GENERAL MEDICA MERATE SPA : 68,5

TOTALE PUNTEGGIO QUALITA' Ditta CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L : 63,5

Si procede , operando sulla piattaforma SINTEL all'inserimento dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica per ciascuna ditta partecipante.

Si chiude la fase relativa alla valutazione tecnica e si procede a questo punto all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche.

Si dà atto che l'importo totale a base di gara previsto dal Disciplinare di Gara è di € 271.000,00 e che tutte le Ditte presentano offerta in ribasso rispetto alla base d'asta.

Si prende atto dell'offerta economica presentata da ciascuna Ditta partecipante e del relativo ribasso rispetto alla base d'asta:

DITTA	TOTALE OFFERTA	RIBASSO SULLA BASE D'ASTA
GENERAL MEDICA MERATE	€ 269.900,00	0,41%
CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	€ 248.723,00	8,22%

Si prende atto che il Disciplinare di Gara prevede all'art. 18.3 il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica come di seguito indicato :

$$Ce_j = (R_j / R_{max})^{0,3}$$

Dove:

Simbolo	Descrizione
Ce_j	Coefficiente attribuito al concorrente j -esimo
R_j	ribasso percentuale dell'offerta del concorrente j -esimo
R_{max}	ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

In base alla formula sopra indicata il punteggio economico viene attribuito automaticamente da Sintel .

Si riporta di seguito tabella riassuntiva dei punteggi tecnici ed economici e del punteggio totale determinando la graduatoria finale:

DITTA	PUNTEGGI QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE
GENERAL MEDICA MERATE	68,5	12,17	80,67
CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	63,5	30	93,50

Viene pertanto formulata proposta di aggiudicazione a favore della Ditta CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL (in RTI con 3B s.r.l e GR IMPIANTI s.r.l)

La seduta si chiude alle ore 10.45

Delle operazioni svolte si dà atto nel presente verbale.

Cuneo, lì 05/02/2021

Letto, confermato, sottoscritto.

Dr. Enrico ARMANDO	Presidente della Commissione	<i>Firmato in originale</i>
Sig.ra Tiziana BOZZONE	Componente della Commissione	<i>Firmato in originale</i>
Dott. Massimiliano PORZIO	Componente della Commissione	<i>Firmato in originale</i>
Ing. Claudio RIBERI	Componente della Commissione	<i>Firmato in originale</i>
Ing. Alberto SANTANGELO	Componente della Commissione	<i>Firmato in originale</i>
Dott. Roberta GARIS	Componente del Seggio di Gara	<i>Firmato in originale</i>
Sig.ra Rosmara Daniele	Segretario Verbalizzante	<i>Firmato in originale</i>