

S.C. Interaziendale Acquisti Beni e Servizi

Direttore f.f.: Dott. Claudio CALVANO

Telefono: 0171/450228 0171/450663

Fax: 0171/1865271

E-mail: acquisti@aslcn1.it

Prot. Nr. 92840|P del 4/09/2020 CC/EC

DATA PUBBLICAZIONE SUL PROFILO DEL COMMITTENTE: 04/09/2020

**AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

per la partecipazione alla procedura di gara, mediante R.d.O. MePA, per affidamento, previa consultazione di più operatori economici, della fornitura, suddivisa in lotti, di **DISPOSITIVI DI RADIOFREQUENZA, PERIDUROLISI E STIMOLAZIONE CUTANEA AD ALTA FREQUENZA** per le esigenze della S.S. Terapia antalgica del P.O. di Savigliano, per un periodo di 24 mesi.

Ai sensi del combinato disposto **dell'art. 36, comma 2, lett. b)**, e comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, si rende noto che l'A.S.L. CN1 intende avviare una procedura per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto mediante "Richiesta di Offerta" nell'ambito del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse da parte di imprese del settore iscritte al Me.P.A. al bando "Beni – Forniture specifiche per la Sanità" e rimarrà presente sul sito della A.S.L.CN1 dal 4/09/2020 sino al 19/09/2020.

Sinteticamente si precisa:

- I prodotti richiesti sono i seguenti:

LOTTO 1: KIT PER RADIOFREQUENZA

Il lotto è così composto:

A Aghi da radiofrequenzaCaratteristiche tecniche:

ago completamente monouso sterile, con probe/termocoppia integrata e via laterale di accesso per iniezione di farmaco;

superficie isolata da un rivestimento, ad eccezione della punta attiva;

diametri vari e lunghezza di varie misure;

punta attiva 5mm;

sterile;

Fabbisogno presunto per 24 mesi: 86Importo unitario presunto a base d'asta: € 350,00**B Kit ago monouso con punta curva Blunt + Probe/termocoppia monouso**Caratteristiche tecniche:

kit con ago monouso con punta curva Blunt e termocoppia monouso;

superficie dell'ago isolata da un rivestimento, ad eccezione della punta attiva;

diametro 20G e lunghezza di varie misure;

punta attiva 5mm;

sterile;

Fabbisogno presunto per 24 mesi: 35Importo presunto a base d'asta: € 350,00

C Kit ago completamente monouso sterile punta retta sharp, con probe/termocoppia integrata e via laterale di accesso per iniezione di farmaco

Caratteristiche tecniche:

kit con ago monouso con punta retta sharp per radiofrequenza e termocoppia monouso;
superficie dell'ago isolata da un rivestimento ad eccezione della punta attiva;
diametro, lunghezza e punta attiva di varie misure;
sterile;

Fabbisogno previsto per 24 mesi: 35

Importo unitario presunto a base d'asta: € 350,00

LOTTO 2 – KIT PER EPIDUROLISI

Il lotto è composto come segue:

A Kit per epidurolisi farmacologica/meccanica

Caratteristiche tecniche:

kit composti da catetere, ago, mandrino e introduttore;
dotati di certificati per l'utilizzo;
cateteri con differenti lunghezze, con almeno mandrini 2 preformati con forme e funzionalità differenti;
via infusiva con attacco Luer Lock utilizzabile per la somministrazione di farmaci con il mandrino inserito all'interno del catetere; disponibilità di differenti tipi, misure e forme per gli aghi introduttori per il catetere;
disponibilità di ago-cannula armata con doppio mandrino (in acciaio medico in materiale plastico a punta smussa);

Consumo presunto per 24 mesi: 27

Importo unitario presunto a base d'asta: € 400,00

B Kit da peridurolisi con radiofrequenza mono- bipolare - consumo presunto per 24 mesi n. 5 - – prezzo presunto a base d'asta € 1500.00

Caratteristiche tecniche:

kit composti da catetere, ago, mandrino e introduttore;
dotati di certificati per l'utilizzo;
cateteri con differenti lunghezze, con almeno 2 mandrini preformati con forme e funzionalità differenti;
via infusiva con attacco Luer Lock utilizzabile per la somministrazione di farmaci con il mandrino inserito all'interno del catetere;
catetere predisposto per collegamento a generatore esterno di radiofrequenza per effettuare stimolazioni sensitive, stimolazioni motorie, applicazione di radiofrequenza pulsata;
disponibilità di differenti tipi, misure e forme per gli aghi introduttori per il catetere;
presenza di un elettrodo a livello distale del catetere con cui sia possibile effettuare stimolazione 2Hz-50hz e conduzione di radiofrequenza pulsata Bipolare ad alto voltaggio (>45 V) con il controllo della temperatura in punta;
disponibilità di ago-cannula armata con doppio mandrino (in acciaio medico in materiale plastico a punta smussa);

Consumo presunto per 24 mesi: 5

Importo unitario presunto a base d'asta: € 1.500,00

LOTTO 3 - Kit stimolazione cutanea ad alta frequenza

Caratteristiche tecniche:

kit per PENS monopolare con Patch multi ago;
n° 1 Patch multi ago da 2,5 pollici – sterile mono paziente;

lunghezza dei micro aghi : 0,74mm;
quantità dei microaghi per patch:> di 1.000, patch adesiva di varie misure per chiusura del campo elettrico;

Consumo presunto per 24 mesi: 56

Importo unitario presunto a base d'asta: € 350,00

Si precisa che per ciascun lotto è richiesta la fornitura gratuita del relativo generatore.

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:

1. AMMINISTRAZIONE

- a) *Denominazione:* A.S.L. CN1 , con sede legale in Cuneo, via Carlo Boggio n. 12;
- b) *Responsabile unico del procedimento:* Dott. Claudio Calvano;
- c) *Punto di contatto:* S.C.I. Acquisti Beni e Servizi, Via Carlo Boggio n. 12 – Cuneo – e-mail protocollo@aslc1.legalmailPA.it – Tel.0174/450228 – fax 0171/1865271.

2. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELLA FORNITURA

- a) *Descrizione:* fornitura di **DISPOSITIVI PER RADIOFREQUENZA, PERIDUROLISI E STIMOLAZIONE CUTANEA AD ALTA FREQUENZA** per le necessità della S.S. Terapia Antalgica del P.O. di Savigliano;
- b) *Durata:* 24 mesi;
- c) *Modalità di esecuzione:* Acquisto;
- d) *Importo complessivo stimato della fornitura:* € **92.500,00** Iva esclusa.

Si precisa che oggetto, durata e importo della procedura sono indicativi e potranno subire variazioni in sede di predisposizione degli atti di gara.

3. PROCEDURA DI GARA

La procedura di acquisizione della fornitura in oggetto sarà effettuata attraverso la pubblicazione di una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sul sito web.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata, lotto per lotto, in capo alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

5. REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice interessati alla presente procedura di selezione devono possedere i seguenti requisiti:

Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sul sito web www.acquistinretepa.it con abilitazione al bando MePA "Beni";

Iscrizione regolare alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto della gara telematica;

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, espressamente riferite all'impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;

L'istanza di partecipazione alla procedura selettiva, redatta mediante compilazione dell'allegato A del presente avviso, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (oppure sottoscritta e accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore), dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@aslc1.legalmailPA.it, entro il **19/09/2020**, riportando nell'oggetto della PEC la dicitura "Avviso di Indagine di mercato per l'affidamento della fornitura di **DISPOSITIVI DI RADIOFREQUENZA, PERIDUROLISI E STIMOLAZIONE CUTANEA AD ALTA FREQUENZA**". Conseguentemente saranno prese in considerazione le sole istanze pervenute

tramite PEC entro il citato termine perentorio.

6. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE

L'Amministrazione esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro la data di scadenza e individuerà quelle conformi all'avviso.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE F.F.
S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI
Dott. Claudio CALVANO
(firmato in originale)