

Allegato 1

INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 6 LAVAENDOSCOPI A PEROSSIDO DI IDROGENO PER LE ENDOSCOPIE DEGLI OSPEDALI DI MONDOVI' E SALUZZO – ASLCN1

N° 6 lavatrici/ disinfettatrici con destinazione d'uso per lavaggio e disinfezione di endoscopi flessibili per endoscopia con i seguenti requisiti:

- endoscopi flessibili (multi marca, es. Olympus, Pentax, Storz..);
- funzionamento con perossido di idrogeno;
- n°1 vasca monostrumento;
- porta manuale non passante;
- dotata di stampante integrata per registrazione e stampa dei dati;
- lettore codice a barre identificativo per ogni strumento e per il personale;
- cicli dedicati e programmabili;
- test di tenuta;
- asciugatura;
- dotato di sistema di filtri idonei per filtraggio acqua in ingresso;
- tempi di ciclo non superiori a 35 minuti;
- fornitura dei relativi kit di raccordo specifici per ogni endoscopio presente negli ambulatori di destinazione;
- dotata di allarmi visivi e acustici;
- dotata di cestelli dedicati;
- dotata di materiale per il primo utilizzo;
- rispondente alle normative CEE 93/42 concernente i dispositivi medici