

ALLEGATO B

SCHEDA TECNICA

FORNITURA DI NR.6 RINOLARINGOSCOPI

REQUISITI MINIMI ESSENZIALI RICHIESTI

Apparecchiatura nuova di fabbrica

Apparecchiatura di ultima generazione

Apparecchiatura destinata alla diagnosi endoscopica specifica per ORL

Direzione campo visivo 0°

Con diametro compreso tra 3,5mm a 4,5mm

Lunghezza operativa di almeno 30cm

Con terminale angolabile

A tenuta stagna e facilmente disinfettabile/sterilizzabile

Angolo di visione di almeno 70°

Parte terminale angolabile di almeno 90°

Ottima qualità ottica

Collegabili a fonti luminose delle principali marche in commercio (Olympus, Storz ecc). Se necessari adattatori per tale collegamento gli stessi devono essere compresi in fornitura

Peso ridotto

Completo di custodia/valigia da trasporto

Completi di fonti luminose a led idonee al collegamento con i fibroscopi tramite apposito cavo luce (NR.2)

Completi di cavi luce in fibra ottica di lunghezza almeno 200cm (NR.2)

Conforme alle Normative vigenti

Dotato di marcatura CE