

Allegato 1

INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI NR. 1 LASER PER CALCOLOSI E CHIRURGIA DEI TESSUTI MOLLI PER LA S.C. UROLOGIA DELL'OSPEDALE DI SAVIGLIANO.

Nr.1 Laser Hybrid Tullio per calcolosi e chirurgia dei tessuti molli rispondente ai seguenti requisiti:

- apparecchiatura unica in grado di eseguire con la medesima strumentazione sia il trattamento chirurgico dei tessuti molli sia la calcolosi;
- con lunghezza d'onda ottimale, potenza massima di almeno 150W e regolabile sia in modalità pulsata che continua;
- energia massima di almeno 4.5J regolabile;
- frequenza massima di almeno 250Hz regolabile;
- raggio di puntamento ad alta visibilità con intensità regolabile;
- possibilità di utilizzo di fibre monouso e pluriuso a riconoscimento automatico, di varie misure;
- sistema di aggancio delle fibre tale da permettere il collegamento in campo sterile;
- disponibilità di programmi specifici ottimizzati per le varie patologie;
- comandi di attivazione e standby da pediera;
- interfaccia di semplice utilizzo;
- sistema carrellato;
- sistema di raffreddamento integrato;
- dotazione minima di almeno 1 kit taglia fibre per ogni diametro delle fibre e 4 occhiali di protezione Laser dalla sorgente erogata conformi alle vigenti normative in materia;
- completo di tutti i materiali ed accessori per il primo utilizzo;
- rispondente alle normative CEE 93/42 concernente i dispositivi medici