

SS Bandi di gara e contratti

Responsabile: Avv. Maura ACCHIARDI

Telefono: 0174/677676 – 0171/450663

Fax: 0171/1865271

E-mail: acquisti@aslcn1.it

Prot. n. 0085051|P MA/oc

Cuneo, lì 2 agosto 2021

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI KIT ATTACCO E STACCO PER CATETERE VENOSO CENTRALE E PER FISTOLA ARTERO VENOSA – UTILIZZATI IN TRATTAMENTI DIALITICI PER LE NECESSITA' DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASLCN1. GARA n. 8169310. C.I.G.: 877475875E. **Risposta a chiarimenti.**

È pervenuta la seguente richiesta di chiarimento:

Domanda: relativamente alle garze TNT 10x10 richieste a 16 strati nel kit stacco CVC, e dopo vostra conferma degli strati con i chiarimenti pubblicati, facciamo presente che abbiamo contattato tutti i fabbricanti di garze e ci hanno confermato che le garze in TNT a 16 strati non esistono. Ci hanno comunicato che la garza in TNT arriva massimo ad 8 strati. Chiediamo quindi conferma che si possano inserire nel kit CVC stacco le garze TNT 10x10 ad 8 strati.

Risposta: gli strati derivano dal numero di ripiegature della garza stessa: il numero 16 è indicativo e frutto dell'esperienza del potere assorbente dimostrato nell'uso specifico. Pertanto si precisa e richiede quanto di seguito: n° 7 compresse garza TNT cm 10x10 sufficienti a garantire 16 strati.

Distinti saluti.

La Responsabile
Avv. Maura ACCHIARDI