

**S.S. Bandi di gara e contratti**

Responsabile: Avv. Maura Acchiardi

Telefono: 0171/450663/251//254

Fax: 0171/1865271

E-mail: [acquisti@aslcn1.it](mailto:acquisti@aslcn1.it)

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI NR. 4 INIETTORI ANGIOGRAFICI PER TC E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALLE SS.CC. RADIOLOGIA DELL'A.S.L. CN1 PER UN PERIODO DI 36 MESI – CIG 89072238F1

**II° Verbale della Commissione Giudicatrice**

Il giorno 02 Marzo 2022 alle ore 9,30 nei locali della S.S. Bandi di gara e contratti, siti in Cuneo, Via Carlo Boggio nr. 12, si è riunita la Commissione Giudicatrice per procedere alla valutazione delle offerte tecniche della gara per la fornitura in noleggio, per un periodo di 36 mesi, di nr.4 Iniettori angiografici per TC e relativo materiale di consumo.

Sono presenti:

- ✓ Dr. Alberto TALENTI – Direttore S.C. Radiologia
- ✓ Sig.ra Daniela DIDINO – Infermiere S.C. Radiologia del P.O. di Mondovì
- ✓ Ing. Giorgio BOASSO – S.C. Servizio Tecnico - Settore Ingegneria Clinica

La Sig.ra Rosmara Daniele – funzionario della S.S. Bandi di gara e contratti svolge le funzioni di segretario verbalizzante

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si prende atto del verbale della precedente seduta della Commissione Giudicatrice in data 03/02/2022.

Si da atto che i componenti della Commissione Giudicatrice,) esaminato la documentazione tecnica prodotta.

Si da atto che in seguito in seguito all'esame della documentazione tecnica presentata dalle due Ditte offerenti (Ditta Guebert e Ditta Emmedi Instrument) e più precisamente dell'allegato A – Scheda Tecnica il prodotto offerto dalla ditta Guerbert risulta privo di nr. 2 requisiti essenziali a pena esclusione e pertanto l'offerta non può essere ammessa al prosieguo della procedura, così come da nota prot. 18211 del 08/02/2022 inviata alla ditta Guebert.

I componenti della Commissione Giudicatrice hanno esaminato la documentazione tecnica prodotta ed effettuato le prove sull' iniettore in visione proposto dalla Ditta offerente. A seguito di ulteriore confronto e sulla base dei criteri previsti dal Disciplinare di Gara, la Commissione Giudicatrice procede collegialmente con l'attribuzione dei relativi punteggi così come di seguito dettagliato:

**attribuzione dei punteggi TABELLARI**: punteggi predefiniti che sono attribuiti o no in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

**attribuzione punteggi DISCREZIONALI:** il relativo coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice. Si prende atto delle disposizioni del Disciplinare di Gara secondo cui, a ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio discrezionale, la Commissione Giudicatrice dovrà attribuire collegialmente, a ciascuna offerta un giudizio unico, sulla base dei giudizi di merito con relativo coefficiente, variabile tra zero e uno, come indicato nella tabella sottostante:

Giudizio	Coefficienti discrezionali
insufficiente	0,00
minimale	0,25
discreto	0,50
buono	0,75
ottimo	1,00

**PUNTEGGI COMPLESSIVI:**

		INIETTORE ANGIOGRAFICO						EMMEDI INSTRUMENTS	
Criterio di valutazione	N	quesito/sottocriterio di valutazione	Valore limite ammesso per assegnazione		D	Q	T		Punteggio
Caratteristiche tecniche, costruttive, funzionali e qualità dei materiali	1.1	Consolle di comando (display, pannello di controllo)			5			Ottimo	5
	1.2	Kit pluripaziente con durata 8h					1	Si	1
	1.3	Kit pluripaziente con durata 12h					3	No	0
	1.4	Kit pluripaziente con durata 24h					6	Si	6
	1.5	Presenza di secondo monitor sulla testata dell'iniettore che esegua le stesse operazioni del monitor principale					1	Si	1
	1.6	Presenza della funzione di impostazione del limite pressorio					2	Si	2
Assistenza tecnica	2.1	Modalità e tempistica fornitura apparecchio sostitutivo in caso di guasto			8			Ottimo	8
	2.2	Organizzazione e modalità del servizio di manutenzione e assistenza tecnica Full Risk			4			Ottimo	4
	2.3	Modello di report tecnico utilizzato per la manutenzione preventiva			2			Ottimo	2
Formazione del personale	3.1	Organizzazione e modalità del servizio di formazione del personale			7			Ottimo	7
	3.2	Rilascio di attestato formativo individuale per ogni partecipante					2	Si	2
Caratteristiche di praticità (in seguito a prova pratica)	4.1	Ergonomia e modalità interfaccia, semplicità di utilizzo dell'iniettore e della consolle di comando			14			Ottimo	14
	4.2	Facilità nel caricamento del mezzo di contrasto e nel cambio del materiale di consumo			5			Buono	3,75
	4.3	Ingombro, trasportabilità e facilità di sanificazione			10			Ottimo	10
								<b>Tot</b>	<b>65,75</b>

Alle ore 10.15 si conclude la seduta della Commissione Giudicatrice.

Delle operazioni svolte si dà atto nel presente verbale che viene sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice.

Cuneo lì, 02/03/2022

Dr. Alberto TALENTI

*firmato in originale*

---

Sig.ra Daniela DIDINO

*firmato in originale*

---

Ing. Giorgio BOASSO

*firmato in originale*

---

Il segretario verbalizzante  
(Sig.ra Rosmara DANIELE)

*firmato in originale*