

S.S. Bandi di gara e contratti

Responsabile: Avv. Maura Acchiardi

Telefono: 0171/450663/251//254

Fax: 0171/1865271

E-mail: acquisti@aslcn1.it

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI NR. 4 INIETTORI ANGIOGRAFICI PER TC E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALLE SS.CC. RADIOLOGIA DELL'A.S.L. CN1 PER UN PERIODO DI 36 MESI – CIG 89072238F1

I° Verbale della Commissione Giudicatrice

Premesso che:

con Determinazione del Responsabile della S.S. Bandi di gara e contratti nr. 1457 del 04/10/2021 veniva indetta gara a procedura aperta per la fornitura in noleggio di nr. 4 iniettori angiografici per tc e relativo materiale di consumo occorrenti alle SS.CC. Radiologia dell'A.S.L. CN1 per un periodo di 36 mesi;

il giorno 15/12/2021 il seggio di gara ha proceduto all'apertura telematica della Documentazione Amministrativa e alla verifica della presenza e regolarità della documentazione richiesta, come da verbale id nr: 8218265;

con determinazione nr° 1914 del 24/12/2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i

il giorno 03/02/2022, la Commissione Giudicatrice e il seggio di gara procedevano, operando sulla piattaforma SINTEL, all'apertura della busta telematica contenente la Documentazione Tecnica, come da verbale ID Nr. 8374471 di pari data, agli atti d'ufficio;

Al termine, nella stessa data, la Commissione Giudicatrice nei locali della S.S Bandi di gara e contratti - ubicati in Cuneo – Via Carlo Boggio nr. 12, procedeva, in seduta riservata, con le valutazioni tecniche di competenza.

Sono presenti:

- ✓ Dr. Alberto TALENTI – Direttore S.C. Radiologia
- ✓ Sig.ra Daniela DIDINO – Infermiere S.C. Radiologia del P.O. di Mondovì
- ✓ Ing. Giorgio BOASSO – S.C. Servizio Tecnico - Settore Ingegneria Clinica

I componenti della Commissione concordano di individuare il dr. Alberto TALENTI quale Presidente.

La Sig.ra Rosmara Daniele – funzionario della S.S. Bandi di gara e contratti svolge le funzioni di segretario verbalizzante

Il presidente dichiara aperta la seduta.

Si prende atto che tutta la documentazione tecnica presentata dalle Ditte offerenti è stata messa a disposizione della Commissione Giudicatrice in una cartella informatizzata condivisa, con accesso riservato

ai componenti della Commissione Giudicatrice, a salvaguardia della riservatezza delle informazioni;

Hanno presentato offerta le Ditte di seguito indicate:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE
1639158413114	Emmedi Instruments Srl 12140440012
1639135495809	GUERBET 03841180106

Si dà atto che i punteggi qualitativi (70 punti) sono suddivisi in Punteggi tabellari (T), e punteggi discrezionali (D); si dà lettura degli stessi e delle relative modalità di attribuzione così come previste negli atti di gara:

INIETTORE ANGIOGRAFICO						
Criterio di valutazione	N	quesito/sottocriterio di valutazione	Valore limite ammesso per		D	Q T
Caratteristiche tecniche, costruttive, funzionali e qualità dei materiali	1.1	Consolle di comando (display, pannello di controllo)			5	
	1.2	Kit pluripaziente con durata 8h				1
	1.3	Kit pluripaziente con durata 12h				3
	1.4	Kit pluripaziente con durata 24h				6
	1.5	Presenza di secondo monitor sulla testata dell'iniettore che esegua le stesse operazioni del monitor principale				1
	1.6	Presenza della funzione di impostazione del limite pressorio				2
Assistenza tecnica	2.1	Modalità e tempistica fornitura apparecchio sostitutivo in caso di guasto			8	
	2.2	Organizzazione e modalità del servizio di manutenzione e assistenza tecnica Full Risk			4	
	2.3	Modello di report tecnico utilizzato per la manutenzione preventiva			2	
Formazione del personale	3.1	Organizzazione e modalità del servizio di formazione del personale			7	
	3.2	Rilascio di attestato formativo individuale per ogni partecipante				2
Caratteristiche di praticità (in seguito a prova pratica)	4.1	Ergonomia e modalità interfaccia, semplicità di utilizzo dell'iniettore e della consolle di comando			14	
	4.2	Facilità nel caricamento del mezzo di contrasto e nel cambio del materiale di consumo			5	
	4.3	Ingombro, trasportabilità e facilità di sanificazione			10	

Si prende atto altresì che il Disciplinare di Gara prevede una soglia minima di sbarramento pari al punteggio complessivo di 36 punti; il concorrente pertanto sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

La Commissione Giudicatrice dovendo programmare la visione e prova pratica degli iniettori offerti, concorda di richiedere alle Ditte partecipanti di consegnare gli stessi , corredati di tutto il materiale consumabile necessario, entro il mese di Febbraio c.a. prevedendo che gli stessi siano lasciati in loco a disposizione della Commissione Giudicatrice per almeno 1 giorno lavorativo.

La S.S. Bandi di gara e contratti provvederà pertanto all'inoltro di relativa comunicazione alle ditte offerenti da trasmettersi a mezzo PEC.

Il presente verbale viene affidato al Segretario per le operazioni di competenza e tenuto agli atti di questa struttura.

Alle ore 11.00 si conclude la seduta della Commissione Giudicatrice.

Delle operazioni svolte si dà atto nel presente verbale che viene sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice.

Cuneo, lì 03/02/2022

Dr. Alberto TALENTI

firmato in originale

Sig.ra Daniela DIDINO

firmato in originale

Ing. Giorgio BOASSO

firmato in originale

Il segretario verbalizzante
(Sig.ra Rosmara DANIELE)

firmato in originale