A.S.L.CN1

Sede legale ASL CN1
Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)
P.IVA 01128930045
T. 0171.450111 - F. 0171.1865270
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

ALLEGATO B

SCHEDA TECNICA

REQUISITI MINIMI ESSENZIALI RICHIESTI

LOTTO 1 - NR. 15 Elettrocardiografi portatili da destinare ai Distretti afferenti l'ASLCN1

➢ apparecchiatura nuova di fabbrica
➢ apparecchiatura di ultima generazione
➢ di facile uso, pulizia e disinfezione
➢ utilizzo: per la rilevazione di elettrocardiogrammi a domicilio
➢ di peso e dimensioni contenute e facilmente trasportabile
➢ dotato di idoneo trolley/borsa per il trasporto
➢ dotato di 10 elettrodi per esecuzione di esami a 12 derivazioni
➢ dotato di filtri per eliminazione del tremore muscolare ed interferenza di rete 50Hz
➢ interfaccia utente semplice ed in lingua italiana
➢ dotato di registratore termico integrato
➢ con valori di velocità carta selezionabili
➢ con valori di ampiezza di segnale selezionabili
➢ dotato di memoria interna per almeno 150 ECG
➢ possibilità di esportare facilmente tramite USB o altro cavo il tracciato ECG in un formato free (a titolo esemplificativo .pdf) od un formato proprietario il cui software di lettura sia però compreso nella quotazione con un numero di licenze gratuite illimitate
➢ dotato di batteria con almeno 2h di funzionamento
➢ dotato di software interpretativo
➢ immediatamente interfacciabile e funzionante con software denominato Netlife della ditta Tesi Group
➢ completo di accessori e materiali per il primo utilizzo

LOTTO 2 - NR. 10 Elettrocardiografi da destinare a reparti vari ospedalieri.

➢ apparecchiatura nuova di fabbrica
➢ apparecchiatura di ultima generazione
➢ di facile uso, pulizia e disinfezione
➢ utilizzo: per la rilevazione di elettrocardiogrammi in reparto
➢ dotato di 10 elettrodi per esecuzione di esami a 12 derivazioni
➢ dotato di filtri per eliminazione del tremore muscolare ed interferenza di rete 50Hz
➢ interfaccia utente semplice ed in lingua italiana
➢ dotato di registratore termico integrato con fogli in uscita di formato A4
➢ con almeno 3 valori di velocità carta selezionabili
➢ con almeno 3 valori di ampiezza di segnale selezionabili
➢ dotato di memoria interna per almeno 150 ECG
➢ possibilità di esportare facilmente tramite USB o altro cavo il tracciato ECG in un formato free (a titolo esemplificativo .pdf) od un formato proprietario il cui software di lettura sia però compreso nella quotazione con un numero di licenze gratuite illimitate
➢ dotato di batteria con almeno 2h di funzionamento
➢ dotato di software interpretativo
➢ dotato di carrello
➢ completo di accessori e materiali per il primo utilizzo