

OGGETTO: VALUTAZIONI IDONEITA' TECNICA data: LOTTO NR.	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER RESPIRAZIONE, UTILIZZATI IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE, PER LE NECESSITA' DELLE AZIENDE SANITARIE ASL CN1 E ASL CN2 PER UN PERIODO DI 36 MESI			
	1	CATETERI DI MOUNT FISSI E GIREVOLI		
		criteri di valutazione		
	Giudizio	D= punteggio discrezionale: Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)		
insufficiente	0			
sufficiente	0,25			
discreto	0,5			
buono	0,75			
ottimo	1			
OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE	PUNTEGGIO MAX ASSEGNABILE	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.		
REQUISITI DI VALUTAZIONE	D	coefficiente assegnato	punteggio	commento / motivazione
Tenuta e resistenza delle connessioni e tenuta delle termosaldature	15	1,00	15,00	ottimo
Tenuta dell'apertura per aspirazione e del tappo di chiusura	10	1,00	10,00	ottimo
Resistenza allo schiacciamento ed all'inginocchiamento	10	1,00	10,00	ottimo
Trasparenza	10	1,00	10,00	ottimo
Flessibilità	10	1,00	10,00	ottimo
Facilità di scorrimento del fibroscopio nell'apposito foro - esclusivamente per le voci 1 c) e 1 d)	10	0,50	5,00	discreto: scorrimento nell'apposito foro discreto
Resistenza del confezionamento e facilità di apertura	5	1,00	5,00	ottimo
	70,00		65,00	

OGGETTO: <

OGGETTO:	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER RESPIRAZIONE, UTILIZZATI IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE, PER LE NECESSITA' DELLE AZIENDE SANITARIE ASL CN1 E ASL CN2 PER UN PERIODO DI 36 MESI									
	VALUTAZIONI IDONEITA' TECNICA									
	data:									
	LOTTO NR.	3	CIRCUITI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON AMPOLLE RACCOGLI CONDENSA							
			criteri di valutazione							
Giudizio	D= punteggio discrezionale: Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)									
insufficiente	0									
sufficiente	0,25									
discreto	0,5									
buono	0,75									
ottimo	1									
OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE	PUNTEGGIO MAX ASSEGNABILE	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.R.L.			MEDTRONIC ITALIA S.P.A.			TELEFLEX MEDICAL S.R.L.		
REQUISITI DI VALUTAZIONE	D	coefficiente assegnato	punteggio	commento / motivazione	coefficiente assegnato	punteggio	commento / motivazione	coefficiente assegnato	punteggio	commento / motivazione
Tenuta e resistenza delle connessioni e tenuta delle termosaldature	15	1,00	15,00	ottimo	1,00	15,00	ottimo	1,00	15,00	ottimo
Praticità di raccordo di connessione al ventilatore	15	1,00	15,00	ottimo	1,00	15,00	ottimo	1,00	15,00	ottimo
Flessibilità	15	1,00	15,00	ottimo	1,00	15,00	ottimo	1,00	15,00	ottimo
Resistenza allo schiacciamento ed all'inginocchiamento	10	1,00	10,00	ottimo	1,00	10,00	ottimo	1,00	10,00	ottimo
Trasparenza	10	1,00	10,00	ottimo	0,75	7,50	buono: trasparenza lievemente ridotta	1,00	10,00	ottimo
Resistenza del confezionamento e facilità di apertura	5	1,00	5,00	ottimo	1,00	5,00	ottimo	1,00	5,00	ottimo
	70,00		70,00			67,50			70,00	

OGGETTO: <

OGGETTO:	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER RESPIRAZIONE, UTILIZZATI IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE, PER LE NECESSITA' DELLE AZIENDE SANITARIE ASL CN1 E ASL CN2 PER UN PERIODO DI 36 MESI																			
	VALUTAZIONI IDONEITA' TECNICA																			
	data:																			
	LOTTO NR.	6	DISPOSITIVI DI ASPIRAZIONE PER APPARATO RESPIRATORIO																	
			criteri di valutazione																	
	D= punteggio discrezionale: Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)																			
	insufficiente		0																	
	sufficiente		0,25																	
	discreto		0,5																	
	buono		0,75																	
ottimo		1																		
OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE		PUNTEGGIO MAX ASSEGNABILE	DEAS S.R.L.			INTERSURGICAL S.P.A.			MEDIVAL S.R.L.			DAHLHAUSEN ITALY S.R.L.			MEDTRONIC ITALIA S.P.A.			FLEXICARE S.R.L.		
REQUISITI DI VALUTAZIONE		D	coefficiente assegnato	punteggio	commento / motivazione	coefficiente assegnato	punteggio	commento / motivazione	coefficiente assegnato	punteggio	commento / motivazione	coefficiente assegnato	punteggio	commento / motivazione	coefficiente assegnato	punteggio	commento / motivazione	coefficiente assegnato	punteggio	commento / motivazione
Flessibilità del sondino		15	0,75	11,25	buono: flessibilità buona	1,00	15,00	ottimo	1,00	15,00	ottimo	1,00	15,00	ottimo	0,75	11,25	buono: flessibilità buona - si riscontra maggiore rigidità del sondino rispetto allo standard ottimale	1,00	15,00	ottimo
Praticità della valvola digitale di aspirazione		15	0,75	11,25	buono: praticità non ottimale del sistema di aspirazione discreto: assemblaggio di tenuta delle connessioni discreto (i componenti tendono a disassemblarsi)	1,00	15,00	ottimo	1,00	15,00	ottimo	0,75	11,25	buono: praticità non ottimale del sistema di aspirazione	0,75	11,25	buono: praticità buona - si riscontra lieve resistenza della valvola di apertura	0,75	11,25	buono: praticità buona - si riscontra lieve resistenza della valvola di apertura
Qualità delle connessioni		15	0,50	7,50	ottimo	1,00	15,00	ottimo	1,00	15,00	ottimo	1,00	15,00	ottimo	1,00	15,00	ottimo	1,00	15,00	ottimo
Tenuta della guaina		10	1,00	10,00	ottimo	1,00	10,00	ottimo	0,75	7,50	buono: accumulo di aria nella guaina post aspirazione	0,75	7,50	buono: accumulo di aria nella guaina post aspirazione	0,75	7,50	buono: accumulo di aria nella guaina post aspirazione	1,00	10,00	ottimo
Praticità del sistema di lavaggio		10	0,75	7,50	buono: il tubicino di raccordo risulta poco maneggevole a causa della lunchezza	1,00	10,00	ottimo	1,00	10,00	ottimo	1,00	10,00	ottimo	1,00	10,00	ottimo	0,75	7,50	buono: il tubicino di raccordo risulta poco maneggevole a causa della lunchezza
Resistenza del confezionamento e facilità di apertura		5	1,00	5,00	ottimo	1,00	5,00	ottimo	1,00	5,00	ottimo	1,00	5,00	ottimo	1,00	5,00	ottimo	1,00	5,00	ottimo
		70,00		52,50				70,00				67,50				63,75				63,75

OGGETTO: VALUTAZIONI IDONEITA' TECNICA data: LOTTO NR. 8 Giudizio	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER RESPIRAZIONE, UTILIZZATI IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE, PER LE NECESSITA' DELLE AZIENDE SANITARIE ASL CN1 E ASL CN2 PER UN PERIODO DI 36 MESI																		
	PALLONI RIANIMATORI AUTOESPANDIBILI TIPO AMBU																		
	criteri di valutazione																		
	D= punteggio discrezionale: Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)																		
	0																		
	0,25																		
	0,5																		
	0,75																		
	1																		
OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE	PUNTEGGIO MAX ASSEGNABILE	AMBU S.R.L.			INTERSURGICAL S.P.A.			BENEFIS S.R.L.			MEDIVAL S.R.L.			AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM S.R.L.			FLEXICARE S.R.L.		
REQUISITI DI VALUTAZIONE	D	coefficiente assegnato	punteggio	commento / motivazione	coefficiente assegnato	punteggio	commento / motivazione	coefficiente assegnato	punteggio	commento / motivazione	coefficiente assegnato	punteggio	commento / motivazione	coefficiente assegnato	punteggio	commento / motivazione	coefficiente assegnato	punteggio	commento / motivazione
Capacità di auto-espansione dopo la compressione	20	1,00	20,00	ottimo	0,50	10,00	discreto: discreta capacità di autoespansione	1,00	20,00	ottimo	1,00	20,00	ottimo	1,00	20,00	ottimo	0,50	10,00	discreto: discreta capacità di autoespansione
Bassa resistenza allo schiacciamento	20	1,00	20,00	ottimo	0,50	10,00	discreto: eccessiva bassa resistenza	1,00	20,00	ottimo	1,00	20,00	ottimo	1,00	20,00	ottimo	0,50	10,00	discreto: eccessiva bassa resistenza
Tenuta della valvola monodirezionale	15	1,00	15,00	ottimo	1,00	15,00	ottimo	1,00	15,00	ottimo	1,00	15,00	ottimo	1,00	15,00	ottimo	1,00	15,00	ottimo
Tenuta e resistenza delle connessioni	10	1,00	10,00	ottimo	1,00	10,00	ottimo	1,00	10,00	ottimo	1,00	10,00	ottimo	1,00	10,00	ottimo	1,00	10,00	ottimo
Tenuta del limitatore di pressione eccessiva (voce b e c)	5	1,00	5,00	ottimo	1,00	5,00	ottimo	1,00	5,00	ottimo	1,00	5,00	ottimo	1,00	5,00	ottimo	1,00	5,00	ottimo
	70,00		70,00			50,00			70,00			70,00			70,00			50,00	

OGGETTO: VALUTAZIONI IDONEITA' TECNICA data: LOTTO NR. Giudizio	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER RESPIRAZIONE, UTILIZZATI IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE, PER LE NECESSITA' DELLE AZIENDE SANITARIE ASL CN1 E ASL CN2 PER UN PERIODO DI 36 MESI									
	9	UNITÀ RESPIRATORIE MANUALI, SISTEMI DI VENTILAZIONE MANUALE TIPO VA E VIENI								
		criteri di valutazione								
	D= punteggio discrezionale: Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)									
	0									
	0,25									
	0,5									
0,75										
1										
OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE	PUNTEGGIO MAX ASSEGNABILE	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.			MEDTRONIC ITALIA S.P.A.			FLEXICARE S.R.L.		
REQUISITI DI VALUTAZIONE	D	coefficiente assegnato	punteggio	commento / motivazione	coefficiente assegnato	punteggio	commento / motivazione	coefficiente assegnato	punteggio	commento / motivazione
Qualità della valvola sovra-pressione: robustezza e precisione	30	0,50	15,00	discreto: le dimensioni della valvola ne riducono la precisione	1,00	30,00	ottimo	0,50	15,00	discreto: le dimensioni della valvola ne riducono la precisione
Qualità del pallone: resistenza ed elasticità	20	1,00	20,00	ottimo	1,00	20,00	ottimo	1,00	20,00	ottimo
Tenuta dei raccordi: elasticità e robustezza	20	1,00	20,00	ottimo	1,00	20,00	ottimo	0,50	10,00	discreto: il tubo corrugato è facilmente comprimibile
	70,00		55,00			70,00			45,00	