

S.S. Acquisti

Responsabile: Avv. Maura Acchiardi

Telefono: 0171/450663/251//254

E-mail: acquisti@aslcn1.it

FORNITURA IN SERVICE DI LAVAENDOSCOPI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE AI SERVIZI DI ENDOSCOPIA AFFERENTI ALL'ASLCN1 PER UN PERIODO DI SETTE ANNI

II° Verbale della Commissione Giudicatrice

Si prende atto della nota id.123996 del 05/10/2022 con cui si comunica l'impossibilità del sig. Giovanni Ravotti di proseguire l'incarico e pertanto si ravvisava la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Con nota 123996 del 05/10/2022, depositata agli atti della S.S Acquisti, il Direttore Sanitario dell'ASLCN1 individuava il Dr. Corrado Genovesi quale membro della Commissione in sostituzione del sig. Giovanni Ravotti e con determinazione nr. 1887 del 10/10/2022 veniva definita la nuova composizione della suddetta Commissione come di seguito indicato:

- ✓ Sig.ra Luciana GHIGLIA – Coordinatore S.S. PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO CORRELATO ASSISTENZA
- ✓ Dr. Corrado GENOVESI – Responsabile S.S. ENDOSCOPIA DIGESTIVA MONDOVI
- ✓ P.I Maurizio GELLI – S.C. Servizio Tecnico - Settore Ingegneria Clinica

Il giorno 04 Novembre 2022 alle ore 9,30 nei locali della S.C. Acquisti dell'A.S.L. CN1, siti in Cuneo, Via Carlo Boggio nr. 12, si è riunita la Commissione Giudicatrice per procedere alla valutazione delle offerte tecniche della gara per la fornitura in service di Lavaendoscopi e relativo materiale di consumo da destinare ai servizi di Endoscopia afferenti all'ASLCN1.

Sono presenti:

- ✓ Sig.ra Luciana GHIGLIA – Coordinatore S.S. PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO CORRELATO ASSISTENZA
- ✓ Dr. Corrado GENOVESI – Responsabile S.S. ENDOSCOPIA DIGESTIVA MONDOVI
- ✓ P.I Maurizio GELLI – S.C. Servizio Tecnico - Settore Ingegneria Clinica

La Sig.ra Rosmara Daniele – funzionario della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi svolge le funzioni di segretario verbalizzante

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si prende atto del verbale della precedente seduta della Commissione Giudicatrice in data 01 Settembre c.a.

A seguito di ulteriore confronto e sulla base dei criteri previsti dal Disciplinare di Gara, procedono collegialmente con l'attribuzione dei relativi punteggi.

La Commissione procede con l'attribuzione:

- dei punteggi TABELLARI, (punteggi predefiniti che sono attribuiti o no in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto);
- dei coefficienti QUANTITATIVI per i quali il punteggio è attribuito mediante applicazione di una formula matematica così come indicata nel Disciplinare
- dei punteggi DISCREZIONALI, il relativo coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice. Si prende atto delle disposizioni del Disciplinare di Gara secondo cui, a ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio discrezionale, la Commissione Giudicatrice dovrà attribuire collegialmente, a ciascuna offerta un giudizio unico, sulla base dei giudizi di merito con relativo coefficiente, variabile tra zero e uno, come indicato nella tabella sottostante:

Giudizio	Coefficienti discrezionali
insufficiente	0,00
minimale	0,25
discreto	0,50
buono	0,75
ottimo	1,00

Le relative risultanze sono indicate nell'allegato al presente verbale.

Si procede quindi alla somma dei Punteggi DISCREZIONALI, QUANTITATIVI e TABELLARI determinando, per ciascuna Ditta offerente, i seguenti punteggi complessivi :

TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'

DITTA	PUNTEGGIO
STEELCO SPA	
BIOH FILTRAZIONE SRL	
NUOVA FARMEC S.r.l.	
CANTEL MEDICAL (ITALY)	
PENTAX Italia S.r.l.	

Alle ore 12.30 si conclude la seduta della Commissione Giudicatrice.

Delle operazioni svolte si dà atto nel presente verbale che viene sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice.


Cuneo li, 04/11/2022

[Handwritten signatures in blue ink]


P.I Maurizio GELLI




Sig.ra Luciana GHIGLIA



Dr.Corrado GENOVESI



Il segretario verbalizzante
(Sig.ra Rosmara DANIELE)



Criterio di valutazione	N	quesito/sottocriterio di valutazione	Valore limite ammesso per assegnazione coefficiente quantitativo		D	Q	T	BIOH		CANTEL		NUOVA FARMEC		PENTAX		STEELCO		NOTE
Caratteristiche Tecniche	1.1	Tempo ciclo standard (minuti)	≤	35		5		4,21	19	3,95	20	5,00	16	4,47	18	4,47	18	
	1.2	Consumo acqua a ciclo standard [litri a ciclo]	≤	il valore maggiore avrà punteggio 0		3		1,67	30	1,56	31	0,00	45	3,00	18	2,33	24	
	1.3	Presenza di ciclo di autodisinfezione					2	2,00	Si	2,00	Si	2,00	Si	2,00	Si	2,00	Si	In tutte le apparecchiature vi è la presenza di ciclo di autodisinfezione
	1.4	elenco programmi disponibili			2			2,00	L'apparecchiatura è dotata di nr. 11 programmi .Ottimo	1,00	L'apparecchiatura è dotata di nr. 5 programmi.Discreto	1,50	L'apparecchiatura è dotata di nr. 9 programmi.Buono	0,50	L'apparecchiatura è dotata di nr. 4 programmi.Minimale	1,00	L'apparecchiatura è dotata di nr. 6 programmi.Discreto	
	1.5	apertura vasca manuale con pedale				2		2,00	Si	2,00	Si	0,00		2,00	Si	0,00	No	Le apparecchiature offerte da Nuova Farmec e Steelco non dispongono di apertura vasca con pedale.
	1.6	Disinfettante: perossido di idrogeno				2		0,00	% perossido e % peracetico	0,00	% perossido e % peracetico	0,00	% perossido e % peracetico	0,00	No	0,00	% perossido e % peracetico	Si attribuiscono 0 punti a tutte le Ditte offerenti in quanto le apparecchiature utilizzano acido peracetico tal quale o in combinazione con percentuali di perossido di idrogeno. Nessuna utilizza solo perossido di idrogeno.
	1.7	Possibilità di effettuare la sterilizzazione per i broncoscopi e nasofaringoscopi				1		1,00	Si	1,00	Si	1,00	Si	1,00	Si	1,00	Si	Tutte le apparecchiature presentano il requisito indicato
	1.8	Caratteristiche del detergente			6			1,50	Può provocare reazioni allergiche (subtilisina) come segnalato nella scheda tecnica. Minimale	1,50	Può provocare reazioni allergiche (subtilisina) come segnalato nella scheda tecnica. Minimale	6,00	Ottimo	6,00	Ottimo	6,00	Ottimo	
	1.9	Caratteristiche del disinfettante			6			6,00	Ottimo	6,00	Ottimo	6,00	Ottimo	6,00	Ottimo	6,00	Ottimo	
	1.10	Procedure adottate per il lavaggio: esecuzione automatizzata cicli di lavaggio, produttività, facilità di utilizzo e programmazione/impostazione			5			5,00	Ottimo	5,00	Ottimo	5,00	Ottimo	5,00	Ottimo	5,00	Ottimo	Tutte le apparecchiature soddisfano pienamente le esigenze del Servizio



Página 2