

S.S. Bandi di gara e contratti

Responsabile: Avv. Maura Acchiardi

Telefono: 0171/450663/251//254

Fax: 0171/1865271

E-mail: acquisti@aslc1.it

FORNITURA IN SERVICE DI LAVAENDOSCOPI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE AI SERVIZI DI ENDOSCOPIA AFFERENTI ALL'ASLCN1 PER UN PERIODO DI SETTE ANNI.-

1° Verbale della Commissione Giudicatrice

Premesso che:

con Determinazione del Responsabile della S.S. Bandi di gara e contratti nr. 1049 del 31/05/2022 veniva indetta gara a procedura aperta per la fornitura in service di Lavanendoscopi e relativo materiale di consumo da destinare ai servizi di Endoscopia afferenti all'ASLCN1 per un periodo di sette anni;

entro il termine di presentazione delle offerte, previsto per il giorno 28/07/2022 alle ore 18:00, sono pervenute nr.6 offerte delle ditte di seguito elencate:

NUMERO PROTOCOLLO	FORNITORE	DATA
INFORMATICO		
1659022352908	STEELCO SPA 04311220265	giovedì 28 luglio 2022 17.32.32 CEST
1659018889811	BIOH FILTRAZIONE SRL 09505370966	giovedì 28 luglio 2022 16.34.49 CEST
1658994082714	NUOVA FARMEC S.r.l. 00133360081	giovedì 28 luglio 2022 9.41.22 CEST
1658991405551	OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE 10994940152	giovedì 28 luglio 2022 8.56.45 CEST
1658923891909	CANTEL MEDICAL (ITALY) 07869740584	mercoledì 27 luglio 2022 14.11.31 CEST
1658750583425	PENTAX Italia S.r.l. 11159150157	lunedì 25 luglio 2022 14.03.03 CEST

il giorno 02/08/2022 il seggio di gara ha proceduto all'apertura telematica della Documentazione Amministrativa e alla verifica della presenza e regolarità della documentazione richiesta, come da verbale id nr.96579 in pari data;

si è reso necessario richiedere regolarizzazione documentale alle ditte CANTEL MEDICAL ITALY e OLYMPUS ITALIA srl così come da verbale id nr° 99597 del 09/08/2022 nel quale si da atto del riscontro pervenuto da entrambe le Ditte;

26
18
11

con determinazione nr° 1525 del 08/08/2022 è stata nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i nelle persone di :

- ✓ P.I Maurizio Gelli – Referente Settore Ingegneria Clinica
- ✓ Sig.ra Luciana Ghiglia – Coordinatore S.S. Prevenzione Rischio Infettivo
- ✓ Sig. Giovanni RAVOTTI – S.S. Endoscopia Digestiva P.O. di Mondovì

il giorno 17/08/2022 il seggio di gara procedeva, operando sulla piattaforma SINTEL, all'apertura della busta telematica contenente la Documentazione Tecnica, come da verbale ID Nr. 102434 di pari data, agli atti d'ufficio;

In esito alla verifica della presenza della documentazione tecnica richiesta per la ditta Olympus non risulta presente il documento : "Copia del Protocollo e modello di report tecnico utilizzato per la convalida" la cui presentazione è prevista dal Disciplinare di Gara a pena di esclusione e pertanto la Ditta non viene ammessa al prosieguo della gara.

Alla stessa è stata trasmessa comunicazione di esclusione con nota prot . 103317 del 19/08/2022.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il giorno 01 Settembre alle ore 9.00 nei locali della S.S. Acquisti – sede di Savigliano , via Ospedali 14 , si è riunita la Commissione Giudicatrice per procedere alla valutazione delle offerte tecniche della gara per la fornitura in oggetto.

Sono presenti:

- ✓ P.I Maurizio Gelli – Referente Settore Ingegneria Clinica
- ✓ Sig.ra Luciana Ghiglia – Coordinatore S.S. Prevenzione Rischio Infettivo
- ✓ Sig. Giovanni RAVOTTI – S.S. Endoscopia Digestiva P.O. di Mondovì

I componenti della Commissione concordano di individuare il sig. Maurizio Gelli quale Presidente.

La Sig.ra Rosmara Daniele – funzionario della S.S. Acquisti svolge le funzioni di segretario verbalizzante

Il presidente dichiara aperta la seduta.

Si prende atto che tutta la documentazione tecnica presentata dalle Ditte offerenti è stata messa a disposizione della Commissione Giudicatrice in una cartella informatizzata condivisa, con accesso riservato ai componenti della Commissione stessa, a salvaguardia della riservatezza delle informazioni;

Si dà atto che i punteggi qualitativi (70 punti) sono suddivisi in Punteggi tabellari (T), e punteggi discrezionali (D); si dà lettura degli stessi e delle relative modalità di attribuzione così come previste negli atti di gara:

[Handwritten signatures in blue ink]

LAVAENDOSCOPI per Presidi Ospedalieri dell'ASL CN1

Criterio di valutazione	N	quesito/sottocriterio di valutazione	Valore limite ammesso per assegnazione coefficiente quantitativo	D	Q	T
Caratteristiche Tecniche	1.1	Tempo ciclo standard (minuti)	≤ 35		5	
	1.2	Consumo acqua a ciclo standard [litri a ciclo]	≤ il valore maggiore avrà punteggio 0		3	
	1.3	Presenza di ciclo di autodisinfezione				2
	1.4	Elenco programmi disponibili		2		
	1.5	Apertura vasca manuale con pedale				2
	1.6	Disinfettante: perossido di idrogeno				2
	1.7	Possibilità di effettuare la sterilizzazione per i broncoscopi e nasofaringoscopi				1
	1.8	Caratteristiche del detergente		6		
	1.9	Caratteristiche del disinfettante		6		
	1.10	Procedure adottate per il lavaggio: esecuzione automatizzata cicli di lavaggio, produttività, facilità di utilizzo e programmazione/impostazione		5		
	1.11	Sistemi di controllo: caratteristiche ciclo autosanificazione, caratteristiche sistemi di controllo e segnalazione anomalie di funzionamento, allarmi visivi e acustici		5		
	1.12	Caratteristiche sistema di tracciabilità del ciclo della lavaendoscopi (stampa del ciclo)		3		
	1.13	Possibilità di implementazione futura con software di gestione/tracciabilità				2
	1.14	Ergonomia, dimensioni, facilità di accesso al piano di lavoro, facilità/comodità di posizionamento degli endoscopi		5		
	1.15	Interfacciamento con Armadio sterile per endoscopi mod. ED 250-3 Steelco				2
Assistenza Tecnica	2.1	Tempo di intervento garantito dalla chiamata (in ore lavorative) (limite massimo)	≤ 8		4	
	2.2	Protocollo e modello di report tecnico utilizzato per la convalida		3		
	2.3	Modello di report tecnico utilizzato per la manutenzione		2		
Formazione	3.1	Formazione del personale sanitario				5
	3.2	Formazione del personale tecnico				2

	3.4	Attività di formazione proposta (durata del corso di formazione, affiancamento del formatore al primo avvio di utilizzo, disponibilità a successivo aggiornamento formativo)			3		
--	-----	--	--	--	---	--	--

Si prende atto altresì che il Disciplinare di Gara prevede una soglia minima di sbarramento pari al punteggio complessivo di 36 punti; il concorrente pertanto sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Il presente verbale viene affidato al Segretario per le operazioni di competenza e tenuto agli atti di questa struttura.

Alle ore 10.30 si conclude la seduta della Commissione Giudicatrice.




Delle operazioni svolte si dà atto nel presente verbale che viene sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice.

Cuneo, lì 01/09/2022

P.I. Maurizio GELLI

Sig.ra Luciana GHIGLIA

Sig. Giovanni RAVOTTI

Il segretario verbalizzante
(Sig.ra Rosmara DANIELE)

