

	Allegato B) Specifiche oggetto di valutazione	Ditta:	
	DESCRIZIONE	RISPONDENZA ALLE CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (indicare SI/NO - descrizione per ogni voce)	RIFERIMENTO - INDICARE DOCUMENTO E NUMERO DI PAGINA DI RIFERIMENTO
	Strumentazione automatica di Laboratorio per la semina di campioni biologici, preparazione vetrini per esame microscopico, arricchimento di brodi liquidi, per le necessità del Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Mondovì - ASL CN1 - Gara n. 8626512 - CIG N. 9300098BA5		
1	Strumentazione di piccole dimensioni, con ingombro ridotto, e minime esigenze di installazione;		
2	Caricamento, in continuo, dei campioni;		
3	Possibilità di etichettatura delle piastre, a scelta, sul fondo o sul bordo;		
4	Possibilità di mantenere lo stesso identificativo del campione primario (barcode ID campione) su tutti i prodotti della lavorazione (piastre, brodi, vetrini), al fine di assicurare la totale tracciabilità del processo analitico in ogni fase operativa;		
5	Presenza di un sistema vortex, prima della semina, con tempo di agitazione programmabile;		
6	Totale automazione delle fasi di preparazione del vetrino: modalità di striscio, etichettatura, essiccazione; descrivere puntualmente le modalità di ogni fase con riferimento alle pagine del manuale di uso;		Allegare relazione

7	Totale automazione per l'inoculo di brodi di arricchimento da campione primario: modalità inoculo ed etichettatura; descrivere puntualmente la modalità con riferimento alle pagine del manuale di uso;		Allegare relazione
8	Deposizione automatica di dischetti antibiotati per l'identificazione e test di suscettibilità;		
9	Modalità di gestione del campione non seminato; descrivere puntualmente le modalità di gestione del campione coinvolto in errori con riferimento alle pagine del manuale di uso;		Allegare relazione
10	Range del volume di inoculo per singola piastra (verrà valutato il range disponibile per l'inoculo delle singole piastre);		
11	Caratteristiche e numero dei moduli di espansione proposti; indicare puntualmente i moduli disponibili al momento della presentazione dell'offerta;		Allegare relazione
12	Cronoprogramma di installazione e modalità di gestione del transitorio; puntuale descrizione delle operazioni previste per la gestione del transitorio;		