

	<b>Allegato A) Specifiche tecniche obbligatorie (pena esclusione) - Gara n. 8626512 - CIG N. 9300098BA5</b>	<b>Ditta:</b>	
	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RISPONDE A LE CARATTERISTICHE DI MINIMA (indicare SI/NO per ogni singola voce)</b>	<b>RIFERIMENTO - INDICARE DOCUMENTO E NUMERO DI PAGINA DI RIFERIMENTO</b>
	<b>Strumentazione automatica di Laboratorio per la semina di campioni biologici, preparazione vetrini per esame microscopico, arricchimento di brodi liquidi, per le necessità del Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Mondovì - ASL CN1</b>		
1	Strumentazione di ultima generazione, certificata CE-IVD, nuova o ricondizionata, a nuovo;		
2	Lavorazione del campione in sicurezza;		
3	Ambiente per il trattamento del campione isolato;		
4	Utilizzo di filtri HEPA;		
5	Totale assenza di carry-over tra campioni;		
6	Strumentazione che assicuri l'inoculo e la semina di campioni biologici liquidi, o portati in fase liquida da contenitore primario, in completa automazione, con elevati standard di qualità di semina e riproducibilità;		
7	Apertura e chiusura, in completa esecuzione, dei contenitori primari sia con tappi a vite che a pressione;		
8	Etichettatura automatica dei prodotti secondari attraverso l'interfacciamento con il LIS del Laboratorio, per assicurare la completa tracciabilità del percorso analitico;		
9	Preparazione automatica del vetrino microbiologico;		
10	Arricchimento di brodi liquidi;		
11	Sistema di agitazione/miscelazione del campione prima della semina;		
12	Caricamento contemporaneo di almeno 8 (otto) tipologie di terreni;		
13	Produttività non inferiore a 150 piastre ora;		
14	Possibilità di espansione del sistema di semina con moduli aggiuntivi;		
15	Interfaccia bidirezionale con il LIS del Laboratorio Analisi (Dedalus Concerto), con fornitura di quanto necessario per la connessione (hardware e software) ove richiesto;		