

S.S. Acquisti
Responsabile: Avv. Maura Acchiardi
Telefono: 0171/450663
E-mail: acquisti@aslcn1.it

VERBALE N. 4

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI INFUSIONALI, SISTEMI PER NUTRIZIONE ENTERALE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 60 MESI.

L'anno 2023, nel giorno 19 del mese di Maggio, alle ore 10.00, in modalità telematica, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione 2157 del 18/11/2022, per la procedura di gara indetta con determinazione n. 1682 del 12/09/2022;

Si dà atto che sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice:

- Sig. Maurizio GELLI – Referente settore Ingegneria Clinica ASL CN1;
- Dott.ssa Marianna MONDINI – Dirigente Farmacista A.O. Santa Croce e Carle;
- Dott.ssa Silvia ROSANO – Direttore F.F. S.C. Farmacia Ospedaliera ASL CN1;

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa Erica Cosio - S.S. Acquisti dell'ASL CN1.

PREMESSO

- Richiamato il verbale della Commissione Giudicatrice n. 3 del 27 aprile 2023;
- Dato atto che, con nota n. 56754 del 02/05/2023, il RUP ha comunicato, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b), del d. lgs. 50/2016, alla Ditta B. BRAUN MILANO S.p.A. che la Commissione Giudicatrice non ha ammesso alla fase di valutazione economica i prodotti offerti per il lotto n. 1, per le seguenti motivazioni: *"Offerta non conforme al requisito essenziale al requisito essenziale previsto per la pompa infusoriale a siringa tipo TIVA, di cui alla voce b), lettera d): "Flusso orario programmabile con range minimo compreso tra 0,1 e 1.200ml/h, con incrementi minimi di 0,1ml/h", in quanto il valore massimo offerto è pari a 999,99 ml/h"*;
- con nota n. 59551 del 09/05/2023, la ditta B. BRAUN MILANO S.p.A. ha formulato richiesta di riammissione alla procedura di gara;
- Rilevato che, alla luce di quanto sopra, il RUP ha disposto la riconvocazione della Commissione Giudicatrice per le valutazioni e le conseguenti determinazioni di

competenza;

TUTTO CIO' PREMESSO

La Commissione Giudicatrice, nella predetta composizione, constatata la regolarità della propria costituzione e la presenza di tutti i suoi componenti, preso atto di quanto riportato in premessa, procede ad esaminare i rilievi formulati dalla Ditta B.Braun, la quale ha rappresentato quanto segue:

"si richiede l'immediata riammissione alla valutazione tecnica, nonché la riammissione alle successive fasi procedurali di gara, in quanto, come espressamente riportato a pag.3 di 9 della scheda tecnica prodotta in sede di partecipazione ed a pagina 12 della brochure anch'essa allegata, si desume, che il sistema da Noi offerto, rispetta pienamente il requisito essenziale richiesto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di cui alla voce b), lettera d), come da estratto delle medesime da Noi redatto:

Range di Velocità bolo	1 - 1800 ml/h (max velocità variabile in funzione della dimensione della siringa)
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Velocità bolo

1 - 1800 ml/h

Sul punto si rappresenta che in nessuna parte del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale veniva precisato che il Flusso orario programmabile con range minimo compreso tra 0,1 e 1.200ml/h non potesse essere raggiunto mediante l'attivazione della funzione del Bolo.

Giova ricordare, l'importanza di definire sia sotto il profilo strettamente formale sia sotto quello sostanziale nel bando di gara e/o nella Lettera di invito, tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto di gara.

In conclusione, sotto il profilo formale la mancata specificazione di quanto sopra risulta in contrasto con i principi generali di trasparenza e correttezza fissati dal codice degli Appalti in relazione alle esigenze di soddisfare il pieno rispetto del principio della parità di trattamento.

Per le ragioni suesposte, Vi chiediamo cortesemente di rivedere le valutazioni tecniche da Voi effettuate e di riammettere la scrivente B.BRAUN alle successive fasi procedurali di gara disponendo altresì, nelle more della definizione di quanto suesposto, la sospensione della seduta di apertura delle offerte economiche prevista per il giorno 11.05.2023, con inizio delle operazioni alle ore 9.30 mediante piattaforma Sintel, in modo da non alterare il del principio di segretezza delle offerte, con pregiudizio irrimediabile per B. Braun ed anche per l'interesse pubblico sotteso alla gara".

La Commissione Giudicatrice, preso atto di quanto rappresentato, esprime al riguardo le seguenti considerazioni:

- la caratteristica minima essenziale: "flusso orario programmabile con range minimo compreso tra 0,1 e 1.200 ml/h, con incrementi minimi di 0,1 ml/h" è stata

espressamente dichiarata dalla Ditta B.Braun nel Questionario Tecnico con range di velocità in infusione continua 0,01 - 999,9 ml/h; pertanto non rispondente, senza alcuna indicazione di ulteriori precisazioni circa il raggiungimento del valore massimo in particolari impostazioni, anche occasionali, quali il bolo, nel corso del funzionamento ordinario della pompa a siringa;

- il flusso orario programmabile in funzione di bolo non era richiesto nelle caratteristiche minime, in quanto considerato funzione specifica e secondaria della pompa a siringa; tra l'altro tale valore (1 - 1800 ml/h), oltre che limitante nella quantità di volume fino a 50ml, nel caso di utilizzo di siringhe da 60ml, non rispetterebbe il limite minimo essenziale di 0,1;
- il flusso orario programmabile (da - a) (in ml/h) rappresenta dato significativo, tipico e principale della pompa a siringa; tale evidenza si riscontra anche nella documentazione tecnica presentata, in particolare sia nella scheda tecnica, sia nella brochure, alle rispettive voci "range di velocità in infusione continua" e "velocità di infusione" sono riportati i valori di range 0,01 - 999,9 ml/h; i dati relativi alla velocità di bolo sono separati; pertanto si confermano le valutazioni precedenti.

La Commissione ritiene pertanto congrua la valutazione di non conformità dei prodotti di cui all'offerta tecnica della ditta B.Braun, come da verbale n. 3 del 27/04/2023.

Il presente verbale viene affidato al Segretario e tenuto agli atti di questa struttura.

Alle ore 10.40 il collegamento da remoto viene concluso; delle operazioni si dà atto nel presente verbale, che viene affidato al Segretario per le operazioni di competenza e tenuto agli atti della S.S. Acquisti.

Letto, confermato, sottoscritto.
Cuneo lì, 19/05/2023

La Commissione Giudicatrice

Sig. Maurizio Gelli f.to in originale

Dr.ssa Marianna Mondini f.to in originale

Dr.ssa Silvia Rosano f.to in originale

Segretario verbalizzante

Dott.ssa Erica Cosio f.to in originale