

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI INFUSIONALI, SISTEMI PER NUTRIZIONE ENTERALE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEI PRESIDII DELL'ASL CN1 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 60 MESI.

LOTTO N. 1 SISTEMI PER INFUSIONE e materiale di consumo dedicato

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Distinto	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

Valutazione offerta ditta Gadomed srl

CRITERI DI VALUTAZIONE	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	GIUDIZIO	PUNTI
Pompe volumetriche	Dimensione del display (pollici)	Quantitativo (se >= 3,5)	Valore offerto: 3,5 pollici	0
	Alimentatore/trasformatore interno alle pompe in modo da consentire l'utilizzo di cavi non dedicati	Tabellare (6 p.ti)	Requisito presente	6
	Durata della batteria (min)	Quantitativo (se >= 60)	Valore offerto: 660 minuti	3
	Lunghezza utile del deflussore (cm) ovvero la lunghezza dall'uscita della pompa alla parte terminale collegata al paziente	Quantitativo (se >= 150)	Lunghezza utile misurata in sede di prova: 168 cm	2
Pompe siringa	Dimensione del display (pollici)	Quantitativo (se >= 3,5)	Valore offerto: 3,5 pollici	0
	Alimentatore/trasformatore interno alle pompe in modo da consentire l'utilizzo di cavi non dedicati	Tabellare (6 p.ti)	Requisito presente	6
	Durata della batteria (min)	Quantitativo (se >= 60)	Valore offerto: 660 minuti	2,72
	Sistemi di protezione dello stantuffo della siringa quando in estrazione	Discrezionale (max 2 punti)	Insufficiente, sistema di protezione assente	0
Sistemi di impilaggio	Numero di alloggiamenti massimo	Quantitativo (se >= 8)	Valore offerto: 12 alloggiamenti	6
	Sistema con allarmi remotizzabili in eventuale centrale dedicata	Tabellare (3 p.ti)	Requisito presente	3
Prova pratica del sistema completo	Maneggevolezza, praticità, semplicità di utilizzo, impostazioni possibili ed eventuali criticità emerse a seguito di prova pratica	Discrezionale (max 25 punti)	Buono: Software altamente intuitivo, con codice colore. Schermo a colori. Sistema a movimentazione difficoltosa per assenza di maniglia integrata per il trasporto e sistema di aggancio a letto/barella non integrato, ma fornito separatamente. Sistema a funzionamento completamente automatico, che in situazioni di urgenza può risultare meno rapido rispetto a un sistema manuale	15
Assistenza tecnica	Organizzazione e modalità del servizio di manutenzione e assistenza tecnica, modalità e tempistica fornitura apparecchio sostitutivo in caso di guasto	Discrezionale (max 5 punti)	Distinto, proposto intervento in loco entro due ore dalla segnalazione	4

TOTALE 47,72

La commissione giudicatrice:

- Sig. Maurizio Gelli - f.to in originale
- Dr.ssa Marianna Mondini - f.to in originale
- Dr.ssa Silvia Rosano - f.to in originale

Segretario verbalizzante
Dott.ssa Erica Cosio - f.to in originale