

---

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SS ACQUISTI**

**0001508 del 25/07/2023**

**OGGETTO:** FORNITURA DI Elettrodi monouso per ECG per le necessità dei presidi ospedalieri dell'ASL CN1 – AFFIDAMENTO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL ALLE DITTE AMBU SRL DI AGRATE BRIANZA (MB) E FIAB SPA DI VICCHIO (FI), PER UN PERIODO DI 12 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 89.282,04 IVA COMPRESA (22%). GARA N. 8862153 - CIG VARI

### **IL RESPONSABILE SS ACQUISTI**

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con nota prot. n. 92102 del 22/07/2022;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuata la Dott.ssa Roberta Garis quale responsabile del procedimento;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

richiamata la deliberazione n. 112 del 13/03/2023 "Deleghe funzioni di gestione ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 331 del 06/10/2022. Riattribuzione deleghe." – Allegato 1 Capo 1.4 N. 1;

Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., applicabile *ratione temporis* alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento;

Richiamato altresì l'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76 del 16.07.2020, convertito dalla Legge nr. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108;

Vista la nota in data 19.09.2022, agli atti della scrivente, con la quale la S.S. Esecuzione-controllo Contratti e Logistica dell'ASL CN1, ha richiesto la fornitura di elettrodi monouso per ECG, quantificandone i relativi fabbisogni;

Richiamato il D.P.C.M. 11/07/2018 "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 nr. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, nr. 89 ....." e dato atto che i prodotti oggetto del presente provvedimento non rientrano nelle relative categorie merceologiche;

Rilevato che sono state consultate le convenzioni CONSIP e SCR PIEMONTE S.p.A., ai sensi dell'art. 1-4° comma del D.L. n.168 del 12/07/2004 - convertito in legge 30/07/2004 n.191 - ma che i prodotti di cui all'oggetto non rientrano, per tipologia, specifiche tecniche e caratteristiche richieste dagli utilizzatori, nei prodotti proposti in convenzione attiva;

Dato atto che in data 18.11.2022, sul sito dell'A.S.L. CN1, è stato pubblicato l'Avviso Prot. Nr. 0145628 finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse da parte degli Operatori Economici del settore per la partecipazione alla procedura negoziata, da gestire per via elettronica tramite la piattaforma E-Procurement Sintel, per l'affidamento della fornitura in argomento, come da documentazione agli atti della S.S. Acquisti;

Preso atto che entro il termine stabilito (06.12.2022) hanno dato riscontro all'avviso sopra citato le seguenti Ditte abilitate alla piattaforma E-Procurement Sintel:

	<b>DITTA</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>CAP</b>	<b>CITTA'</b>	<b>P.IVA/C.F.</b>
1	ALEA SAS	Strada Genova, 299	10024	Moncalieri (TO)	05067060011
2	AMBU SRL	Via Paracelso, 20	20864	Agrate Brianza (MB)	11160660152
3	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	Via Ostiense, 131/L	00133	Roma	09158150962
4	CERACARTA SPA	Via Secondo Casadei, 14	47122	Forlì (FC)	00136740404

5	DAHLHAUSEN ITALY SRL	Via San Leonardo, 120	84131	traversa Migliaro (SA)	02274950654
6	EB NEURO SPA	Via Pietro Fanfani, 97/a	50127	Firenze (FI)	04888840487 / 01772220065
7	FIAB SPA	Via Costoli, 4	50039	Vicchio (FI)	01835220482
8	GRIGNOLA ANTONIO SRL	C.so Galileo Ferraris, 261	10134	Torino (TO)	00845060011
9	ID&CO SRL	Via Lombardia, 10/D	20098	San Giuliano Milanese (MI)	09018810151
10	MDS SRL	Strada del Drosso, 49	10135	Torino (TO)	11874060012
11	MULTI SERVICE SRLS	Via Giovanni XXIII	24060	Carobbio degli Angeli (BG)	04059530164

Tenuto conto che, sulla base di quanto sopra emerso, con lettera prot. Nr. 0162313 del 27.12.2022 è stata pubblicata, utilizzando la piattaforma E-Procurement Sintel, una procedura negoziata (ID N. 163407046 del 27.12.2022), suddivisa in nr. 7 lotti, invitando le ditte sopra indicate a presentare offerta, per l'affidamento della fornitura di elettrodi monouso per ECG, per un periodo di 12 mesi;

Accertato che, entro il termine previsto (30.01.2023) hanno presentato offerta, per i Lotti di seguito specificati, le Ditte:

**Lotto n. 1** - Elettrodi monouso per esecuzione ECG per monitoraggio a breve durata (inferiore a 24 ore) con innesto a bottone

- Ambu Srl
- Fiab Spa
- Ceracarta Spa
- ID&CO Srl
- Alea Sas
- Cardinal Health Italy 509 Srl

**Lotto n. 2** - Elettrodi monouso per esecuzione ECG per monitoraggio a breve durata (inferiore a 24 ore) con innesto a banana (4mm)

- Fiab Spa
- Alea Sas
- Ceracarta Spa
- ID&CO Srl
- Ambu Srl

**Lotto n. 3** - Elettrodi monouso per ECG con innesto a bottone ad alta prestazione per monitoraggio prestazioni diagnostiche (prove da sforzo e holter 24/48 ore)

- Ambu Srl

- 
- Ceracarta Spa
  - Fiab Spa

**Lotto n. 4** - Elettrodi monouso per ECG con innesto a bottone (tipo red dot) ad alta prestazione per monitoraggio a lunga durata (superiore a 24 ore)

- Fiab Spa
- Ceracarta Spa
- ID&CO Srl
- Alea Sas
- Ambu Srl

**Lotto n. 5** - Elettrodi monouso per ECG con innesto a bottone amagnetici e radiotrasparenti per monitoraggio (inferiore a 24 ore – per risonanza)

- Fiab Spa
- Ambu Srl
- Alea Sas

**Lotto n. 6** - Elettrodi monouso per ecg di dimensioni ridotte (16x19 mm circa) con innesto a cavetto, riposizionabili per applicazioni neonatali per monitoraggio a lunga durata (uguale/superiore a 24 ore)

- Ambu Srl

**Lotto n. 7** - Elettrodi monouso a bottone per monitoraggio a breve durata (inferiore a 24 ore) pazienti pediatriche di dimensioni ridotte (4 cm circa)

- Fiab Spa
- Ambu Srl

Preso atto che la lettera di invito prevede l'aggiudicazione separatamente, per singolo lotto, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenendo conto che il punteggio massimo pari a 100 viene ripartito in base ai seguenti parametri:

Qualità: Punti 70

Prezzo: Punti 30

Richiamata la determinazione n. 425 del 02.03.2023 di nomina della Commissione Giudicatrice incaricata alla valutazione tecnica delle offerte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Tenuto conto che in data 02.03.2023 si è provveduto all'apertura sulla piattaforma E-Procurement Sintel delle buste amministrative telematiche pervenute e alla verifica della completezza e correttezza documentale, conclusasi con esito positivo e ammissione di tutte le Ditte al proseguo di gara;

Dato atto che si è quindi provveduto all'apertura della documentazione tecnica telematica richiesta, come da verbale prot. 0028786 del 02.03.2023, agli atti della Struttura, e che la Commissione Giudicatrice ha successivamente esaminato la documentazione tecnica ed effettuato le prove sulla campionatura pervenuta;

Visti i verbali della Commissione Giudicatrice, agli atti della Struttura, e preso atto dei punteggi qualitativi attribuiti ai prodotti offerti, come di seguito sintetizzato:

<b>Lotto 1</b>	<b>Ditte</b>					
	<b>Alea</b>	<b>Ambu</b>	<b>Cardinal Health Italy 509</b>	<b>Ceracarta</b>	<b>ID&amp;CO</b>	<b>Fiab</b>
Qualità della traccia (p.ti max 25)	16	23	15	15	15	17
Adesività in condizioni difficili (sudorazione profusa – ipoperfusione – ipertricosi) (p.ti max 15)	9	14	9	9	9	10
Facilità di innesto e disinnesto del cavo (p.ti max 10)	7	10	7	7	5	7
Facilità di applicazione e rimozione (p.ti max 10)	7	9	5	4	5	7
Dimensione dell'elettrodo (p.ti max 5)	5	5	5	5	5	5
Basso residuo di collante/gel e tolleranza cutanea (p.ti max 5)	4	5	4	4	4	5
<b>PUNTEGGIO TOTALE:</b>	<b>48</b>	<b>66</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>51</b>

<b>Lotto 2</b>	<b>Ditte</b>				
	<b>Alea</b>	<b>Ambu</b>	<b>Ceracarta</b>	<b>ID&amp;CO</b>	<b>Fiab</b>
Qualità della traccia (p.ti max 25)	20	12	17	18	25
Adesività in condizioni difficili (sudorazione profusa – ipoperfusione – ipertricosi) (p.ti max 15)	8	11	9	9	13
Facilità di innesto e disinnesto del cavo (p.ti max 10)	8	2	8	8	10
Facilità di applicazione e rimozione (p.ti max 10)	7	9	5	5	7
Dimensione dell'elettrodo (p.ti max 5)	5	5	5	5	5
Basso residuo di	4	5	4	4	5

collante/gel e tolleranza cutanea (p.ti max 5)					
<b>PUNTEGGIO TOTALE:</b>	<b>52</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>65</b>

<b>Lotto 3</b>	<b>Ditte</b>		
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Ambu</b>	<b>Ceracarta</b>	<b>Fiab</b>
Qualità della traccia (p.ti max 25)	25	17	15
Adesività in condizioni difficili (sudorazione profusa – ipoperfusione – ipertricosi) (p.ti max 15)	15	10	8
Basso residuo di collante/gel e tolleranza cutanea (p.ti max 15)	15	12	10
Resistenza alla trazione tra cute ed elettrodo e tra supporto adesivo e bottone (p.ti max 15)	15	13	7
<b>PUNTEGGIO TOTALE:</b>	<b>70</b>	<b>52</b>	<b>40</b>

<b>Lotto 4</b>	<b>Ditte</b>				
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Alea</b>	<b>Ambu</b>	<b>Ceracarta</b>	<b>ID&amp;CO</b>	<b>Fiab</b>
Qualità della traccia (p.ti max 25)	17	18	20	20	23
Adesività in condizioni difficili (sudorazione profusa – ipoperfusione – ipertricosi) e facilità di applicazione e rimozione (p.ti max 15)	10	10	13	11	13
Tolleranza cutanea/traspirabilità (p.ti max 15)	11	9	13	13	13
Resistenza alla trazione tra cute ed elettrodo e tra supporto adesivo e bottone (p.ti max 15)	9	9	13	11	15
<b>PUNTEGGIO TOTALE:</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>59</b>	<b>55</b>	<b>64</b>

<b>Lotto 5</b>	<b>Ditte</b>		
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Alea</b>	<b>Ambu</b>	<b>Fiab</b>
Qualità della traccia (p.ti max 25)	10	15	23
Adesività in condizioni difficili (sudorazione profusa – ipoperfusione – ipertricosi) (p.ti max 15)	8	8	13
Facilità di innesto e disinnesto del cavo (p.ti max 10)	7	7	10
Facilità di applicazione e rimozione (p.ti max 10)	9	9	9
Dimensione dell'elettrodo (p.ti max 5)	2	5	5
Basso residuo di collante/gel e tolleranza cutanea (p.ti max 5)	5	5	5
<b>PUNTEGGIO TOTALE:</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>65</b>

<b>Lotto 6</b>	<b>Ditta</b>
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Ambu</b>
Qualità della traccia (p.ti max 25)	20
Adesività in condizioni difficili (sudorazione profusa – ipoperfusione) (p.ti max 15)	10
Basso residuo di collante/gel e tolleranza cutanea (p.ti max 15)	15
Resistenza alla trazione tra cute ed elettrodo (p.ti max 15)	10
<b>PUNTEGGIO TOTALE:</b>	<b>55</b>

<b>Lotto 7</b>	<b>Ditte</b>	
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Ambu</b>	<b>Fiab</b>
Qualità della traccia (p.ti max 20)	20	20
Adesività in condizioni difficili (sudorazione profusa – ipoperfusione) (p.ti max 15)	15	15
Facilità di innesto e disinnesto del cavo (p.ti max 10)	10	6
Facilità di applicazione e rimozione (p.ti max 10)	10	10
Basso residuo di collante/gel e tolleranza cutanea (p.ti max 10)	8	8
Dimensione dell'elettrodo (p.ti max 5)	5	3
<b>PUNTEGGIO TOTALE:</b>	<b>68</b>	<b>62</b>

Dato atto che, come da verbale prot. 0087905 del 07.07.2023, agli atti della struttura, si è provveduto all'apertura, sulla piattaforma E-Procurement Sintel, delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e che, sulla base della sommatoria del punteggio tecnico assegnato dalla Commissione Giudicatrice e del punteggio economico, risulta, per ciascun lotto, la seguente graduatoria:

<b>Lotto 1:</b>				
<b>Ditte</b>	<b>Off. economica</b>	<b>Punti qualità</b>	<b>Punti prezzo</b>	<b>Punti Totali</b>
<b>Ambu</b>	<b>40.560,00 €</b>	<b>66,00</b>	<b>20,77</b>	<b>86,77</b>
FIAB	28.080,00 €	51,00	30,00	81,00
Ceracarta	28.704,00 €	44,00	29,35	73,35
ID&CO	29.640,00 €	43,00	28,42	71,42
Alea	39.000,00 €	48,00	21,60	69,60
Cardinal Health Italy	41.964,00 €	45,00	20,07	65,07

<b>Lotto 2:</b>				
<i>Ditte</i>	<i>Off. economica</i>	<i>Punti qualità</i>	<i>Punti prezzo</i>	<i>Punti Totali</i>
<b>FIAB</b>	<b>9.900,00 €</b>	<b>65,00</b>	<b>27,82</b>	<b>92,82</b>
Alea	9.720,00 €	52,00	28,33	80,33
Ceracarta	9.360,00 €	48,00	29,42	77,42
ID&CO	9.900,00 €	49,00	27,82	76,82
Ambu	9.180,00 €	44,00	30,00	74,00

<b>Lotto 3:</b>				
<i>Ditte</i>	<i>Off. economica</i>	<i>Punti qualità</i>	<i>Punti prezzo</i>	<i>Punti Totali</i>
<b>Ambu</b>	<b>13.200,00 €</b>	<b>70,00</b>	<b>25,45</b>	<b>95,45</b>
Ceracarta	11.520,00 €	52,00	29,17	81,17
FIAB	11.200,00 €	40,00	30,00	70

<b>Lotto 4:</b>				
<i>Ditte</i>	<i>Off. economica</i>	<i>Punti qualità</i>	<i>Punti prezzo</i>	<i>Punti Totali</i>
<b>FIAB</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>64,00</b>	<b>30,00</b>	<b>94,00</b>
Ceracarta	6.800,00 €	59,00	24,26	83,26
ID&CO	7.120,00 €	55,00	23,17	78,17
Alea	11.000,00 €	47,00	15,00	62,00
Ambu	17.000,00 €	46,00	9,70	55,70

<b>Lotto 5:</b>				
<i>Ditte</i>	<i>Off. economica</i>	<i>Punti qualità</i>	<i>Punti prezzo</i>	<i>Punti Totali</i>
<b>FIAB</b>	<b>150,00 €</b>	<b>65,00</b>	<b>30,00</b>	<b>95,00</b>
Ambu	460,00 €	49,00	9,78	58,78
Alea	300,00 €	41,00	15,00	56,00

<b>Lotto 6:</b>				
<b>Ditte</b>	<b>Off. economica</b>	<b>Punti qualità</b>	<b>Punti prezzo</b>	<b>Punti Totali</b>
<b>Ambu</b>	<b>3.750,00 €</b>	<b>55,00</b>	<b>30,00</b>	<b>85,00</b>

<b>Lotto 7:</b>				
<b>Ditte</b>	<b>Off. economica</b>	<b>Punti qualità</b>	<b>Punti prezzo</b>	<b>Punti Totali</b>
<b>FIAB</b>	<b>122,00 €</b>	<b>62,00</b>	<b>30,00</b>	<b>92,00</b>
Ambu	340,00 €	68,00	10,76	78,76

Preso atto che, ricorrendo in merito alle offerte delle ditte Ambu Srl (lotto n. 3) e Fiab Spa (lotti n. 2 – n. 4 – n. 5), risultate prime nelle graduatorie di ciascuno dei lotti indicati, l'ipotesi di cui all'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con note prot. nr. 0089087 e nr. 0089082 del 11.07.2023, agli atti, si è provveduto ad attivare il sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte;

Viste le note di riscontro trasmesse dalle ditte Ambu Srl (registrata al protocollo aziendale n. 0091253 del 17.07.2023) e Fiab Spa (registrata al protocollo aziendale n. 0089545 del 12.07.2023) e considerato che, a seguito dell'esame delle giustificazioni presentate, le offerte sono da ritenersi congrue come da verbale in data 17.07.2023, agli atti della Struttura;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all'affidamento della fornitura di elettrodi monouso per ECG, per un periodo di 12 mesi come segue:

- Ditta AMBU S.R.L. con sede legale in Agrate Brianza (BR) – 20864 - Via Paracelso, 20 P.IVA/C.F. 11160660152 – [ambusrl@legalmail.it](mailto:ambusrl@legalmail.it)

**LOTTO N. 1 – CIG 9559595B58** - Elettrodi monouso per esecuzione ecg per monitoraggio a breve durata (inferiore a 24 ore) con innesto a bottone

*Offerta n. SINTEL-LTA/MVO/2023/01/016 del 24.01.2023 – ID Sintel 1674645286367*

N. 780.000 pz

Codice prodotto: 4200

Unità di misura: pezzi

CND: C020501

N. Repertorio D.M.: 2262276

Importo unitario: 0,052 €

---

Importo Totale 40.560,00 €

**LOTTO N. 3** – **CIG 9559623276** - Elettrodi monouso per ecg con innesto a bottone ad alta prestazione per monitoraggio prestazioni diagnostiche (prove da sforzo e holter 24/48 ore)

Offerta n. SINTEL-LTA/MVO/2023/01/016 del 24.01.2023 – ID Sintel 1674656869212

N. 80.000 pz

Codice prodotto: SP-00-S/50

Unità di misura: pezzi

CND: C020501

N. Repertorio D.M.: 2259441

Importo unitario: 0,165 €

Importo Totale: 13.200,00 €

**LOTTO N. 6** – **CIG 9559720282** - Elettrodi monouso per ecg di dimensioni ridotte (16x19 mm circa) con innesto a cavetto, riposizionabili per applicazioni neonatali per monitoraggio a lunga durata (uguale/superiore a 24 ore)

Offerta n. SINTEL-LTA/MVO/2023/01/016 del 24.01.2023 – ID Sintel 1674657926754

N. 3.000 pz

Codice prodotto: BRS-50-K/12 – BRS-50-A/12

Unità di misura: pezzi

CND: C020501

N. Repertorio D.M.: 2259464

Importo unitario: 1,25 €

Importo Totale: 3.750,00 €

- Ditta FIAB S.P.A. con sede legale in Vicchio (FI) – 50039 – Via Costoli, 4 – P.IVA/C.F. 01835220482 – [ufficiogare@pec.fiab.it](mailto:ufficiogare@pec.fiab.it)

**LOTTO N. 2** – **CIG 9559612960** - Elettrodi monouso per esecuzione ecg per monitoraggio a breve durata (inferiore a 24 ore) con innesto a banana (4mm)

Offerta del 10.01.2023 – ID Sintel 167342333700

N. 180.000 pz

Codice prodotto: F9047/4F

Unità di misura: pezzi

CND: C020501

N. Repertorio D.M.: 2251902

Importo unitario: 0,055 €

Importo totale: 9.900,00 €

---

**LOTTO N. 4 – CIG 955964549D** - Elettrodi monouso per ecg con innesto a bottone (tipo red dot) ad alta prestazione per monitoraggio a lunga durata (superiore a 24 ore)

*Offerta del 10.01.2023 – ID Sintel 1673423733214*

N. 100.000 pz

Codice prodotto: F2080

Unità di misura: pezzi

CND: C020501

N. Repertorio D.M.: 2251933

Importo unitario: 0,055 €

Importo totale: 5.500,00 €

**LOTTO N. 5 – CIG 9559710A3F** - Elettrodi monouso per ecg con innesto a bottone amagnetici e radiotrasparenti per monitoraggio (inferiore a 24 ore – per risonanza)

*Offerta del 10.01.2023 – ID Sintel 1673423903662*

N. 2.000 pz

Codice prodotto: FF9069RM

Unità di misura: pezzo

CND: C020501

N. Repertorio D.M.: 2253584

Importo unitario: 0,075 €

Importo totale: 150,00 €

**LOTTO N. 7 – CIG 95597424A9** - Elettrodi monouso a bottone per monitoraggio a breve durata (inferiore a 24 ore) pazienti pediatriche di dimensioni ridotte (4 cm circa)

*Offerta del 10.01.2023 – ID Sintel 1673424131961*

N. 2.000 pz

Codice prodotto: F9060P

Unità di misura: pezzo

CND: C020501

N. Repertorio D.M.: 2251912

Importo unitario: 0,061 €

Importo totale: 122,00 €

Accertato che, in considerazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e della Deliberazione del Direttore Generale ASL CN1 n. 528/2013, inerente l'approvazione e introduzione nelle procedure di affidamento del patto di integrità, la ditta offerente ha sottoscritto ed allegato, all'offerta presentata, il predetto patto, agli atti della struttura competente;

---

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale nr. 417 del 09/12/2022 avente ad oggetto: “Adozione per l’anno 2023 dei Budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’ASL CN1”;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 09/01/2023 avente ad oggetto: “Deliberazione n. 417/2022 – programmazione annuale delle attività afferenti alla Macro Area di spesa DAM e prima assegnazione per le spese relative alle attività a rilevanza economica – anno 2023”;

Stabilito che le somme imputate ad anni successivi a quello in corso rientreranno nella programmazione della Macro Area afferente, nell’ambito delle disponibilità complessive assegnate al budget provvisorio degli esercizi futuri;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile della Macro Area DAM relativamente alla spesa oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il Funzionario delegato della S.S. Esecuzione-Controllo Contratti e Logistica dell’ASL CN1 (attualmente Sig.ra Sabrina Mondino) che sarà tenuta a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal DM 49/2018, inclusa l’attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su NFS);

Dato atto che nella fattispecie non sono state rilevate situazioni di incompatibilità con le imprese aggiudicatrici, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e ai seguenti rapporti:

- Rapporti di lavoro/professionali/finanziari in corso o riferibili ai tre anni precedenti;
- Rapporti contrattuali/negoziati in corso o riferibili ai due anni precedenti;

## **D E T E R M I N A**

Di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’affidamento della fornitura di elettrodi monouso per ECG nelle tipologie, quantità presunte e alle condizioni economiche dettagliatamente riportate in premessa, alle Ditte: Ambu S.r.l. con sede legale in Agrate Brianza (BR) – 20864 - Via Paracelso, 20 P.IVA/C.F. 11160660152 – [ambusrl@legalmail.it](mailto:ambusrl@legalmail.it) e Fiab S.p.a. con sede legale in Vicchio (FI) – 50039 – Via Costoli, 4 – P.IVA/C.F. 01835220482 – [ufficiogare@pec.fiab.it](mailto:ufficiogare@pec.fiab.it), per un periodo di 12 mesi;

Di dare atto che il costo complessivo presunto derivante dal presente provvedimento di Euro 73.182,00 IVA 22% esclusa (Euro 89.282,04 IVA 22% inclusa) sarà imputato nel seguente modo:

Anno competenza	Nome del budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA esclusa	Importo IVA inclusa
2023	DAM/ACQ	3.10.01.64	Dispositivi medici	30.492,50 €	37.200,85 €
2024	DAM/ACQ	3.10.01.64	Dispositivi medici	42.689,50 €	52.081,19 €

Di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Funzionario delegato della S.S. Esecuzione-Controllo Contratti e Logistica dell'ASL CN1 (attualmente Sig.ra Sabrina Mondino), che sarà tenuta a comunicare tempestivamente eventuali cause ostantive di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su NFS);

Di dare atto che la quota da accantonare ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., quantificata in base ai criteri stabiliti dal regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 88/2022, ammonta ad € 1.758,00 e che l'accantonamento verrà effettuato sul conto 3101634 del bilancio di competenza.

Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dell'esecuzione del Contratto e alla S.C. Logistica e Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri – Coordinamento Ordini per gli adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE SS ACQUISTI**

o suo sostituto

Avv. Maura ACCHIARDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.