

ALLEGATO B

SCHEDA TECNICA

REQUISITI MINIMI ESSENZIALI RICHIESTI

- Apparecchiatura nuova di fabbrica e di ultima generazione
- Dotato di idonea valigetta per il trasporto
- imbottita e resistente agli urti
- Dotato di display con interfaccia in lingua italiana semplice e immediata
- Con stampa integrata
- Utilizzo per analisi BIVA (BioImpedenza vettoriale) sull'intero corpo o su regioni specifiche
- Parametri misurati: impedenza, resistenza, reattanza, indice massa corporea, indice massa magra, indice massa grassa, stato di idratazione
- Con software per analisi dei dati
- Trasmissione dati paziente da analizzatore a PC tramite cavetto USB o similare
- Immediatamente interfacciabile e funzionante con software denominato Netlife della ditta Tesi Group
- Allarmi di sicurezza
- Utilizzo con sensore non invasivi
- Dotato di accessori e materiali per il primo utilizzo
- Dotato di batteria con autonomia di almeno 2/3 ore
- Funzionamento a rete e a batteria
- Con idoneo alimentatore / stazione di ricarica
- Peso e dimensioni contenute
- Tutte le eventuali parti, componenti ed accessori sterilizzabili, appartenenti all'apparecchiatura sono sterilizzabili mediante sterilizzatori a vapore e/o sterilizzatori a gas plasma
- Apparecchiatura con tutte le sue parti, componenti ed accessori privi di lattice (latex free)
- Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 o a sue disposizioni transitorie
- Conforme a tutte le normativa vigenti a cui fa riferimento