A.S.L. CN1

Sede legale ASL CN1
Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)
P.IVA 01128930045
T. 0171.450111
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

S.S. Acquisti
Responsabile: Avv. Maura Acchiardi
Telefono: 0171/450663

PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA SINTEL PER L'ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA ANALITICO PER L'ESECUZIONE DI TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE NAT PER LA RICERCA DI HCV-HIV-HBV E WNV FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE IN SINGOLO DI UNITÀ DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI, PER LE NECESSITA' DELLA S.S. MEDICINA TRASFUSIONALE ASL CN1, PER UN PERIODO DI 36 MESI – GARA N. 8988590 – CIG N. 97018056C1.

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Premesso che:

- con Determinazione n. 467 del 09.03.2023, veniva indetta gara a procedura aperta per la fornitura in service di sistema analitico per l'esecuzione di test di biologia molecolare NAT per la ricerca di HCV-HIV-HBV e WNV finalizzata alla validazione in singolo di unità di sangue ed emocomponenti, per le necessità della S.S. Medicina Trasfusionale dell'ASL CN1, per un periodo di 36 mesi;
- entro il termine per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 16.00 del giorno 04.05.2023 è pervenuta l'offerta della ditta di seguito indicata:

Prot. / Id. Doc. Sintel	Data	Ditta	Stato offerta
1683129643818	03.05.2023	GRIFOLS ITALIA S.p.A. (P.IVA 01262580507)	Valida

- il giorno 05.05.2023 il seggio di gara ha proceduto all'apertura telematica della Documentazione Amministrativa e alla verifica della presenza e regolarità della documentazione richiesta, come da verbale prot. 0058492 di pari data, pubblicato sul portale telematico SINTEL e sul portale ASL CN1;
- con determinazione n.1050 del 26.05.2023 è stata nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle persone di:

  - ✓ Dott.ssa Tavera Silvia – Dirigente Medico Responsabile S.S. Medicina Trasfusionale ASL CN1;
  - ✓ Dott.ssa Cavallo Marcella Anna Maria – Coordinatore S.S. Laboratorio Analisi ASL CN1;
  - ✓ Sig. Gelli Maurizio – Referente Settore Ingegneria Clinica – S.C. Tecnico ASL CN1;

- il giorno 30.05.2023 il seggio di gara procedeva, operando sulla piattaforma SINTEL, all'apertura della busta telematica contenente la documentazione tecnica, come da verbale prot. 0069648 di pari data, agli atti d'ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il giorno 11.07.2023 alle ore 14,30 nei locali della S.S. Acquisti - Sede di Savigliano, Via Ospedali 14, si è riunita la Commissione Giudicatrice per procedere alla valutazione dell'offerta tecnica della ditta ammessa Grifols Italia S.p.A..

Sono presenti:

- ✓ Dott.ssa Tavera Silvia – Dirigente Medico Responsabile S.S. Medicina Trasfusionale ASL CN1;
- ✓ Dott.ssa Cavallo Marcella Anna Maria – Coordinatore S.S. Laboratorio Analisi ASL CN1;
- ✓ Sig. Gelli Maurizio – Referente Settore Ingegneria Clinica – S.C. Tecnico ASL CN1;

I Componenti della Commissione concordano di individuare la Dott.ssa Tavera Silvia quale Presidente.
La Sig.ra Allasia Alessandra – funzionario della S.S. Acquisti svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si prende atto che tutta la documentazione tecnica presentata dalla ditta Grifols Italia S.p.A. è stata messa a disposizione della Commissione Giudicatrice.

Preliminarmente all'attribuzione dei singoli punteggi, la Commissione Giudicatrice dà atto che il sistema offerto dalla ditta partecipante soddisfa le caratteristiche tecniche di minima previste dall'art. 4 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Si procede a questo punto con le valutazioni previste dal Disciplinare di Gara al fine dell'attribuzione dei relativi punteggi da attribuire all'offerta tecnica dell'unica ditta partecipante Grifols Italia S.p.A..

Si da atto che i punteggi qualitativi (70 punti) sono suddivisi in punteggi tabellari (T), punteggi discrezionali (D) e punteggi quantitativi (Q) così come di seguito riportato:

N	Criterio di valutazione	Valore limite ammesso per assegnazione coefficiente quantitativo		D	Q	T
1	Dimensioni e Ingombro dello strumento incluso lo spazio per l'accessibilità allo strumento stesso			7		
2	Peso ridotto dello strumento	≤	2000 kg.		7	
3	Minor intervallo di tempo tra il rilascio di risultati e il successivo	≤	5 minuti		4	
4	Minor volume di campione necessario per l'esecuzione del test	≤	2 ml		5	
5	Stabilità reagenti a bordo e validità dei calibratori			6		
6	Caratteristiche, tipologia e modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti per 100 test, per ogni strumento			6		
7	Tempistiche e modalità di installazione (cronoprogramma) garantendo la minima interruzione di servizio			10		
8	Esecuzione di tutti i test sia su plasma che su siero					5
9	Apparecchiatura di back up in loco					10
10	Manutenzione e Assistenza Tecnica a carico della ditta			5		
11	Attività quotidiane/periodiche propedeutiche all'utilizzo delle apparecchiature a carico del personale utilizzatore			5		

La Commissione procede quindi con l'attribuzione dei punteggi Tabellari (T), vale a dire i punteggi fissi e predefiniti, che sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto:

RIF.	Punteggio tabellare	Punteggio assegnato	Commento
Rif. 8 Esecuzione di tutti i test sia su plasma che su siero	Punti 5	5	Il sistema offerto garantisce l'esecuzione di tutti i test sia su plasma che su siero.
Rif. 9 Apparecchiatura di back up in loco	Punti 10	10	La ditta offre due sistemi Procleix Panther ART, completi di tutto quanto necessario per garantire il corretto utilizzo quotidiano, identiche fra loro in modo da garantire un reale back up operativo in loco.

In merito ai punteggi Discrezionali (D), il relativo coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.
Si prende atto delle disposizioni del Disciplinare di Gara secondo cui, a ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio discrezionale, la Commissione Giudicatrice, attribuisce collegialmente, un giudizio unico sulla base dei seguenti giudizi di merito con relativo coefficiente, variabile tra zero e uno, così come indicato nella tabella sottostante:

Tipologia coefficiente	Giudizio	Coefficienti discrezionali (*per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo*)
CD	**Ottimo**	1,00
	Distinto	0,80
	Buono	0,60
	Discreto	0,40
	Sufficiente	0,20
	Insufficiente	0,00

I coefficienti attribuiti per ciascun criterio (e di seguito riportati) vengono quindi moltiplicati per i relativi punteggi determinando i seguenti punteggi discrezionali:

RIF.	Coefficiente discr. attribuito	Punteggio assegnato	Commento
Rif. 1 Dimensioni e Ingombro dello strumento incluso lo spazio per l'accessibilità allo strumento stesso (Punti 7)	Distinto (0,80)	5,6	L'ingombro del singolo strumento comprensivo dello spazio necessario all'accessibilità, è adeguato alle necessità logistiche dei locali del servizio.
Rif. 5 Stabilità reagenti a bordo e validità dei calibratori (Punti 6)	Distinto (0,80)	4,8	La stabilità dei reagenti a bordo di 72 ore e la validità dei calibratori di 24 ore consente un'adeguata gestione delle sedute secondo le necessità del servizio.
Rif. 6 Caratteristiche, tipologia e modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti per 100 test, per ogni strumento (Punti 6)	Distinto (0,80)	4,8	La limitata produzione dei rifiuti è gestita e monitorabile in continuo attraverso il monitor strumentale. I rifiuti non contengono sostanze pericolose.
Rif. 7 Tempistiche e modalità di installazione (cronoprogramma) garantendo la minima interruzione di servizio (Punti 10)	Distinto (0,80)	8	Le modalità di installazione consentono una continuità di servizio prevedendo l'installazione di uno strumento alla volta in sostituzione delle due apparecchiature attualmente presenti. Le tempistiche

			previste (9 giorni) si considerano adeguate.
Rif. 10 Manutenzione e Assistenza Tecnica a carico della ditta (Punti 5)	Distinto (0,80)	4	Assistenza full risk in piena corrispondenza con i requisiti previsti da capitolato, nell'ottica di garantire la refertazione della routine giornaliera. Illimitati interventi su chiamata; help-line gestita da tecnico specializzato 7 giorni su 7 dalle ore 8,00 alle ore 22,00 compresi i festivi; tempo di intervento non superiore alle 8 ore.
Rif. 11 Attività quotidiane/periodiche propedeutiche all'utilizzo delle apparecchiature a carico del personale utilizzatore (Punti 5)	Distinto (0,80)	4	Il tempo complessivo necessario per eseguire le attività di manutenzione è di 85 minuti al mese, poiché la buona parte della manutenzione è automatizzata e non grava direttamente sull'operatore.

In merito ai punteggi quantitativi (Q), è assegnato un punteggio come dettagliatamente specificato nella tabella applicando la formula di cui al paragrafo 17.2 del Disciplinare di Gara e così come indicato nella tabella sottostante:

RIF.	Punteggio quantitativo	Punteggio assegnato	Commento
Rif. 2 Peso ridotto dello strumento	7	7	Il peso dei singoli strumenti risulta di 363 kg.
Rif. 3 Minor intervallo di tempo tra il rilascio di risultati e il successivo	4	0	Il tempo di rilascio dei risultati è pari a 5 minuti.
Rif.4 Minor volume di campione necessario per l'esecuzione del test	5	5	Il volume di campione necessario per l'esecuzione del test è pari a 0,825 ml.

Si procede quindi alla somma dei punteggi Tabellari, Discrezionali e Quantitativi determinando il seguente punteggio complessivo:

N	Criterio di valutazione	Punteggi		
		Punteggio discrezionale	Punteggio Quantitativo	Punteggio tabellare
1	Dimensioni e Ingombro dello strumento incluso lo spazio per l'accessibilità allo strumento stesso	5,6		
2	Peso ridotto dello strumento		7	
3	Minor intervallo di tempo tra il rilascio di risultati e il successivo		0	
4	Minor volume di campione necessario per l'esecuzione del test		5	
5	Stabilità reagenti a bordo e validità dei calibratori	4,8		

6	Caratteristiche, tipologia e modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti per 100 test, per ogni strumento	4,8		
7	Tempistiche e modalità di installazione (cronoprogramma) garantendo la minima interruzione di servizio	8		
8	Esecuzione di tutti i test sia su plasma che su siero			5
9	Apparecchiatura di back up in loco			10
10	Manutenzione e Assistenza Tecnica a carico della ditta	4		
11	Attività quotidiane/periodiche propedeutiche all'utilizzo delle apparecchiature a carico del personale utilizzatore	4		
	TOTALE PUNTI: 58,20			

Dalle operazioni svolte si dà atto nel presente verbale che viene sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice .

Alle ore 15,30 si conclude la seduta della Commissione Giudicatrice.

Il presente verbale viene affidato al Segretario per le operazioni di competenza e tenuto agli atti della S.S. Acquisti.

Dott.ssa Tavera Silvia

Dott.ssa Cavallo Marcella Anna Maria

Sig. Gelli Maurizio

Il segretario verbalizzante
Sig.ra Allasia Alessandra