

S.S. Acquisti

Responsabile: Avv. Maura Acchiardi

Telefono: 0171/450663

E-mail: acquisti@aslcn1.it

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI URETEROSCOPI FLESSIBILI DIGITALI MONOUSO, COMPRESIVI DI WORKSTATION, PER LE NECESSITA' DELL'ASL CN1 PER UN PERIODO DI 36 MESI. LOTTO UNICO – GARA N. 8987767 – CIG N. 9700883DE3.

I° Verbale della Commissione Giudicatrice

Premesso che :

- con provvedimento n. 466 del 09/03/2023 è stata indetta gara d'appalto a procedura aperta - n. ANAC 8987767 – CIG 9700883DE3 e n. GUCE n. 2023/S 065-194543, per l'affidamento della fornitura in service, a lotto unico, ai sensi del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., di URETEROSCOPI FLESSIBILI DIGITALI MONOUSO, COMPRESIVI DI WORKSTATION, per le necessità dell'ASL CN1 per un periodo di 36 mesi;

- il giorno 08/05/2023 il seggio di gara procedeva, operando sulla piattaforma SINTEL, all'apertura delle buste telematiche "Documentazione Amministrativa", svolgendo le operazioni previste all'art. 19.1 del Disciplinare di Gara (verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate, apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa; analisi della documentazione presentata) come da verbale n. 1 pubblicato sul portale telematico SINTEL e sul portale telematico ASL CN1 all'avviso nr. 22/2023;

- con verbale nr. 2 del 19/05/2023 veniva pubblicato sul sito internet ASL CN1 e sulla piattaforma SINTEL all'avviso n. 22/2023, l'esito positivo del soccorso istruttorio disposto nei confronti di alcune ditte partecipanti alla gara, ammettendole al proseguimento della stessa;

- il giorno 23/05/2023 il seggio di gara procedeva, come previsto dall'art. 21 del Disciplinare di gara, operando sulla piattaforma SINTEL, all'apertura delle buste telematiche contenenti la Documentazione Tecnica, come da verbale n. 3, pubblicato sul sito internet ASL CN1 e sulla piattaforma SINTEL all'avviso n. 22/2023;

- con determinazione n. 1123 del 06/06/2023 veniva nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- il giorno 09/06/2023 il seggio di gara consegnava ai membri della Commissione Giudicatrice la documentazione tecnica presentata dai concorrenti ammessi;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2023, nel giorno 20 del mese di luglio, alle ore 10.00, in modalità telematica, si è riunita la

Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 1123 del 06/06/2023, per procedere alla valutazione delle offerte tecniche della gara in oggetto.

Si dà atto che sono collegati i componenti della Commissione Giudicatrice:

- Dott. Pietro COPPOLA – Direttore della S.C. Urologia del P.O. di Savigliano;
- Dott. Germano CHIAPPELLO – Responsabile SSD Urologia del P.O. di Mondovì;
- Ing. Vincenzo CIMABUE - collaboratore tecnico professionale - Ingegnere biomedico - Settore Ingegneria Clinica ASL CN1.

La Sig.ra Maria Elena Gazzola – funzionario della S.S. Acquisti svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Si prende atto che dovranno essere esaminate le offerte tecniche presentate dalle Ditte di seguito indicate:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL	P.IVA	OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE
1682602629634	11206730159	BOSTON SCIENTIFIC SPA
1682681442945	02733860239	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL
1682688504473	IT-8078630012	PIRINOLI ENRICO & C. SRL
1682701948085	01564570065	POLIMED SRL
1682751804592	1867440768	LCF SERVICE SRL
1683016121059	01630000287	MEDIVAL SRL
1683025912169	02507160824	E.F.M. Emanuele Fiore Mancini SRL
1683030107531	10308380962	NEOS MEDICA SRL

Si prende atto che tutta la documentazione tecnica presentata dalle Ditte offerenti viene visionata dalla Commissione Giudicatrice con il seguente esito:

La ditta Boston Scientific S.p.A. nella propria offerta n. APER-1470/2023-0828/UG/Ig del 21/04/2023 ha dichiarato che il dispositivo offerto presenta un angolo di visione pari ad 85° in aria, che pertanto non soddisfa il requisito tecnico minimo essenziale richiesto (angolo di visione: 105° +/- 10°).

La ditta Boston Scientific S.p.A., invitata con comunicazione Sintel (Prot. 0090311 del 13/07/2023) a precisare se il dispositivo offerto soddisfa tutti i requisiti tecnici minimi essenziali ed in particolare quanto richiesto nel questionario tecnico alla voce "Angolo di visione: 105° +/- 10°", con nota Sintel 172003147 del 14/07/2023 ha confermato quanto già espresso nell'offerta n. APER-1470/2023-0828/UG/Ig del 21/04/2023.

Trattandosi di caratteristica minima essenziale richiesta a pena di esclusione, la ditta non viene ammessa al prosieguo della gara. Alla stessa verrà trasmessa comunicazione di esclusione a cura della S.S. Acquisti.

Tutte le altre offerte soddisfano i requisiti tecnici minimi essenziali di cui all'allegato A del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

La Commissione Giudicatrice concorda sulla necessità di programmare le date per la visione e prova pratica dei dispositivi offerti dalle ditte in elenco, ad eccezione della ditta Boston Scientific per le motivazioni sopra citate e individua per praticità, quale sede di prova, il blocco operatorio del Presidio Ospedaliero di Savigliano. Le date verranno indicate alla SS Acquisti che procederà, come da art. 16.3 del Disciplinare di Gara, a richiedere alle ditte, la consegna della campionatura richiesta, per procedere con le prove pratiche.

Si dà atto che i punteggi qualitativi (70 punti), così come indicato all'art. 17.1 del Disciplinare di gara, saranno attribuiti all'esito delle prove pratiche, sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

"Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica							
Criterio di valutazione	N	Sottocriterio di valutazione	Valore limite	Tipologia			Punti attribuibili
				D	Q	T	
workstation	1.1.	Dimensione del display superiore a 15"	15"		X		5
	1.2	Tipologia del display - touch screen				X	2
ureteroscopi	2.1	Capacità di flessione e deflessione superiore ai 270°	270°		X		5
	2.2	Canale di ingresso operativo separato dal canale di irrigazione;				X	5
	2.3	Canale operativo con sistema di bloccaggio della fibra e inserimento dall'alto;				X	5
	2.4	Sistema di bloccaggio flessione e deflessione.				X	5
Prova pratica del sistema completo	3.1	Maneggevolezza, praticità, semplicità di utilizzo, impostazioni possibili ed eventuali criticità emerse a seguito di prova pratica		X			20
	3.2	Qualità della visione in corso di prova pratica		X			18
Assistenza tecnica	4	Organizzazione e modalità del servizio di manutenzione e assistenza tecnica, modalità e tempistica fornitura apparecchio sostitutivo in caso di guasto		X			5
PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO ATTRIBUIBILE							70

Si prende atto altresì, che il Disciplinare di Gara prevede una soglia minima di sbarramento pari al punteggio complessivo di 36 punti; il concorrente pertanto sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia".

Il presente verbale viene affidato al Segretario per le operazioni di competenza e tenuto agli atti di questa struttura.

Alle ore 12.00 si conclude la seduta della Commissione Giudicatrice.

Delle operazioni svolte si dà atto nel presente verbale che viene sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice.

Cuneo, li 20/07/2023


Dott. Pietro Coppola (F.fo in originale)



Dott. Germano Chiapello (F.to in originale)



Ing. Vincenzo Cimabue (F.to in originale)



Il segretario verbalizzante:

Sig.ra Maria Elena Gazzola (F.to in originale)

