

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI  
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE  
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER

36 MESI

LOTTO 60

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA AORTA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>REQUISITI ESSENZIALI</b> | <p>Sistema completo per l'aspirazione diretta ed il lavaggio attraverso canale bioptico dell'endoscopio. Set con valvola che permetta il passaggio degli accessori transendoscopici e tubi per l'aspirazione ed il lavaggio forzato. Dotato di raccordo ad y per l'utilizzo con un aspiratore e pulsante per regolare il volume del liquido aspirato.</p> <p>Compatibile con endoscopi Olympus e Pentax.</p> |
|-----------------------------|--|

| GIUDIZI       | COEFFICIENTI |
|---------------|--------------|
| Ottimo        | 1            |
| Buono         | 0,75         |
| Discreto      | 0,5          |
| Sufficiente   | 0,25         |
| Insufficiente | 0            |

| CRITERI DI VALUTAZIONE     | GIUDIZIO | P.TI DISCREZIONALI |
|----------------------------|----------|--------------------|
| Versatilità*               | buona    | 18,75              |
| Efficacia dell'aspirazione | buona    | 15,00              |
| Rapidità di utilizzo       | ottima   | 20,00              |
| Confezionamento**          | ottimo   | 5,00               |
| TOTALE                     |          | <b>58,75</b>       |

- \* versatilità, caratteristiche oggetto di valutazione: scorrevolezza, ripetibilità della manovra.
- \*\* confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI .....

Dr. Giovanni RAVOTTI .....

Dr.ssa Giovanna VENEZIA .....

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola .....