

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER

36 MESI
LOTTO 51

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA AORTA

REQUISITI ESSENZIALI	<p>Palloncino da dilatazione in nylon trasparente ad alta pressione a tre diametri crescenti, per dilatazione stenosi esofago, piloro, colon. Dotato di filo guida in acciaio non inferiore a 0,035 inc. premontato, con punta flessibile. Gamma diametri da 8 mm a 20 mm. Dotato di marker radiologico alle due estremità del palloncino e marker endoscopico all'estremità prossimale del palloncino. Connessione luer-lock. Lunghezza operativa 240 cm.</p> <p>Compatibilità con canale operativo da 2,8 mm. Monouso, sterile.</p>
----------------------	---


GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0


CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI	P.TI TABELLARI
Massima dilatazione a forza radiale	Buono	15,00	
Scorrevolezza	Buono	7,50	
Plasticità del palloncino	Buono	11,25	
Visibilità radiologica	Buono	11,25	
Presenza di indicazioni per dilatazione	presente		5,00
Confezionamento*	Ottimo	5,00	
TOTALE		50,00	5,00

55,00

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI 

Dr. Giovanni RAVOTTI 

Dr.ssa Giovanna VENEZIA 

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER
36 MESI

LOTTO 51

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA BOSTON

REQUISITI ESSENZIALI	Palloncino da dilatazione in nylon trasparente ad alta pressione a tre diametri crescenti, per dilatazione stenosi esofago, piloro, colon. Dotato di filo guida in acciaio non inferiore a 0,035 inc. premontato, con punta flessibile. Gamma diametri da 8 mm a 20 mm. Dotato di marker radiologico alle due estremità del palloncino e marker endoscopico all'estremità prossimale del palloncino. Connessione luer-lock. Lunghezza operativa 240 cm. Compatibilità con canale operativo da 2,8 mm. Monouso, sterile.
----------------------	--

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI	P.TI TABELLARI
Massima dilatazione a forza radiale	Ottimo	20,00	
Scorrevolezza	Ottimo	10,00	
Plasticità del palloncino	Ottimo	15,00	
Visibilità radiologica	Ottimo	15,00	
Presenza di indicazioni per dilatazione	presente		5,00
Confezionamento*	Ottimo	5,00	
TOTALE		65,00	5,00

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

70,00

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI

Dr. Giovanni RAVOTTI

Dr.ssa Giovanna VENEZIA

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
 DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
 NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER
 36 MESI
 LOTTO 51

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA COOK

REQUISITI ESSENZIALI	<p>Palloncino da dilatazione in nylon trasparente ad alta pressione a tre diametri crescenti, per dilatazione stenosi esofago, piloro, colon. Dotato di filo guida in acciaio non inferiore a 0,035 inc. premontato, con punta flessibile. Gamma diametri da 8 mm a 20 mm. Dotato di marker radiologico alle due estremità del palloncino e marker endoscopico all'estremità prossimale del palloncino. Connessione luer-lock. Lunghezza operativa 240 cm.</p> <p>Compatibilità con canale operativo da 2,8 mm. Monouso, sterile.</p>
----------------------	---


GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI	P.TI TABELLARI
Massima dilatazione a forza radiale	Buono	15,00	
Scorrevolezza	Buono	7,50	
Plasticità del palloncino	Buono	11,25	
Visibilità radiologica	Buono	11,25	
Presenza di indicazioni per dilatazione	presente		5,00
Confezionamento*	Ottimo	5,00	
TOTALE		50,00	5,00

55,00

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:




Dr. Corrado GENOVESI

Dr. Giovanni RAVOTTI

Dr.ssa Giovanna VENEZIA

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
 DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
 NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER
 36 MESI
 LOTTO 51

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA INNOVAMEDICA

REQUISITI ESSENZIALI	<p>Palloncino da dilatazione in nylon trasparente ad alta pressione a tre diametri crescenti, per dilatazione stenosi esofago, piloro, colon. Dotato di filo guida in acciaio non inferiore a 0,035 inc. premontato, con punta flessibile. Gamma diametri da 8 mm a 20 mm. Dotato di marker radiologico alle due estremità del palloncino e marker endoscopico all'estremità prossimale del palloncino. Connessione luer-lock. Lunghezza operativa 240 cm.</p> <p>Compatibilità con canale operativo da 2,8 mm. Monouso, sterile.</p>
----------------------	---

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI	P.TI TABELLARI
Massima dilatazione a forza radiale	Buono	15,00	
Scorrevolezza	Buono	7,50	
Plasticità del palloncino	Buono	11,25	
Visibilità radiologica	Buono	11,25	
Presenza di indicazioni per dilatazione	presente		5,00
Confezionamento*	Ottimo	5,00	
TOTALE		50,00	5,00

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI

Dr. Giovanni RAVOTTI

Dr.ssa Giovanna VENEZIA

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER

36 MESI

LOTTO 51

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA LORENZATTO

REQUISITI ESSENZIALI	<p>Palloncino da dilatazione in nylon trasparente ad alta pressione a tre diametri crescenti, per dilatazione stenosi esofago, piloro, colon. Dotato di filo guida in acciaio non inferiore a 0,035 inc. premontato, con punta flessibile. Gamma diametri da 8 mm a 20 mm. Dotato di marker radiologico alle due estremità del palloncino e marker endoscopico all'estremità prossimale del palloncino. Connessione luer-lock. Lunghezza operativa 240 cm.</p> <p>Compatibilità con canale operativo da 2,8 mm. Monouso, sterile.</p>
-----------------------------	---

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI	P.TI TABELLARI
Massima dilatazione a forza radiale	Sufficiente, il dispositivo presenta una ridotta forza radiale	5,00	
Scorrevolezza	Sufficiente, si riscontra difficoltà nella scorrevolezza del mandrino	2,50	
Plasticità del palloncino	Sufficiente, il dispositivo risulta rigido e non ritorna facilmente alla misura originaria	3,75	
Visibilità radiologica	buona	11,25	
Presenza di indicazioni per dilatazione	presenti		5,00
Confezionamento*	Ottimo	5,00	
TOTALE		27,50	5,00

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI

Dr. Giovanni RAVOTTI

Dr.ssa Giovanna VENEZIA

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER

36 MESI

LOTTO 51

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA OLYMPUS

REQUISITI ESSENZIALI	<p>Palloncino da dilatazione in nylon trasparente ad alta pressione a tre diametri crescenti, per dilatazione stenosi esofago, piloro, colon. Dotato di filo guida in acciaio non inferiore a 0,035 inc. premontato, con punta flessibile. Gamma diametri da 8 mm a 20 mm. Dotato di marker radiologico alle due estremità del palloncino e marker endoscopico all'estremità prossimale del palloncino. Connessione luer-lock. Lunghezza operativa 240 cm.</p> <p>Compatibilità con canale operativo da 2,8 mm. Monouso, sterile.</p>
----------------------	---

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI	P.TI TABELLARI
Massima dilatazione a forza radiale	Ottimo	20,00	
Scorrevolezza	Ottimo	10,00	
Plasticità del palloncino	Ottimo	15,00	
Visibilità radiologica	Ottimo	15,00	
Presenza di indicazioni per dilatazione	presenti		5,00
Confezionamento*	Ottimo	5,00	
TOTALE		65,00	5,00

70,00

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI
Dr. Giovanni RAVOTTI
Dr.ssa Giovanna VENEZIA

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola
