

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER
36 MESI

LOTTO 62

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA LORENZATTO

REQUISITI ESSENZIALI	Set per la decompressione del colon composto da: sonda di diametro non inferiore a 8,5 Fr, con fori laterali per il drenaggio e con raccordo per sacca di drenaggio, comprensivo di filo guida di dimensioni non inferiori a 0,0035 inc., sterile, monouso.
----------------------	---

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI
Scorrevolezza della sonda nell'endoscopio	ottimo	20,00
Scorrevolezza della sonda sul filo guida	ottimo	20,00
Visibilità radiologica	ottimo	15,00
Versatilità degli accessori*	ottimo	10,00
Confezionamento**	ottimo	5,00
TOTALE		70,00

* versatilità, caratteristiche oggetto di valutazione: conformabilità e ripetibilità della manovra.

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI

Dr. Giovanni RAVOTTI

Dr.ssa Giovanna VENEZIA

Non idoneo diametro superiore a 8.5

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola