

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER
36 MESI
LOTTO 58

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA AORTA

REQUISITI ESSENZIALI	Spazzolino monouso per la pulizia delle valvole degli endoscopi, non rigido, diametro canali 2,8 – 4,2 mm, non sterile, confezionato singolarmente, lunghezza 15 cm ±10%, con 2 spazzole in nylon montate su guaina flessibile termoplastica, rispettivamente di diametro 5 mm e 11 mm. Il device deve essere dotato di tracciabilità con etichettatura staccabile.		
GIUDIZI	COEFFICIENTI		
Ottimo	1		
Buono	0,75		
Discreto	0,5		
Sufficiente	0,25		
Insufficiente	0		

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI
Efficacia della pulizia	Non conforme perché la spazzola risulta rigida e non consente la pulizia dell'endoscopio. Non ammissibile.	
Scorrevolezza		
Versatilità		
Confezionamento*		
TOTALE		0,00

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI

Dr. Giovanni RAVOTTI

Dr.ssa Giovanna VENEZIA

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER

36 MESI

LOTTO 58

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA BOSTON

REQUISITI ESSENZIALI	<p>Spazzolino monouso per la pulizia delle valvole degli endoscopi, non rigido, diametro canali 2,8 – 4,2 mm, non sterile, confezionato singolarmente, lunghezza 15 cm \pm10%, con 2 spazzole in nylon montate su guaina flessibile termoplastica, rispettivamente di diametro 5 mm e 11 mm. Il device deve essere dotato di tracciabilità con etichettatura staccabile.</p>
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI
Efficacia della pulizia	<p>Non conforme per eccessiva lunghezza dello spazzolino (requisito essenziale richiesto lunghezza 15 cm con tolleranza del 10%). Spazzolino offerto di lunghezza superiore a quella richiesta (240 cm). Non ammissibile.</p>	
Scorrevolezza		
Versatilità		
Confezionamento*		

TOT 0,00

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI

Dr. Giovanni RAVOTTI

Dr.ssa Giovanna VENEZIA

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER
36 MESI
LOTTO 58

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA INNOVAMEDICA

REQUISITI ESSENZIALI	Spazzolino monouso per la pulizia delle valvole degli endoscopi, non rigido, diametro canali 2,8 – 4,2 mm, non sterile, confezionato singolarmente, lunghezza 15 cm \pm 10%, con 2 spazzole in nylon montate su guaina flessibile termoplastica, rispettivamente di diametro 5 mm e 11 mm. Il device deve essere dotato di tracciabilità con etichettatura staccabile.
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P. TI DISCREZIONALI
Efficacia della pulizia	Non conforme per mancanza della tracciabilità con etichettatura staccabile. Non ammissibile.	
Scorrevolezza		
Versatilità		
Confezionamento*		

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI

Dr. Giovanni RAVOTTI

Dr.ssa Giovanna VENEZIA

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER

36 MESI

LOTTO 58

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA LORENZATTO

REQUISITI ESSENZIALI	
	Spazzolino monouso per la pulizia delle valvole degli endoscopi, non rigido, diametro canali 2,8 – 4,2 mm, non sterile, confezionato singolarmente, lunghezza 15 cm \pm 10%, con 2 spazzole in nylon montate su guaina flessibile termoplastica, rispettivamente di diametro 5 mm e 11 mm. Il device deve essere dotato di tracciabilità con etichettatura staccabile.


GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P. TI DISCREZIONALI
Efficacia della pulizia	Non conforme per mancanza della tracciabilità con etichettatura staccabile. Non ammissibile.	
Scorrevolezza		
Versatilità		
Confezionamento*		
TOT		0,00

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI 

Dr. Giovanni RAVOTTI 

Dr.ssa Giovanna VENEZIA 

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER
36 MESI
LOTTO 58

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA MEDITALIA

REQUISITI ESSENZIALI	<p>Spazzolino monouso per la pulizia delle valvole degli endoscopi, non rigido, diametro canali 2,8 – 4,2 mm, non sterile, confezionato singolarmente, lunghezza 15 cm \pm10%, con 2 spazzole in nylon montate su guaina flessibile termoplastica, rispettivamente di diametro 5 mm e 11 mm. Il device deve essere dotato di tracciabilità con etichettatura staccabile.</p>
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI
Efficacia della pulizia	Non conforme per mancanza della tracciabilità con etichettatura staccabile. Non ammissibile.	
Scorrevolezza		
Versatilità		
Confezionamento*		

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI

Dr. Giovanni RAVOTTI

Dr.ssa Giovanna VENEZIA

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola