

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER
36 MESI

LOTTO 56

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA INNOVAMEDICA

REQUISITI ESSENZIALI	Valvola per canale da biopsia, sterile, monouso, con raccordo laterale per pompa di lavaggio, latex free. Compatibilità con strumenti endoscopici Olympus.
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI
Grado di aderenza	ottimo	20,00
Tenuta dopo inserimento degli accessori	buona	18,75
Facilità di inserimento degli accessori	ottima	20,00
Confezionamento*	ottimo	5,00
TOTALE		63,75