

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER

36 MESI

LOTTO 46

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA AORTA

| | |
|----------------------|---|
| REQUISITI ESSENZIALI | PEG rimuovibile a strappo. Sonda in silicone con calibro da 20 Fr – posizionabile con metodo "pull". Sistema di ancoraggio interno modificabile, rimuovibile con trazione esterna. Placchetta di ancoraggio esterno, morbida, sterile, monouso. |
|----------------------|---|

| GIUDIZI | COEFFICIENTI |
|---------------|--------------|
| Ottimo | 1 |
| Buono | 0,75 |
| Discreto | 0,5 |
| Sufficiente | 0,25 |
| Insufficiente | 0 |

| CRITERI DI VALUTAZIONE | GIUDIZIO | P.TI DISCREZIONALI |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Completezza del kit | discreto , manca l'ansa | 10,00 |
| Facilità di inserimento della sonda | ottimo | 20,00 |
| Atraumaticità del sistema | ottimo | 15,00 |
| Chiarezza delle istruzioni operative | ottimo | 10,00 |
| Confezionamento * | buono, presenza di solo 2 etichette | 3,75 |
| TOTALE | | 58,75 |

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI

Dr. Giovanni RAVOTTI

Dr.ssa Giovanna VENEZIA

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER
36 MESI

LOTTO 46

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA INNOVAMEDICA

| | |
|----------------------|--|
| REQUISITI ESSENZIALI | <p>PEG rimuovibile a strappo. Sonda in silicone con calibro da 20 Fr – posizionabile con metodo “pull”. Sistema di ancoraggio interno modificabile, rimuovibile con trazione esterna. Placchetta di ancoraggio esterno, morbida, sterile, monouso.</p> |
|----------------------|--|

| GIUDIZI | COEFFICIENTI |
|---------------|--------------|
| Ottimo | 1 |
| Buono | 0,75 |
| Discreto | 0,5 |
| Sufficiente | 0,25 |
| Insufficiente | 0 |

| CRITERI DI VALUTAZIONE | GIUDIZIO | P.TI DISCREZIONALI |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Completezza del kit | ottimo | 20,00 |
| Facilità di inserimento della sonda | ottima | 20,00 |
| Atraumaticità del sistema | ottima | 15,00 |
| Chiarezza delle istruzioni operative | ottima | 10,00 |
| Confezionamento * | buono, presenza di solo 2 etichette | 3,75 |
| TOTALE | | 68,75 |

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI

Dr. Giovanni RAVOTTI

Dr.ssa Giovanna VENEZIA

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola