

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI  
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE  
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER  
36 MESI  
LOTTO 59

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA AORTA

REQUISITI ESSENZIALI	<u>Voce a)</u> Requisiti essenziali: Set Palline (composto da cartuccia, contenitore e trappola) per la pulizia. Sistema di pulizia canali endoscopici – tipo “ball brush” diametro 2,8 mm, per gastroscopio.
	<u>Voce b)</u> Requisiti essenziali: Set Palline (composto da cartuccia, contenitore e trappola) per la pulizia. Sistema di pulizia canali endoscopici –tipo “ball brush”, diametro 3,2 mm per colonscopio.
	<u>Voce c)</u> Requisiti essenziali: Set Palline (composto da cartuccia, contenitore e trappola) per la pulizia dei canali endoscopici. Misura ricompresa nel range da 1,8 – 2 mm, utili per la pulizia dei broncoscopi/ fibroscopi.

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI
Adattabilità a diversi diametri di endoscopi	ottimo, adeguato alle esigenze	30,00
Semplicità di utilizzo	ottimo, pienamente adeguato alle esigenze	15,00
Rapidità di utilizzo	ottimo, pienamente adeguato alle esigenze	20,00
Confezionamento*	ottimo, pienamente adeguato alle esigenze	5,00
TOTALE		70,00

\*\* confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI .....

Dr. Giovanni RAVOTTI .....

Dr.ssa Giovanna VENEZIA .....

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola .....